

# CARTA DE TRAZABILIDAD MPC277 JUEGO DE PESOS MUERTOS RICE LAKE

**NIST**

**CENAM**

Descripción:	Instrumento
Valor nominal:	<b>Juego de pesos muertos</b>
Identificación:	1 mg - 100 g
Certificado:	L595Q
Trazabilidad a:	684/291344-18, 684/292805-19
	NIST
	Propiedad de Rice Lake

Trazabilidad externa

Descripción:	<b>Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G</b>		
Clave:	<b>MPC458</b>		
Marca:	Denve Instrument Company		
Modelo:	ASTM Clase 1		
Serie:	01-J25571-1		
Alcance:	1 mg - 100 g		
Incertidumbre:	ver informe de calibración		
Calibrado por:	<b>Rice Lake</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>3098911</b>	<b>2020-08-25</b>	<b>2023-08-25</b>
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	<b>Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g</b>		
Clave:	<b>MPC088</b>		
Marca:	Rice lake		
Modelo:	Clase 1		
Serie:	0DOV		
Alcance:	1 mg - 20 g		
Incertidumbre:	0.012mg		
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>58189</b>	<b>2020-09-14</b>	<b>2021-09-14</b>
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	<b>Juego de pesos muertos</b>		
Clave:	<b>MPC277</b>		
Marca:	Rice lake		
Modelo:	N/A		
Serie:	N/A		
Alcance:	1lb, 2 lb		
Incertidumbre:	± 5.9 mg a ± 10 mg		
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>58309</b>	<b>2020-09-17</b>	<b>2021-09-17</b>
	Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas Mettler Toledo <b>WXTP205DU</b> B546699302 IPP-21 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>AT-1004</b> 1117051151 IPP-02 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>XPE26003LC</b> B546895856 IPP-22 CENAM
Juego de pesas Mettler Toledo <b>159350</b> B839513795 MT-E2-R10 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15849</b> Sin serie MT-E2-R02 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15850</b> Sin serie MT-E2-R03 CENAM
Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15851</b> Sin serie MT-E2-R04 CENAM	Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15852</b> Sin serie MT-E2-R05 CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

<b>Pesos Muertos Rice Lake Clase 1</b>			
Clave	Modelo	Alcance	Incertidumbre
MPC089	0D0V	50 g	0.023 mg
MPC090	0D0T	100 g	0.027 mg
MPC092	0D0R	500 g	0.080 mg
MPC093	0D0Q	1 kg	0.15 mg
<b>Mettler Toledo</b>		<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
<b>ICA.02/6356/19</b>		<b>2019-10-09</b>	<b>2022-10-09</b>
Propiedad de Mypsa			