

CARTA DE TRAZABILIDAD

MPC170 PROBADOR DE CABLES CABLE TEST CAL. VER. TOOL

CENAM

Descripción:	Instrumento			
	Multímetro Digital	Referencia Zener	Divisor Kelvin- Varley	Patrón de Tensión Alterna
Marca:	Hewlett Packard	Fluke	Fluke	Datron-Wavetek
Modelo:	3458A	732B	720A	4920
Serie:	2823A17324	5875302	3190010	27378
Calibrado por:	SEPRI	CENAM	SEPRI	CENAM
razabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Nulo	Resistor Patrón	Resistor Patrón	Resistor Patrón
Marca:	Fluke	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup
Modelo:	845AR	4210	4025-B	4040-B
Serie:	2740004	1832626	1530435	1550658
Calibrado por:	SEPRI	CENAM	CENAM	CENAM
razabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Resistor Patrón	Resistor Patrón	Década Patrón	Derivadores de Corriente
Marca:	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup	IET	Fluke
Modelo:	4221-B	4030-B 4035-B	VRS-100	A40-20mA A40-200mA A40-1A
Serie:	1698812	1630714 1630738	D4-0540210	15505 3428 3816
Calibrado por:	LAPEM	SEPRI	SEPRI	LAPEM
razabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Calibrador Multifunciones			
Marca:	Datron-Wavetek			
Modelo:	4808			
Serie:	25490-1			
Calibrado por:	SEPRI			
razabilidad a:	CENAM			
Propiedad de SEPRI				

Descripción:	INSTRUMENTO			
	Puente RLC	Década resistores	Década capacitores	Década de inductores
Clave:	PR-009	PT-080	PT-035	PT-033
Marca:	GW Instek	General Radio	General Radio	General Radio
Modelo:	LCR-817	1434-G	1419-A	1491-G-1282
Serie:	EL132497	1654	1725	1282
No. Informe:	E-0045-2018	CA-CE-7641-01	CA-CE-7646-01	CA-CE-7644-01
Calibración:	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-08	2018-01-08
Vence:	2019-01-08	2019-01-08	2019-01-08	2019-01-08
Trazabilidad:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Propiedad de CANHEFERN				

Trazabilidad externa

Descripción:	Multímetro digital		
	MPC002		
Clave:	MPC002		
Marca:	Agilent		
Modelo:	3458A		
Serie:	2823A12252		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Exactitud:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	SEPRI	Calibración:	Vencimiento:
Fecha de informe:	E-2127-2018	2018-10-29	2020-10-29
Propiedad de MyPSA			

Descripción:	Precision RLC Digibridge		
	MPC384		
Marca:	GenRad		
Modelo:	1689M		
Serie:	0160120008		
Alcance:	0.01 pF a 9999 µF		
Exactitud:	± 0.2% de la lectura		
Calibración:	CANHEFERN	Calibración:	Vencimiento:
	CA-CE-12010-12	2018-09-05	2020-09-05
Propiedad de MyPSA			

Descripción:	Adaptador para calibración		
	MPC170		
Clave:	MPC170		
Marca:	Cable test		
Modelo:	CAL. Ver. Tool		
Serie:	504174		
Alcance:	No disponible		
Exactitud:	± 0,1%		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
Fecha de informe:	55131	2020-03-17	2021-03-17
Propiedad de MyPSA			

INSTRUMENTO A CALIBRAR