

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC257 MICRÓMETRO ÓPTICO KEYENCE LS3060T/LS-3100

NIST

Instrumento		
Gage blocks		Gage blocks
09/07/2020		18/02/2020
09/07/2021		18/02/2021
QC787GB		17/10/2450
Propiedad de Mahr		

Trazabilidad externa

Descripción:	Juego de bloques patrón		
Identificación:	MPC032		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	516-901-12		
Serie:	0008603		
Alcance:	De 0.050" a 4"		
Exactitud:	2.9 μ in		
Calibrado por:	Mahr	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	143270	2020-08-21	2023-08-21

Propiedad de MyPSA

Descripción:	Micrómetro óptico		
Clave:	MPC257		
Marca:	Keyence		
Modelo:	LS-3060T/LS-3100		
Serie:	107767/8151		
Alcance:	0.08 mm - 60 mm		
Incertidumbre:	$\pm 3.7 \mu\text{m}$ (118 μin)		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	57721	2020-08-28	2021-08-28

Propiedad de MyPSA

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Forma: FMP-156-MPC257