

# CARTA DE TRAZABILIDAD

## MPC242 JUEGO DE PESOS MUERTOS

### NIST

Descripción:  
Valor nominal:  
Identificación:  
Certificado:  
Trazabilidad a:

Instrumento
<b>Juego de pesos muertos</b>
1 mg - 100 g
L595Q
684/291344-18, 684/292805-19
NIST
Propiedad de Rice Lake

Trazabilidad externa

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G			
Clave:	<b>MPC458</b>		
Marca:	Denve Instrument Company		
Modelo:	ASTM Clase 1		
Serie:	01-J25571-1		
Alcance:	1 mg - 100 g		
Incertidumbre:	ver informe de calibración		
Calibrado por:	<b>Rice Lake</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>3098911</b>	<b>2020-08-25</b>	<b>2023-08-25</b>
Propiedad de MyPSA			

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g			
Clave:	<b>MPC088</b>		
Marca:	Rice lake		
Modelo:	Clase 1		
Serie:	0DOV		
Alcance:	1 mg - 20 g		
Incertidumbre:	0.012mg		
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>58189</b>	<b>2020-09-14</b>	<b>2021-09-14</b>
Propiedad de MyPSA			

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesas			
Clave:	<b>MPC242</b>		
Marca:	Troemner		
Modelo:	sin marca		
Serie:	sin serie		
Alcance:	200 g ±0.51 mg; 200 mg ±0.51 mg; 500 g ±5.9 mg; 1000g ±6.3 mg; 2000 g ±70 mg		
Incertidumbre:			
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>61062</b>	<b>2021-01-11</b>	<b>2022-01-11</b>
Propiedad de MyPSA			

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

### CENAM

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas Mettler Toledo <b>WXTp205DU</b> B546699302 IPP-21 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>AT-1004</b> 1117051151 IPP-02 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>XPE26003LC</b> B546895856 IPP-22 CENAM
Juego de pesas Mettler Toledo <b>159350</b> B839513795 MT-E2-R10 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15849</b> Sin serie MT-E2-R02 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15850</b> Sin serie MT-E2-R03 CENAM
Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15851</b> Sin serie MT-E2-R04 CENAM	Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15852</b> Sin serie MT-E2-R05 CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

<b>Peso muerto 200 g</b> <b>MPC091</b> Rice Lake ASTM Clase 1 0DOS 200 g 0.037 mg	<b>Peso muerto 2 kg</b> <b>MPC094</b> Rice Lake ASTM Clase 1 0DOL 2 kg 0.49 mg	
<b>Peso muerto 500 g</b> <b>MPC092</b> Rice Lake ASTM Clase 1 0DOR 500 g 0.080 mg	<b>Peso muerto 1 kg</b> <b>MPC093</b> Rice Lake ASTM Clase 1 0DOQ 1 kg 0.15 mg	
<b>Mettler Toledo</b> <b>ICA.02/6356/19</b>	<b>Calibración:</b> <b>2019-10-09</b>	<b>Vencimiento:</b> <b>2022-10-09</b>
Propiedad de MyPSA		