

CARTA DE TRAZABILIDAD

MPC021 Juego de bloques patrón Mitutoyo 516-915

NIST



Descripción:
Fecha de calibración:
Fecha de vencimiento:
No. de serie:

Instrumento		
Gage blocks		Gage blocks
09/07/2020		18/02/2020
09/07/2021		18/02/2021
QC787GB		17/10/2450
Propiedad de Mahr		



Descripción:
Identificación:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Exactitud
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de bloques patrón			
MPC032			
Mitutoyo			
516-901-12			
0008603			
De 0.050" a 4"			
2.9 μ in			
Mahr	Calibración:	Vencimiento:	
143270	2020-08-21	2023-08-21	
Propiedad de MyPSA			



Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de bloques patrón grado 2			
MPC021			
Mitutoyo			
516-915			
230963			
0.1 in - 4.00 in			
$\pm 3.7 \mu$ in			
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:	
57422	2020-08-28	2021-08-28	
Propiedad de MyPSA			



INSTRUMENTO A CALIBRAR