

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC081 SENSOR DE POTENCIA HP 8484A

CENAM

Descripción:	Medidor de potencia	Medidor de potencia	Sensor de potencia
Marca:	Hewlett Packard	Hewlett packard	Agilent
Modelo:	436A	E4418A	E4412A
Serie:	2709A27614	US37480394	SG41490051
Calibrado por:	CENAM	CENAM	CENAM
No. de informe:	CNM-CC-440-129/2019	CNM-CC-440-130/2019	CNM-CC-440-131/2019
Fecha de calibración:	2019-06-21	2019-06-21	2019-06-20
Fecha de vencimiento:	2020-06-21	2020-06-21	2020-06-20
Trazabilidad:	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Generador de RF	Generador de RF	
Marca:	Hewlett Packard	Hewlett packard	
Modelo:	8684A	8684D	
Serie:	2638A00583	2638A00583	
	En conjunto con medidor y sensor de potencia	En conjunto con medidor y sensor de potencia	

Trazabilidad externa

Descripción:	Sensor de Potencia		
Clave:	MPC081		
Marca:	H.P.		
Modelo:	8484A		
Serie:	2349SA14583		
Alcance:	100 pW a 10 mW; 10 MHz a 18 GHz		
Incertidumbre:	1.71%		
Calibrado por:	SEPRI	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	TF-1328-2019	2019-09-27	2021-09-27
	Propiedad de MyPSA		

Nota: Medidor y sensor de potencia (MPC337 y MPC081) se calibraron en conjunto.

INSTRUMENTO A CALIBRAR