

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC073 MANOMETRO DIGITAL DE 0 A 200 PSI SENSOTEC TJE/708-12

CENAM

Descripción:
 No. de identificación:
 Marca, modelo y serie:
 Calibrado por:
 No. de informe:
 Fecha de calibración:
 Fecha de vencimiento:

Instrumentos		
Calibrador de presión	Balanza de presión y ensamble pistón-cilindro	Masas
DH350	DH-5390	DH-2882
DH-Instruments, PPC3, 350	DH-Instruments, 5303-5316, 5390	No disponible
CIDESI	CENAM	Caltechnix
LPR-180315A	CNM-CC-720-359/2014	Z0833M01
2018-04-18	2014-10-21	2017-06-30
2020-04-30	2018-10-31	2019-06-30
Propiedad de Caltechnix		

Instrumentos		
Balanza de presión y ensamble pistón-cilindro		Masas
DH-3985		H-2882
DH-Instruments, 5202-5200, sin serie-3985		No disponible
CENAM		Caltechnix
CNM-CC-720-491-2016		AA1913M02S01
2016-12-05		2018-11-22
2019-12-31		2020-11-30
Propiedad de Caltechnix		

Calibración Externa

Descripción:
 No. de identificación:
 Marca, modelo y serie:
 Calibrado por:
 No. de informe:
 Fecha de calibración:
 Fecha de vencimiento:

Calibrador digital de 0-30 y 0-300 psi	
MPC3190	
Martel, PPC-3300, 00009408	
Caltechnix	
AA1327P01	
2018-08-21	
2020-08-21	
Propiedad de Mypsa	

Descripción:
 Clave:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 Alcance:
 Calibrado por:
 No. de informe:

Calibrador de presión de 3000 psi		
MPC464		
MARTEL		
PPC-3300		
Sin Serie		
Alcances: 30 PSI; 3000 psi		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
50619	2019-09-14	2020-09-14
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
 Clave:
 Marca:
 Modelo:
 Serie:
 Alcance:
 Incertidumbre:
 Calibrado por:
 No. de informe:

Manómetro digital de 0 a 200 psi		
MPC073		
Sensotec		
TJE/708-12		
309446		
0 - 200 psi (0 - 1.379 kPa)		
± 0.1% de escala completa		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
53956	2020-01-31	2021-01-31
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Manómetro digital		
MPC633		
Crystal		
300PSIXP2i		
546070		
0 a 300 psi		
Caltechnix	Calibración:	Vencimiento:
AB1985P01	2019-11-19	2020-11-19
Propiedad de MyPSA		