

# CARTA DE TRAZABILIDAD

## MPC214 JUEGO DE PESOS MUERTOS DE 50 lb RICE LAKE

### NIST

### CENAM

Descripción:  
Valor nominal:  
Identificación:  
Certificado:  
Trazabilidad a:

Instrumento
<b>Juego de pesos muertos</b>
1 mg - 100 g
L595Q
684/291344-18, 684/292805-19
NIST
Propiedad de Rice Lake

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas Mettler Toledo <b>WXT205DU</b> B546699302 IPP-21 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>AT-1004</b> 1117051151 IPP-02 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo <b>XPE26003LC</b> B546895856 IPP-22 CENAM
Juego de pesas Mettler Toledo <b>159350</b> B839513795 MT-E2-R10 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15849</b> Sin serie MT-E2-R02 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo <b>15850</b> Sin serie MT-E2-R03 CENAM
Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15851</b> Sin serie MT-E2-R04 CENAM	Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo <b>15852</b> Sin serie MT-E2-R05 CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G			
<b>MPC458</b>			
Derve Instrument Company			
ASTM Clase 1			
01-J25571-1			
1 mg - 100 g			
ver informe de calibración			
<b>Rice Lake</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>3098911</b>	<b>2020-08-25</b>	<b>2023-08-25</b>	
Propiedad de MyPSA			

Trazabilidad externa

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g			
<b>MPC088</b>			
Rice lake			
Clase 1			
0DOV			
1 mg - 20 g			
0.012mg			
<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>58189</b>	<b>2020-09-14</b>	<b>2021-09-14</b>	
Propiedad de MyPSA			

Pesos Muertos Rice Lake Clase 1			
Clave	Modelo	Alcance	Incertidumbre
<b>MPC091</b>	0D0S	200 g	0.037 mg
<b>MPC092</b>	0DOR	500 g	0.080 mg
<b>MPC094</b>	0DOL	2 kg	0.49 mg
<b>MPC097</b>	2859	20 kg	11 mg
<b>Mettler Toledo</b>		<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
<b>ICA.02/6356/19</b>		<b>2019-10-09</b>	<b>2022-10-09</b>
Propiedad de MyPSA			

Descripción:  
Clave:  
Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Alcance:  
Incertidumbre:  
Calibrado por:  
No. de informe:

Juego de pesos muertos de 50 lb			
<b>MPC214</b>			
Rice Lake			
Clase F			
003, 004, 005, 006, 008, 009			
50lb			
± 2.3 g			
<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>59109</b>	<b>2020-10-12</b>	<b>2021-10-12</b>	
Propiedad de MyPSA			

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**