

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC094 PESO MUERTO DE 2 kg RICE LAKE

CENAM

	Instrumento	Instrumento	Instrumento
Descripción	Comparadora de masas	Comparadora de masas	Comparadora de masas
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	WXT205DU	AT-1004	XPE26003LC
Serie	B546699302	1117051151	B546895856
Identificación	IPP-21	IPP-02	IPP-22
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Juego de pesas	Pesa patrón	Pesa patrón
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	159350	15849	15850
Serie	B839513795	Sin serie	Sin serie
Identificación	MT-E2-R10	MT-E2-R02	MT-E2-R03
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Pesa cilíndrica individual	Pesa cilíndrica individual	
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	
Modelo	15851	15852	
Serie	Sin serie	Sin serie	
Identificación	MT-E2-R04	MT-E2-R05	
Trazabilidad	CENAM	CENAM	
Propiedad de Mettler toledo			

Trazabilidad externa

Descripción:	Peso muerto de 2 kg		
Clave:	MPC094		
Marca:	Rice Lake		
Modelo:	ASTM Clase 1		
Serie:	0DOL		
Alcance:	2 kg		
Incertidumbre:	0.49 mg		
Calibrado por:	Mettler Toledo	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	ICA.02/6356/19	2019-10-09	2022-10-09
Propiedad de MyPSA			

INSTRUMENTO A CALIBRAR