

**CARTA DE TRAZABILIDAD**  
**MPC064 JUEGO DE PESOS MUERTOS DE 10, 20, 25, 30 Y 50 lbs.**

**NIST**

**CENAM**

Descripción:  
 Valor nominal:  
 Identificación:  
 Certificado:  
 Trazabilidad a:

Instrumento
<b>Juego de pesos muertos</b>
1 mg - 100 g
L595Q
684/29134-18, 684/292805-19
NIST
Propiedad de Rice Lake

Trazabilidad externa

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G			
<b>MPC458</b>			
Denve Instrument Company			
ASTM Clase 1			
01-J25571-1			
1 mg - 100 g			
Ver informe de calibración			
<b>Rice Lake</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>3098911</b>	<b>2020-08-25</b>	<b>2023-08-25</b>	
Propiedad de MyPSA			

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g			
<b>MPC088</b>			
Rice lake			
Clase 1			
0DOV			
1 mg - 20 g			
0.012mg			
<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>58189</b>	<b>2020-09-14</b>	<b>2021-09-14</b>	
Propiedad de MyPSA			

Descripción:  
 Clave:  
 Marca:  
 Modelo:  
 Serie:  
 Alcance:  
 Incertidumbre:  
 Calibrado por:  
 No. de informe:

Juego de pesos muertos			
<b>MPC064</b>			
Rice Lake			
N/A			
A174, A175, N335, N334 y A177			
10 lb, 20 lb, 25 lb, 30 lb, 50 lb			
± 0.002 lb, ± 0.002 lb, ± 0.005 lb, ± 0.005 lb, ± 0.006 lb			
<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>59108</b>	<b>2020-10-12</b>	<b>2021-10-12</b>	
Propiedad de MyPSA			

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas	Comparadora de masas	Comparadora de masas
Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
<b>WXT205DU</b>	<b>AT-1004</b>	<b>XPE26003LC</b>
B546699302	1117051151	B546895856
IPP-21	IPP-02	IPP-22
CENAM	CENAM	CENAM
Juego de pesas	Pesa patrón	Pesa patrón
Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
<b>159350</b>	<b>15849</b>	<b>15850</b>
B839513795	Sin serie	Sin serie
MT-E2-R10	MT-E2-R02	MT-E2-R03
CENAM	CENAM	CENAM
Pesa cilíndrica individual	Pesa cilíndrica individual	
Mettler Toledo	Mettler Toledo	
<b>15851</b>	<b>15852</b>	
Sin serie	Sin serie	
MT-E2-R04	MT-E2-R05	
CENAM	CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

Pesos Muertos Rice Lake Clase 1			
Clave	Modelo	Alcance	Incertidumbre
<b>MPC089</b>	0DOU	50 g	0.023 mg
<b>MPC090</b>	0DOT	100 g	0.027 mg
<b>MPC091</b>	0DOS	200 g	0.037 mg
<b>MPC092</b>	0DOR	500 g	0.080 mg
<b>MPC093</b>	0DOQ	1 kg	0.15 mg
<b>MPC094</b>	0DOL	2 kg	0.49 mg
<b>MPC095</b>	0DOK	5 kg	0.82 mg
<b>MPC096</b>	285A	10 kg	1.4 mg
<b>MPC097</b>	2859	20 kg	± 11 mg
<b>Mettler Toledo</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>ICA.02/6356/19</b>	<b>2019-10-09</b>	<b>2022-10-09</b>	
Propiedad de MyPSA			