

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC016 MANÓMETRO DE COLUMNA DE LIQUIDO DWYER 1430

CENAM

	Instrumento		
Descripción:	Manómetro de columna de liquido	Barómetro	Regla metálica
Clave:	PDI.PT.04	MI.EX.12	D.PT.06
Marca:	Dwyer Instruments	Brunton	Mitutoyo
Modelo:	1430M	SHERPA	182-111
Serie:	E0P6	Sin serie	9908
No. de informe:	CNM-CC-720-422/2019	AB0044P01S01	D-677-18
Trazabilidad:	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Indicador de temperatura (Sensor y lector)	Termohigrómetro	
Clave:	TS.EX.03, TI.EX.13	THI.EX.34	
Marca:	No indicado, Fluke	UNIT-T	
Modelo:	No indicado, 52 II	A12T	
Serie:	No indicado, 76910154	C180954679	
No. de informe:	ICT.1198-19	ICTH.0370.19	
Trazabilidad:	CENAM	CENAM	
	Propiedad de SICAMET		

Trazabilidad externa

Descripción:	Manómetro de columna de liquido		
Clave:	MPC016		
Marca:	Dwyer		
Modelo:	1430		
Serie:	S501		
Alcance:	0 - 2" de agua		
Incertidumbre:	± 0,0125% de escala completa		
Calibrado por:	SICAMET	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	ICP.0791.19	2019-12-19	2021-12-19
	Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR