

# CARTA DE TRAZABILIDAD

## MPC011 RESISTENCIA DERIVADORA LEEDS & NORTHRUP 4360

### CENAM

Instrumento				
Descripción:	Multímetro Digital	Referencia Zener	Divisor Kelvin- Varley	Patrón de Tensión Alterna
Marca:	Hewlett Packard	Fluke	Fluke	Datron-Wavetek
Modelo:	3458A	732B	720A	4920
Serie:	2823A17324	5875302	3190010	27378
Calibrado por:	SEPRI	CENAM	SEPRI	CENAM
Trazabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Nulo	Resistor Patrón	Resistor Patrón	Resistor Patrón
Marca:	Fluke	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup
Modelo:	845AR	4210	4025-B	4040-B
Serie:	2740004	1832626	1530435	1550658
Calibrado por:	SEPRI	CENAM	CENAM	CENAM
Trazabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Resistor Patrón	Resistor Patrón	Década Patrón	Derivadores de Corriente
Marca:	Leeds & Northrup	Leeds & Northrup	IET	Fluke
Modelo:	4221-B	4030-B 4035-B	VRS-100	A40-20mA A40-200mA A40-1A
Serie:	1698812	1630714 1630738	D4-0540210	15505 3428 3816
Calibrado por:	LAPEM	SEPRI	SEPRI	LAPEM
Trazabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción:	Calibrador Multifunciones			
Marca:	Datron-Wavetek			
Modelo:	4808			
Serie:	25490-1			
Calibrado por:	SEPRI			
Trazabilidad a:	CENAM			
Propiedad de SEPRI				

Trazabilidad externa

Descripción:	<b>Multímetro Digital</b>		
Clave:	<b>MPC002</b>		
Marca:	Agilent		
Modelo:	3458A		
Serie:	2823A12252		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Incertidumbre:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	<b>SEPRI</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informes:	<b>E-2127-2018</b>	<b>2018-10-29</b>	<b>2020-10-29</b>
Propiedad de MyPSA			

	Instrumento		
Descripción:	<b>Multímetro Digital</b>	<b>Calibrador Multifunciones</b>	<b>Amplificador de Transconductancia</b>
Marca:	Hewlett Packard	Wavetek	Valhalla
Modelo:	3458A	4808	2555A
Serie:	2823A17324	25490-1	15-1473
Calibrado por:	SEPRI	SEPRI	SEPRI
No. de informe:	E-1191-2017	E-2075-2017	E-0015-2018
Calibración:	22/06/2017	03/11/2017	03/01/2018
Vence:	22/06/2018	03/11/2018	03/01/2019
Trazabilidad a:	CENAM	CENAM	CENAM
Propiedad de SEPRI			

Trazabilidad externa

Descripción:	<b>Resistencia Derivadora</b>		
Clave:	<b>MPC010</b>		
Marca:	Leeds & Northrup		
Modelo:	4361		
Serie:	1020383		
Alcance:	100A		
Incertidumbre:	± 0.04% de lectura		
Calibrado por:	<b>SEPRI</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>E-0235-2018</b>	<b>2018-02-02</b>	<b>2020-02-02</b>
Propiedad de MyPSA			

Descripción:	<b>Calibrador Multifunciones</b>		
Clave:	<b>MPC001</b>		
Marca:	Fluke		
Modelo:	5500A		
Serie:	6845016		
Alcance:	Ver manual del fabricante		
Incertidumbre:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	<b>MyPSA</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>53551</b>	<b>2020-02-01</b>	<b>2021-02-01</b>
Propiedad de MyPSA			

Descripción:	<b>Resistencia derivadora</b>		
Clave:	<b>MPC011</b>		
Marca:	Leeds & Northrup		
Modelo:	4360		
Serie:	1738367		
Alcance:	0.1 Ω/15 A		
Incertidumbre:	± 0.07%		
Calibrado por:	<b>MyPSA</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>55122</b>	<b>2020-03-14</b>	<b>2021-03-14</b>
Propiedad de MyPSA			

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**