

CARTA DE TRAZABILIDAD MPC286 MESA PARA CALIBRAR NIVELES

CENAM

NIST

Descripción:	Instrumento
Marca:	Dispositivo de medición de longitud
Modelo:	MTI
Certificado:	WE6800
Vigencia:	CNM-CC-740-484/2016, CIDESI
Trazabilidad:	oct-20
	CENAM
	Propiedad de Calinstrexa

	Instrumento		
Descripción:	Gage blocks		Gage blocks
Fecha de calibración:	09/07/2020		18/02/2020
Fecha de vencimiento:	09/07/2021		18/02/2021
No. de serie:	QC787GB		17/10/2450
	Propiedad de Mahr		

Descripción:	Regla graduada metálica		
Clave:	MPC057		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	182-309		
Serie:	0005		
Alcance:	1000 mm		
Incertidumbre:	$\pm \{0.103 + (0.008 \cdot L)\}$ mm L en mm		
Calibrado por:	Calinstrexa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	193877	2019-10-17	2021-10-17
	Propiedad de Mypsa		

Descripción:	Juego de bloques patrón		
Clave:	MPC032		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	516-901-12		
Serie:	0008603		
Alcance:	De 0.050" a 4"		
Incertidumbre:	2.9 μ in		
Calibrado por:	Mahr	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	143270	2020-08-21	2023-08-21
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	Regla graduada metálica		
Clave:	MPC057		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	182-309		
Serie:	0005		
Alcance:	1000 mm		
Incertidumbre:	$\pm \{0.103 + (0.008 \cdot L)\}$ mm L en mm		
Calibrado por:	Calinstrexa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	193877	2019-10-17	2021-10-17
	Propiedad de Mypsa		

Descripción:	Juego de Bloques Patrón		
Clave:	MPC039		
Marca:	Brown & Sharpe		
Modelo:	980-195		
Serie:	N/A		
Alcance:	0.105 in - 1.00 in		
Incertidumbre:	$\pm 3.7 \mu$ in		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	46769	2019-04-11	2020-04-11
	Propiedad de MyPSA		

Descripción:	Regla graduada metálica		
Clave:	MPC057		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	182-309		
Serie:	0005		
Alcance:	1000 mm		
Incertidumbre:	$\pm \{0.103 + (0.008 \cdot L)\}$ mm L en mm		
Calibrado por:	Calinstrexa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	193877	2019-10-17	2021-10-17
	Propiedad de Mypsa		

Descripción:	Mesa para calibrar niveles		
Clave:	MPC286		
Marca:	Mitutoyo		
Modelo:	350-712-30		
Serie:	504002		
Alcance:	1 - 15 in		
Incertidumbre:	± 0.0003		
Calibrado por:	Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	58665	2020-09-21	2021-09-21
	Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR