

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC057 REGLA GRADUADA METALICA MITUTOYO 182-309

CENAM

Descripción:

Marca:

Modelo:

Certificado:

Vigencia:

Trazabilidad:

Instrumento

Dispositivo de medición de longitud

MTI

WE6800

CNM-CC-740-484/2016, CIDESI

oct-20

CENAM

Propiedad de Calinstrexa

Trazabilidad externa

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Resolución:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informes:

Regla graduada metálica

MPC057

Mitutoyo

182-309

0005

1000mm

0.5 mm; 1 mm

$\pm \{0.103 + (0.008 \cdot L)\}$ mm L en mm

Calinstrexa

Calibración:

Vencimiento:

193877

2019-10-17

2021-10-17

Propiedad de MyPSA

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Forma: FMP-156-MPC057