

CARTA DE TRAZABILIDAD

MPC006 JUEGO DE PESOS MUERTOS RICE LAKE CLASE F R489

NIST

Descripción:
Valor nominal:
Identificación:
Certificado:
Trazabilidad a:

Instrumento
Juego de pesos muertos
1 mg - 100 g
L595Q
684/291344-18, 684/292805-19
NIST
Propiedad de Rice Lake

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G			
MPC458			
Denve Instrument Company			
ASTM Clase 1			
01-J25571-1			
1 mg - 100 g			
ver informe de calibración			
Rice Lake	Calibración:	Vencimiento:	
3098911	2020-08-25	2023-08-25	
Propiedad de MyPSA			

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos de 1 mg - 20 g			
MPC088			
Rice lake			
Clase 1			
0DOV			
1 mg - 20 g			
0.012mg			
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:	
58189	2020-09-14	2021-09-14	
Propiedad de Mypsa			

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesas			
MPC006			
Rice Lake			
Clase F			
R489			
20 mg ± 0.15 mg, 200 mg ± 0.01 mg, 500mg ± 0.01 mg, 2 g ± 0.37 mg, 2 g ± 0.37 mg, 5 g ± 0.50 mg, 10 g ± 0.67 mg, 20 g ± 1.33 mg, 20 g ± 0.02 mg, 50 g ± 3.3 mg, 100g ± 6.7 mg, 200 g ± 13.3 mg, 200 g ± 13.3 mg, 500 g ± 20 mg, 1000 g ± 33 mg, 2000 g ± 100 mg, 2000 g ± 100 mg, 5000 g ± 167 mg.			
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:	
59301	2020-10-19	2021-10-19	
Propiedad de Mypsa			

INSTRUMENTO A CALIBRAR

CENAM

Instrumento	Instrumento	Instrumento
Comparadora de masas Mettler Toledo WXT205DU B546699302 IPP-21 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo AT-1004 1117051151 IPP-02 CENAM	Comparadora de masas Mettler Toledo XPE26003LC B546895856 IPP-22 CENAM
Juego de pesas Mettler Toledo 159350 B839513795 MT-E2-R10 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo 15849 Sin serie MT-E2-R02 CENAM	Pesa patrón Mettler Toledo 15850 Sin serie MT-E2-R03 CENAM
Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo 15851 Sin serie MT-E2-R04 CENAM	Pesa cilíndrica individual Mettler Toledo 15852 Sin serie MT-E2-R05 CENAM	
Propiedad de Mettler toledo		

Trazabilidad externa

Pesos Muertos Rice Lake Clase 1			
Clave	Modelo	Alcance	Incertidumbre
MPC089	0DOV	50 g	0.023 mg
MPC090	0DOT	100 g	0.027 mg
MPC091	0DOS	200 g	0.037 mg
MPC092	0DOR	500 g	0.080 mg
MPC093	0DOQ	1 kg	0.15 mg
MPC094	0DOL	2 kg	0.49 mg
MPC095	0DOK	5 kg	0.82 mg
Mettler Toledo	Calibración:	Vencimiento:	
ICA.02/6356/19	2019-10-09	2022-10-09	
Propiedad de Mypsa			