

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC136 MICROMETRO PARA CUERDAS MITUTOYO 326-712-30

NIST

Descripción:
 Identificación:
 Reporte No.:
 Calibrado:
 Vence:
 Trazabilidad a:

Instrumento		
Edmunds 2020 Gageblock Comparator T9	Mitutoyo Master Gr 1 Gage Blk Set @	Starrett RS28 Gage blocks
E952	E540	E651
1397616	1499548	1427858
03/10/2016	04/05/2017	05/12/2016
03/10/2017	04/05/2018	05/12/2017
NIST	NIST	NIST
Propiedad de ESSCO		

Trazabilidad externa

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Exactitud

Calibrado por:

No. de informe:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Exactitud

Calibrado por:

No. de informe:

Juego de Bloques Patrón

MPC032	Generic	Generic
Mitutoyo	0.030	0.020
516-901-12	3262	4157
0008603	0.030 in	0.020 in
2.9 μ in	Grado 2	Grado 2
ESSCO	ESSCO	ESSCO
1529731	1529736	1529734
Mitutoyo		
611310-521		
130728		
0.010 in		
Grado 00		
ESSCO	Calibración:	Vencimiento:
1529739	2017-07-10	2020-07-10
Propiedad de MyPSA		

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informe:

Juego de Bloques Patrón

MPC039		
Brown & Sharpe		
980-195		
N/A		
0.105 in - 1.00 in		
$\pm 3.7 \mu$ in		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
46769	2019-04-11	2020-04-11
Propiedad de MyPSA		

Descripción:

Clave:

Marca:

Modelo:

Serie:

Alcance:

Incertidumbre:

Calibrado por:

No. de informe:

Micrómetro Digital para Cuerdas

MPC136		
Mitutoyo		
326-712-30		
45016568		
2 in		
$\pm 0,00004$ in		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
54106	2020-02-04	2021-02-04
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR