

# CARTA DE TRAZABILIDAD

## MPC217 PESO MUERTO DE 5 LIBRAS RICE LAKE

### NIST

### CENAM

	Instrumento
Descripción:	<b>Juego de pesos muertos</b>
Valor nominal:	1 mg - 100 g
Identificación:	L595Q
Certificado:	684/291344-18, 684/292805-19
Trazabilidad a:	NIST
	Propiedad de Rice Lake

**Trazabilidad externa**

Descripción:	<b>Juego de pesos muertos 1 mg - 100 G</b>		
Clave:	<b>MPC458</b>		
Marca:	Derve Instrument Company		
Modelo:	ASTM Clase 1		
Serie:	01-J25571-1		
Alcance:	1 mg - 100 g		
Incertidumbre:	Ver manual del fabricante		
Calibrado por:	<b>Rice Lake</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>3098911</b>	<b>2020-08-25</b>	<b>2023-08-25</b>
	Propiedad de MyPSA		

	Instrumento	Instrumento	Instrumento
Descripción	Comparadora de masas	Comparadora de masas	Comparadora de masas
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	<b>WXT205DU</b>	<b>AT-1004</b>	<b>XPE26003LC</b>
Serie	B546699302	1117051151	B546895856
Identificación	IPP-21	IPP-02	IPP-22
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Juego de pesas	Pesa patrón	Pesa patrón
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	Mettler Toledo
Modelo	<b>159350</b>	<b>15849</b>	<b>15850</b>
Serie	B839513795	Sin serie	Sin serie
Identificación	MT-E2-R10	MT-E2-R02	MT-E2-R03
Trazabilidad	CENAM	CENAM	CENAM
Descripción	Pesa cilíndrica individual	Pesa cilíndrica individual	
Marca	Mettler Toledo	Mettler Toledo	
Modelo	<b>15851</b>	<b>15852</b>	
Serie	Sin serie	Sin serie	
Identificación	MT-E2-R04	MT-E2-R05	
Trazabilidad	CENAM	CENAM	
	Propiedad de Mettler toledo		

**Trazabilidad externa**

<b>Pesos muertos Rice Lake Clase 1</b>			
<b>Clave</b>	<b>Modelo</b>	<b>Alcance</b>	<b>Incertidumbre</b>
MPC089	OD0V	50 g	0.023 mg
MPC091	OD0S	200 g	0.037 mg
MPC094	ODOL	2 kg	0.49 mg
<b>Mettler Toledo</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>	
<b>ICA.02/6356/19</b>	<b>2019-10-09</b>	<b>2022-10-09</b>	
Propiedad de Mypsa			

Descripción:	<b>Juego de pesos muertos 1 mg - 20 g</b>		
Clave:	<b>MPC088</b>		
Marca:	Rice lake		
Modelo:	Clase 1		
Serie:	0DOV		
Alcance:	1 mg - 20 g		
Incertidumbre:	0.012mg		
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>58189</b>	<b>2020-09-14</b>	<b>2021-09-14</b>
	Propiedad de MyPSA		

**Trazabilidad externa**

Descripción:	<b>Peso muerto de 5 lb</b>		
Clave:	<b>MPC217</b>		
Marca:	Rice lake		
Modelo:	Clase F		
Serie:	N/A		
Alcance:	5 lb		
Incertidumbre:	± 5.8 mg		
Calibrado por:	<b>Mypsa</b>	<b>Calibración:</b>	<b>Vencimiento:</b>
No. de informe:	<b>58666</b>	<b>2020-09-24</b>	<b>2021-09-24</b>
	Propiedad de MyPSA		

**INSTRUMENTO A CALIBRAR**