

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC239 MÁQUINA DE ENSAYOS JINAN PRECISION WDW-S5

NIST- CENAM

Trazabilidad externa

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Juego de pesos muertos grado M2		
MPC007		
Inpros		
Grado M2		
N/A		
5 kg, 20 kg		
± 0.06 g, ± 0.58 g		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
51080	2019-10-11	2020-10-11
Propiedad de MyPSA		

Juego de Pesas		
MPC006		
Rice Lake		
Clase F		
R489		
20 mg ±0.15 mg; 200 mg ±0.01 mg; 500mg ±0.01mg; 2 g ±0.37 mg; 2 g ±0.37 mg; 5 g ±0.50 mg; 10 g ±0.67 mg; 20 g ±1.33 mg; 20 g ±0.02 mg; 50 g ±3.3 mg; 100g ±6.7 mg; 200 g ±13.3 mg; 200 g ±13.3 mg; 500 g ±20 mg; 1000g ±33 mg; 2000 g ±100 mg; 2000 g ±100 mg; 5000 g ±167 mg;		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
51465	2019-10-19	2020-10-19
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Alcance:
Incertidumbre:
Calibrado por:
No. de informe:

Peso muerto 10 kg		
MPC215		
Rice lake		
Clase F		
N/A		
10000 g		
± 0.12 g		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
51083	2019-10-12	2020-10-12
Propiedad de MyPSA		

Descripción:
Clave:
Marca:
Modelo:
Serie:
Calibrado por:
No. de informe:

Máquina de ensayos		
MPC239		
Jian Precision		
WDW-S5		
1112414		
Mypsa	Calibración:	Vencimiento:
58971	2020-10-04	2021-10-04
Propiedad de MyPSA		

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Forma: FMP-156-MPC239