

CARTA DE TRAZABILIDAD
MPC085 SENSOR DE POTENCIA HP 8481A

CENAM

Instrumentos			
Descripción:	Medidor de potencia	Medidor de potencia	Sensor de potencia
Marca:	Hewlett packard	Hewlett packard	Agilent
Modelo:	436A	E4418A	E4412A
Serie:	2709A27614	US37480394	SG41490051
Calibrado el:	2018-07-06	2018-06-20	2018-06-26
Vencimiento:	2019-07-06	2019-06-20	2019-06-26
No. de certificado:	CNM-CC-440-109/2018	CNM-CC-440-103/2018	CNM-CC-440-104/2018
Descripción:	Generador de RF	Generador de RF	
Marca:	Gigatronics	Hewlett Packard	
Modelo:	600	8684D	
Serie:	444817	2638A00583	
	En conjunto con medidor y sensor de potencia	En conjunto con medidor y sensor de potencia	
Propiedad de SEPRI			

Trazabilidad externa

Descripción:	Sensor de Potencia		
Clave:	MPC085		
Marca:	H.P.		
Modelo:	8481A		
Serie:	1550A08232		
Alcance:	-30dBm a +20dBm, 10MHz a 18GHz		
Incertidumbre:	± 0,2 dBm		
Calibrado por:	SEPRI	Calibración:	Vencimiento:
No. de informe:	TF-0573-2019	2019-04-23	2021-04-23
	Propiedad de Mypsa		

Nota: Medidor y sensor de potencia (MPC337 y MPC085) se calibraron en conjunto.

INSTRUMENTO A CALIBRAR

Forma FMP-156-MPC085