



Cliente:	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE					
Dirección	AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO					
Lugar de Muestreo:	AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA					
Estación de Muestreo:	P-01					
Descripción:	SalidadeOsmosis					
Tipo de muestra:	L	L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso				
Clase:	E	E= Efluente / Emisión R = Receptor				
Coordenadas UTM: (WGS 84)	Norte:	-	Este:	-	Altitud:	-
	Zona:	18L				
Fecha de Inicio:	05/05/2026	Hora de Inicio:	17:00			
Fecha de Término*:	-	Hora de Término*:	-			
* (Solo si corresponde)						

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Endotoxinas	-	-

Cliente	
Número de Identificación	Tipo de documento Tipo de persona
20502351908	RUC Jurídica
Nombre / Razón Social	
OPP FILM S.A.	
Dirección	Consortio / Grupo
AV. SAN PEDRO MZA. B LOT	-
Teléfono	Forma de Pago Orden de Compra
958981796	Factoring ::SELECCIO
Acta de conformidad	E-mail

MS	Id	Descripción	Peso	Muestras	LCM	Técnica	Método	Acreditado	Asignado
NO	20743	Ferulosa		Q	0.002	SMEWALPHA AFIRMA (SEP Part 8221 E, 24N EA, 24N ES)	Phenols, Chlorine Peroxides, Chloramines Extraction Method, Direct Fluorimetry Method	SI	
NO	20742	Cianuro Libre		Q	0.0000	EPH 9013 A (24N) CHROMEN AFIRMADA (SEP Part 8221 E, 24N ES, 24N ES) (No incluye sustrato) 2023	CHLORIDE EXTRACTION PROCEDURE FOR SOILS AND OLS Cyanide, Cyanogen Chloride, Colorimetric Method	SI	
NO	12068	Confirmitas totales	12065	Q	1.1	SMEWALPHA AFIRMA (SEP Part 8221 E, 24N EA, 24N ES) (Incluye MUSTREO) 2023	Multiple Tube Fermentation Technique to Members of the Coliform Group, Standard Test Coliform Fermentation Technique	SI	
NO	12067	Confirmitas fécules e termotolerantes (mpg)	12065	Q	1.1	SMEWALPHA AFIRMA (SEP Part 8221 E, 24N EA, 24N ES) (Incluye MUSTREO) 2023	Multiple Tube Fermentation Technique to Members of the Coliform Group, Thermotolerant (EHEC) Coliform	SI	
NO	12069	Escherichia coli	12065	Q	1.1	SMEWALPHA AFIRMA (SEP Part 8221 E, 24N EA, 24N ES) (Incluye MUSTREO) 2023	Multiple Tube Fermentation Technique to Members of the Coliform Group Escherichia coli	SI	
NO	20723	Nitratos		Q	0.025	SMEWALPHA AFIRMA (SEP Part 8202-A(2022), 24N ES, 2023)	Nitrogen (Nitrate), Cadmium Reduction Method	SI	

Elaborado por:	ÁREA DE OPERACIONES
Vº Bº:	PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-02

Descripción:

RetornodeAnillo

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:10

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Endotoxinas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-03

Descripción:

IniciodeAnillo

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:22

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Endotoxinas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-04

Descripción:

PuntodeMaquinadeSala

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:30

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Sulfatos, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, Nitratos, N-Nitratos, Cloro total (Medición en campo), Metales	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-04

Descripción:

PuntodeMaquinadeSala

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R= Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:30

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Flúor	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-05

Descripción:

MaquinadeHemodiálisis#6

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:40

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Recuento de bacterias heterotrofas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-06

Descripción:

MaquinadeHemodiálisis#14

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

17:50

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Recuento de bacterias heterotrofas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-07

Descripción:

SalidadeOsmosisInversaPortil

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

18:00

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Sulfatos, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, Nitratos, N-Nitratos, Cloro total (Medición en campo), Metales	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-07

Descripción:

SalidadeOsmosisInversaPortil

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

18:00

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Flúor, Endotoxinas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-08

Descripción:

SalidadeOsmosisInversaPortil

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

18:15

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Sulfatos, Calcio, Potasio, Magnesio, Sodio, Nitratos, N-Nitratos, Cloro total (Medición en campo), Metales	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC

Cliente:

HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE

Dirección

AV. CESAR VALLEJOS NRO. 1390 LIMA - LIMA - EL AGUSTINO

Lugar de Muestreo:

AV. CESAR VALLEJO 1431 EL AGUSTINO, LIMA

Estación de Muestreo:

P-08

Descripción:

SalidadeOsmosisInversaPortil

Tipo de muestra:

L

L= Líquido G= Gaseoso S= Sólido B= Biológico R= Ruido V= Vibración A= Acuoso

Clase:

E

E= Efluente / Emisión R = Receptor

Coordenadas UTM:
(WGS 84)

Norte:

-

Este:

-

Altitud:

-

Zona:

18L

Fecha de Inicio:

05/05/2026

Hora de Inicio:

18:15

Fecha de Término*:

-

Hora de Término*:

-

* (Solo si corresponde)

Distrito:	Provincia:	Departamento:
EL AGUSTINO	LIMA	LIMA

Parámetros:	Frecuencia de Muestreo:	Frecuencia de Reporte:
Flúor, Endotoxinas	-	-

Elaborado por:

ÁREA DE OPERACIONES

V° B°:

PACIFIC CONTROL SAC