

# *Energirenovering*

---



P1 PROJEKT  
GRUPPE B131  
BYGGERI & ANLÆG  
AARHUS UNIVERSITET  
DEN 18. DECEMBER 2014



**Titel:**

Energirenovering

**Projekt:**

P1-projekt

**Projektperiode:**

September 2014 - December 2014

**Projektgruppe:**

B131

**Deltagere:**

Adam G. Hansen  
Berit Jørgensen  
Christoffer Haning  
Dorthe Møller  
Ejnar V. Jensen  
Freja Poulsen  
Gerhard Pedersen

**Vejledere:**

Carsten Henningsen  
Lotte Dalgaard

**Synopsis:**

Synopsis

**Oplagstal: 10**

**Sidetal: 80**

**Appendiks: 3**

**Afsluttet 18-12-2014**



# Forord

---

Denne rapport er udarbejdet af en gruppe studerende på 1. semester på Byggeri og Anlægsuddannelsen ved Aalborg Universitet. *Byggeboom i Aalborg* er det overordnede tema for projektet.

Fra projektkataloget er der valgt projektet *Energirenovering*, som lægger op til at belyse andre sider af et byggeboom. Projektet omfatter en kontekstuel vinkel og en teknisk vinkel. Den tekniske del belyser faglighederne energi og indeklima samt konstruktion. Den kontekstuelle del af rapporten behandler ...

Forudsætningerne for at læse rapporten er et vist kendskab til ...

Der rettes stor tak til vejlederne ... for inspirerende vejledning og konstruktiv kritik. Endvidere rettes en stor tak til ...

## Læsevejledning

Der vil igennem rapporten fremtræde kildehenvisninger, og disse vil være samlet i en kildeliste bagerst i rapporten. Der er i rapporten anvendt kildehenvisning efter Harvardmetoden, så i teksten refereres en kilde med [Efternavn, År]. Denne henvisning fører til kildelisten, hvor bøger er angivet med forfatter, titel, udgave og forlag, mens Internetsider er angivet med forfatter, titel og dato. Figurer og tabeller er nummereret i henhold til kapitel, dvs. den første figur i kapitel 7 har nummer 7.1, den anden, nummer 7.2 osv. Forklarende tekst til figurer og tabeller findes under de givne figurer og tabeller.

---

Adam G. Hansen

---

Berit Jørgensen

---

Christoffer Haning

---

Dorthe Møller

---

Ejnar V. Jensen

---

Freja Poulsen

---

Gerhard Pedersen



# Indholdsfortegnelse

---

<b>Kapitel 1</b>	<b>Indledning</b>	<b>1</b>
<b>Kapitel 2</b>	<b>Projektbeskrivelse</b>	<b>3</b>
2.1	Problemanalyse . . . . .	3
2.2	Problemformulering . . . . .	3
2.3	Projektafgrænsning . . . . .	3
2.4	Metode . . . . .	3
<b>Kapitel 3</b>	<b>Kravspekifikation</b>	<b>5</b>
3.1	Indledning . . . . .	5
3.2	Versionshistorik . . . . .	5
3.3	Systembeskrivelse . . . . .	6
3.3.1	Aktør beskrivelse . . . . .	6
3.4	Funktionelle krav . . . . .	7
3.4.1	Use Case Diagram . . . . .	7
3.4.2	Use Case 1 - Start sorteringscyklus . . . . .	8
3.4.3	Use Case 2 - Sortering af Langerhanske Øer . . . . .	9
3.4.4	Use Case 3 - Stop sorteringscyklus . . . . .	10
3.4.5	Use Case 4 - Indstillinger . . . . .	11
3.4.6	Use Case 5 - Data logging . . . . .	12
3.5	Ikke funktionelle krav . . . . .	13
3.5.1	Kvalitetskrav . . . . .	13
3.5.2	Hardware . . . . .	14
3.5.3	Software . . . . .	14
3.5.4	GUI - Mockup . . . . .	15
3.6	Projektafgrænsning . . . . .	16
3.7	Samarbejdspartner . . . . .	16
<b>Kapitel 4</b>	<b>Accepttest</b>	<b>17</b>
4.1	Versionshistorik . . . . .	17
4.2	Indledning . . . . .	18
4.3	Accepttest af funktionelle krav . . . . .	18
4.3.1	Use Case 1: Påfyldning af celler . . . . .	18
4.3.2	Use Case 2: Sortering af langerhanske øer . . . . .	20
4.3.3	Use Case 3: Stop sorteringscyklus . . . . .	21
4.3.4	Use Case 4: Indstillinger . . . . .	23
4.3.5	Use Cases 5: Data logging . . . . .	24
4.4	Accepttest af ikke funktionelle krav . . . . .	26
4.4.1	Hardware . . . . .	32
<b>Kapitel 5</b>	<b>Design</b>	<b>35</b>

5.1	Hardware . . . . .	35
5.1.1	Block Definition Diagram . . . . .	35
5.1.2	Internal block Diagram . . . . .	36
5.1.3	Kamera . . . . .	36
5.1.4	Slanger . . . . .	37
5.1.5	Arduino . . . . .	37
5.1.6	Ventil . . . . .	37
5.1.7	Pumpe . . . . .	37
5.1.8	Beholdere . . . . .	38
5.1.9	Loadcell . . . . .	38
5.2	Software . . . . .	39
5.2.1	Arduino . . . . .	39
5.2.2	Kamera . . . . .	41
5.2.3	Funktioner . . . . .	42
5.2.4	User Interface . . . . .	43
5.3	Sekvensdiagrammer . . . . .	48
5.3.1	Sekvensdiagram for usecase 1 . . . . .	48
5.3.2	Sekvensdiagram for usecase 2 . . . . .	49
5.3.3	Sekvensdiagram for usecase 3 . . . . .	49
5.3.4	Sekvensdiagram for usecase 4 . . . . .	50
5.3.5	Sekvensdiagram for usecase 5 . . . . .	51
<b>Appendiks A Casehus</b>		<b>53</b>



# Indledning

---

# 1

I takt med den teknologiske udvikling og stigende velstand stilles der til stadighed stigende krav til komfort, arbejdsmiljø og sundhed. Dette afspejler sig i udpræget grad i bygningssektoren, hvor revolutionerende metoder og tankegange vinder frem og sætter en høj standard for nutidens energieffektive bygninger. Det er også nødvendigt, hvis energiforbruget i sektoren, der tegner sig for massive 40 % af EU's samlede energiforbrug, skal reduceres.

En oplagt mulighed er derfor at energirenovere den eksisterende bygningsmasse og bringe det op til gældende byggestandard. Det er netop målsætningen med regeringens Strategi for Energirenovering af Bygninger [?].



# Projektbeskrivelse 2

---

Projektforslaget lægger op til at belyse effekterne af energirenovering samt hvordan barrierne overvindes ved brug af virkemidler.

I det følgende reflekteres der over emnerne i problemanalysen. Problemformuleringen indrammer herefter projektet inden det konkretiseres i afgrænsningen. Endelig beskrives de metoder, som søges anvendt.

## 2.1 Problemanalyse

## 2.2 Problemformulering

I den kontekstuelle del søges følgende spørgsmål besvaret.

I den tekniske del søges følgende energi- og konstruktionsmæssige spørgsmål besvaret.

## 2.3 Projektafgrænsning

## 2.4 Metode



# Kravspekifikation 3

---

## 3.1 Indledning


Dette dokument indeholder kravspecifikationen for The Cell Collector(omtales herefter som systemet). Dokumentet er udarbejdet i samarbejde med kunden(Søren Gregersen) og specificerer kundens kvalitetskrav, samt funktionelle og ikke funktionelle krav. Der er sammen med kunden udarbejdet en accepttest, som har til formål at teste de specificerede krav i kravspecifikation.

## 3.2 Versionshistorik

Dato	Version	Punktnr	Beskrivelse	Initialer
19/09 2015	0.1		Dokument sendt til review	AE og AT
19/09 2015	0.2		Rettelser fra reviewmøde og Latex layout	AE og AT
20/10 2015	0.3		Kamera krav tilføjet	AE og AT

### 3.3 Systembeskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle et system til isolation af insulin producerende celler (Langerhanske Øer). Mange farmaceutiske virksomheder og forskningsafdelinger udfører forsøg på disse øer fra bl.a. rotter. Processen med isolering af Langerhanske øer startes ved operativt at fjerne pancreas, hvorefter vævet opløses vha. enzymet kollagenase. Når vævet er opløst fortyndes det yderligere inden det hældes i petriskåle. Øerne bliver herefter manuelt isoleret vha. mikroskop og diverse præcisions redskaber. Denne proces er både besværlig og tidskrævende. Formålet med projektet er derfor, at udvikle en ny metode til isolation af cellerne. Systemet skal indeholde en beholder til opløsningen med langerhanske øer. Denne opløsning skal føres ud gennem en tynd slange (<0,5mm) forbi et kamera, hvor der ved hjælp af Matlab skal udføres billedprocessering. Billedebehandlingen skal genkende, hvornår der er en langerhanske ø. Derefter skal systemet frasortere denne, ved et ventil system der åbner på det rigtige tidspunkt. Til at skabe flowet i slangerne anvendes en pumpe. Et krav til pumpen er at den skal være nænsom ved celleopløsningen, da de langerhanske øer er meget skrøbelige. En automatiseret løsning af sorteringsprocessen kan bidrage med reducere omkostningerne, give en mere ensartet sortering samt sikre dokumentation af de sorterede øer. Systemet kan fra et kommercielt synspunkt bidrage til basal forskning og til screening af nye medicinske præparater.




**Figur 3.1.** Figuren viser den overordnede opbygning af systemet, som beskrevet under systembeskrivelsen

#### 3.3.1 Aktør beskrivelse

Systemets primære aktør er operatøren, som står for påfyldning af celler, start og stop af sorteringsprocessen. Operatøren har mulighed for at interagere med systemet via en grafisk brugergrænseflade. Systemets sekundære aktør er PC'ens filsystem, hvor der løbende gemmes en log over sorteringsprocessen.

## 3.4 Funktionelle krav

### 3.4.1 Use Case Diagram



*Figur 3.2.* Use Case diagram for The Cell Collector

### 3.4.2 Use Case 1 - Start sorteringscyklus

Mål	Start sorteringscyklus
Initiering	Use casen initieres af operatøren
Aktør	Operatør
Startbetingelser	The Cell Collector programmet er startet på computeren
Slutbetingelser ved succes	Systemet starter med sorteringen af Langerhanske øer
Slutbetingelser ved undtagelse	N/A
Normalforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operatør fylder celleopløsningsbeholderen</li> <li>2. Celleopløsningsbeholderen er fyldt</li> <li>3. Operatør starter sorteringscyklus ved at klikke på [Start] [Undtagelse 1: Wastebeholder er fyldt]</li> <li>4. Systemet initialiserer Arduinoen [Undtagelse 2: Ingen forbindelse til Arduino]</li> <li>5. Systemet kontrollerer celleopløsningsbeholderen</li> <li>6. Systemet initialiserer kameraet [Undtagelse 3: Kameraet initialiserer ikke]</li> <li>7. Systemet tænder for kamera lyset</li> <li>8. Systemet tænder for pumpen</li> </ol>
Undtagelser	<p>[Undtagelse 1: Wastebeholder er fyldt]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systembesked: Tøm venligst Wastebeholder før start</li> <li>2. Operatøren trykker "OK"</li> <li>3. Systemet fortsætter opstartprocessen</li> </ol> <p>[Undtagelse 2: Ingen forbindelse til Arduino]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systembesked: Ingen forbindelse til Arduino, Tjek forbindelser.</li> </ol> <p>[Undtagelse 3: Kameraet initialiseres ikke]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. System fejlmeddelse: Kameraet er ikke initialiseret:</li> <li>2. Genstart initialisering af Kameraet</li> </ol>



**3.4.3 Use Case 2 - Sortering af Langerhanske Øer**

Mål	Sortere Langerhanske Øer
Initiering	Use casen initieres af [UC 1: Startsorteringscyklus]
Aktør	N/A
Startbetingelser	Systemet er startet og sorteringscyklussen er i gang
Slutbetingelser ved succes	Systemet har isoleret en Langerhansk ø og ventilen er lukket
Slutbetingelser ved undtagelse	
Normalforløb	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kameraet detekterer en Langerhansk ø</li><li>2. Arduino sender signal til ventilen om åbning</li><li>3. Ventilen åbner</li><li>4. Arduino sender signal til ventilen om lukning</li><li>5. Ventilen lukker</li></ol>
Undtagelser	

**3.4.4 Use Case 3 - Stop sorteringscyklus**

Mål	Stop sorteringscyklus
Initiering	Use casen initieres af operatøren
Aktør	Operatør
Startbetingelser	[UC 2: Sortering af Langerhanske Øer] er startet
Slutbetingelser ved succes	[UC 2: Sortering af Langerhanske Øer] er stoppet
Slutbetingelser ved undtagelse	N/A
Normalforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operatør stopper sorteringscyklussen ved at trykke på [Stop] [Undtagelse 1: Tom celleopløsningsbeholder]</li> <li>2. Systemet slukker for pumpen</li> <li>3. Systemet slukker for kameraet</li> <li>4. Systemet slukker for kamera lyset</li> <li>5. Systemet slukker for Arduino</li> </ol>
Undtagelser	[Undtagelse 1: Tom celleopløsningsbeholder] <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systemet slukker for pumpen</li> <li>2. Systemet slukker for kameraet</li> <li>3. Systemet slukker for kamera lyset</li> <li>4. Systemet slukker for Arduino</li> </ol>

**3.4.5 Use Case 4 - Indstillinger**

Mål	Ændre systemets indstillinger
Initiering	Use casen initieres af operatør
Aktør	Operatør
Startbetingelser	[UC 2: Sortering af Langerhanske Øer] er endnu ikke startet
Slutbetingelser ved succes	Systemets indstillinger er ændret
Slutbetingelser ved undtagelse	Systemets indstillinger er uændret
Normalforløb	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Operatøren klikker på [Indstillinger]</li> <li>2. Et nyt vindue åbner med systemets indstillinger.</li> <li>3. Operatøren vælger de ønskede indstillinger, og trykker [Gem indstillinger] [Undtagelse 1: Operatøren klikker [Annuller]]</li> <li>4. Systemets indstillinger gemmes.</li> </ol>
Undtagelser	<p>[Undtagelse 1: Operatøren klikker "Annuller"]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systemet lukker Indstillingsvinduet og indstillingerne er uændret.</li> </ol>

**3.4.6 Use Case 5 - Data logging**

Mål	Logning af ddata
Initiering	Use casen initieres af systemet ved [UC 3: Stop sorteringcyklus]
Aktør	Database
Startbetingelser	[UC 2: Sortering af Langerhanske Øer] er stoppet
Slutbetingelser ved succes	Systemet har gemt fil med data for sorteringen
Slutbetingelser ved undtagelse	
Normalforløb	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Systemet gemmer en fil i formatet .csv med følgende værdier: Tid og Dato</li><li>2. Systemet informerer brugeren om at filen er gemt</li></ol>
Undtagelser	

## 3.5 Ikke funktionelle krav

### 3.5.1 Kvalitetskrav

Systemet har følgende krav fra kunden

Nr	Krav	Beskrivelse	Kommentar
1	Hastighed	Hastigheden på systemet skal være højere end 30 øer sorteret pr. minut	
2	Renhed	<p>2.1 mere end 90 % af de isolerede øer skal være faktiske øer (Sandt pos: &gt; 90 %)</p> <p>2.2 der skal være mindre end 5 % af de isolerede øer, der ikke er øer (Falsk pos: &lt; 5 %)</p> <p>2.3 der skal være mindre end 5 % af øerne i opløsningen der ikke er blevet isoleret (Falsk neg: &lt; 5 %)</p>	<p>Dokumentation af renhed:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjektiv vurdering af erfaren ø-plukker.</li> <li>2. Opmåling v.hj.a. digital billedbehandlingssoftware (ref 1 ).</li> <li>3. Funktionstests i laboratoriet (ref 1 og 2 ).</li> </ol>
3	Isoleringsgrad	Over 90 % af det oprindelige antal, skal være isoleret	$\frac{\text{Antal isolerede}}{\text{Total antal opløsning}} * 100$
4	Genkendelsesgrad	Over 90 % af det oprindelige antal, skal være isoleret	$\frac{\text{Visionsgenkendte}}{\text{Total antal opløsning}} * 100$
5	Ø/Cellestørrelse (µm)	Systemet skal kunne sortere øer, der har en størrelse mellem 100 µm og 300 µm	
6	Datalogning	Systemet skal kunne logge informationer omkring opløsningens øer, både størrelse og form	
7	Rensning	Systemet skal kunne lave en automatisk rensning af rør mm.	
8	Køling	Systemet skal kunne køle opløsningens væsken.	

### 3.5.2 Hardware

#### Microcontroller

1. Atmega328p (Arduino)

#### Pumpe

1. Pumpe flow:  $< 50 \text{ ml} / \text{min}$
2. Størrelse på studserne skal kunne tilpasses slangerne

#### Slanger

1. Slangerne skal have en indre diameter  $> 300 \mu\text{m}$
2. Kameraet skal kunne detektere langerhanske øer igennem slangen, evt. vha. glasrør

#### Beholdere

1. Celleopløsningsbeholder skal have størrelse  $> 250 \text{ mL}$
2. Wastebeholder skal have en størrelse dobbelt så stor som celleopløsningsbeholderen:  
 $> 500 \text{ mL}$

#### Ventil

1. 3-vejs, dvs. 1 tilgang og kobling mellem 2 udgange
2. Studserne skal kunne tilpasses slangerne
3. Skal være til væske
4. Lukke og åbne tid skal være  $> 50 \text{ ms}$

#### Kamera

1. Kameraet til kunne detektere langerhandske øer mellem 100 og 300  $\mu\text{m}$
2. Kameraet skal have en zoom funktion, som et mikroskop
3. Kameraet skal have et USB interface


### 3.5.3 Software

#### Dataformat og struktur

1. CSV format med kommasepareret delimiter.
2. Filnavn: Dato og starttidspunkt for sorteringscyklus.
3. Header indeholdende opsætningsindstillinger.
4. Filen er opbygget med følgende kolonner:
  - a) Tidsstempel i formatet DD-MM-YYYY-hh:mm:ss
  - b) Ø størrelse

### 3.5.4 GUI - Mockup


Mockup af GUI



*Figur 3.3.* Mockup af GUI

### 3.6 Projektafgrænsning

Til at afgrænse kravene i projektet er der anvendt MoSCoW metoden. Denne metode er brugt for at give en struktureret oversigt over hvilke krav der er vigtigst at få opfyldt inden for tidsrammen og hvilke der evt. kan implementeres senere hvis tiden er til det.



*Figur 3.4.* MoSCoW

### 3.7 Samarbejdspartner

Gruppens kunde er Søren Gregersen, overlæge på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Det er i samarbejde med ham at projektet er blevet specificeret, samt hvilke krav der er til den endelige prototype. Samuel Alberg Thrysøe er gruppens projektvejleder. Der afholdes ugentligt et vejledermøde, hvor gruppen giver status på projektet og hvor der diskuteres forskellige problemstillinger. Simon Vammen Grønbæk og Karl Johan Schmidt fungerer som projektets review gruppe. Der holdes møde hver anden uge omhandlende aftalt dagsorden. Formålet med review gruppen er at få konstruktiv feedback på evt. rettelser, opbygning af rapport og generel forståelse.



# Accepttest 4

---

## 4.1 Versionshistorik

Dato	Version	Punktnr	Beskrivelse	Initialer
19\09 2015	0.1		Dokument sendt til review	AE og AT
19\09 2015	0.2		Rettelser fra reviewmøde og Latex layout	AE og AT

## 4.2 Indledning

Dette dokument indeholder accepttesten for the Cell Collector(omtales herefter som systemet). Formålet med dokumentet er at sikre at alle krav til produktet er opfyldt, i henhold til kravspecifikationen.

## 4.3 Accepttest af funktionelle krav

### 4.3.1 Use Case 1: Påfyldning af celler

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
1.1	Operator fylder celle-opløsnings-beholderen		Celle-opløsnings-beholderen fyldes med væske			
1.2	Celle-opløsnings-beholderen er fyldt		??			
1.3	Operator starter sorterings-cyklus ved at klikke på [Start]	Opstarts processen i gang sættes, observeres	Knappen [Start] trykkes.			
1.4	Systemet initialiserer Arduinoen	Arduino initialiseret signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er initialiseret.			
1.5	Systemet kontrollerer celle-opløsnings-beholderen	Kontrol vægten returnerer en høj spænding for fyldt celle-opløsnings-beholder.	Spændingen måles med multimeter.			

<sup>1</sup> 1.6	Systemet initialiserer kameraet	Kamera Initialiseret signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er initialiseret.			
Undtagelse 1	1. Waste-beholderen er fyldt	System-besked: Tøm waste-beholderen	Der startes 2 sorterings-cyklusser. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 1	2 & 3 Operatør trykker [OK] <sup>2</sup>	Systemet fortsætter opstart-processen	Knappen [OK] trykkes			
Undtagelse 2	Forbindelsen til Arduino frakobles	System-besked: Ingen forbindelse til Arduino, kontroller forbindelser	USB kablet til Arduinoen frakobles. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 3	1. Kameraet initialiseres ikke	System-besked: Kameraet er ikke initialiseret.	Kameraets forbindelse frakobles. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 3	2.Genstart initialiseringen af Kameraet	Feedback fra kameraet om initialisering start.	Kameraet kobles til PC igen. Resultatet observeres på GUI.			

<sup>1</sup>fixme Note: bør overskrifterne ikke starte sammen med den nye side?

<sup>2</sup>fixme Note: er det ok denne måde med at teste to punkter på en gang?

## 4.3.2 Use Case 2: Sortering af langerhanske øer

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
2.1	Kameraet detekterer en Langerhansk ø.	Tælleren for antal sorterede øer stiger	Sorteringscyklussen er startet. Den Langerhanske ø simuleres vha. simuleringsvæske. Resultatet observeres på GUI.			
2.2	Arduino sender signal til ventilen om åbning.	Udgang til ventilen er høj	Pin D7 måles vha. multimeter.			
2.3	Ventilen åbner	Ventilen er åben	Observeres ved at se på ventilen.			
2.4	Arduino sender signal til ventilen om lukning.	Udgang til ventilen er lav	Pin D7 måles vha. multimeter.			
2.5	Ventilen lukker.	Ventilen er lukket	Observeres ved at se på ventilen.			

## 4.3.3 Use Case 3: Stop sorteringscyklus

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
3.1	Operatør stopper sorteringscyklussen ved at trykke på [Stop]	Sorteringscyklus stopper	En sorteringscyklus er i gang. Knap [Stop] trykkes. Resultatet observeres på GUI.			
3.2	Systemet slukker for pumpen	Flowet i slangen stopper	Observeres ved at se på flowet i slangen			
3.3	Systemet slukker for kameraet	Kameraets sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er slukket.			
3.4	Systemet slukker for kamera lyset	Lyset slukker	Kamera lyset observeres			
3.5	Systemet slukker for arduinoen	Arduino sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er slukket.			

Undtagelse 1	1. Celleopløsningsbeholderen løber tør for væske	Sorteringscyklussen stopper	En sorteringscyklus er i gang. Sorteringscyklussen forsættes indtil celleopløsningsbeholderen løber tør for væske. Resultatet observeres på GUI.			
Undtagelse 1	2. Systemet slukker for pumpen	Flowet i slangen stopper	Observeres ved at se på flowet i slangen			
Undtagelse 1	3. Systemet slukker for kameraet	Kameraets sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at kameraet er slukket.			
Undtagelse 1	4. Systemet slukker for kamera lyset	Lyset slukker	Kamera lyset observeres			
Undtagelse 1	5. Systemet slukker for arduinoen	Arduino sluk signal modtages og gives til UI	Det observeres på GUI'en at Arduinoen er slukket.			

## 4.3.4 Use Case 4: Indstillinger

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
4.1	Operatøren klikker på [Indstillinger].	Et nyt vindue åbner med systemets indstillinger.	Knappen [Indstillinger] trykkes.			
4.2 & 4.3 <sup>3</sup>	Arduino sender signal til ventilen om åbning.	Udgang til ventilen er høj	Pin D7 måles vha. multimeter.			
Undtagelse 1	Operatøren klikker [Annuller].	Indstillingsvinduet lukkes og systemets indstillinger er uændret.	Knappen [Annuller] trykkes. Det verificeres at indstillingerne er uændret ved at åbne Indstillinger igen. <sup>4</sup>			

<sup>3</sup>fixme Note: er det ok?<sup>4</sup>fixme Note: bør denne uddybes?

## 4.3.5 Use Cases 5: Data logging

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
5.1	Systemet gemmer en fil i formatet .csv med følgende værdier: 1.Tid og Dato 2.Indstillings-værdier 3.Antal sorterede celler 4.Størrelser for celler	Filen er gemt i databasen med de specificerede værdier.	En ny sorterings-cyklus startes (UC 1), hvorefter sorterings-cyklussen stoppes (UC 3), ved tryk på [Start/-Stop]. Den gemte fil inspiceres ved hjælp af texteditor (Notepad, textEdit eller lignende). 5			
5.2	Systemet informerer operatøren om at filen er gemt.	Der vises besked til operatøren.	En ny sorterings-cyklus startes (UC 1), hvorefter sorterings-cyklussen stoppes (UC 3), ved tryk på [Start/-Stop]. Observer GUI.			

---

<sup>5</sup>fixme Note: jeg synes vi skal have navne på usecaserne ind også?





#### 4.4 Accepttest af ikke funktionelle krav

Krav nr.	Kvalitetskrav	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
1	Hastigheden på systemet skal være højere end 30 øer sorteret pr. minut	Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges <sup>6</sup> , hvor ved der måles med et stopur. Stopuret stoppes efter sorteringsprocessen er færdig, derefter regnes hastighed ud ved $\frac{\text{Antaler}}{\text{minutter}}$ <b>FiXme</b> <b>Note:</b> <b>hmm</b>	Når sorteringcyklussen er færdig er $\frac{\text{Antaler}}{\text{minutter}} > 30$			

<sup>6</sup>fixme Note: indsæt ref til UC

2	1 Mere end 90% af de isolerede øer skal være faktiske øer (Sandt pos: > 90%)	Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter endt cyklus, skal en kyndig person tælle antallet af faktiske øer. Dette holdes op i mod antallet af isoleret øer.	Når sorteringcyklussen er færdig er $\frac{\text{antaltalkeer}}{\text{antalisoleret}} * 100 \Rightarrow 90$ .		
2	2 Der skal være mindre end 5% af de isolerede øer, der ikke er øer (Falsk pos: < 5%)	Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter endt cyklus, skal en kyndig person tælle antallet af faktiske øer. Dette holdes op i mod antallet af isoleret øer.	Når sorteringcyklussen er færdig er $\frac{\text{antaltalkeer}}{\text{antalisoleret}} * 100 \Rightarrow 95$ .		

2	<p>3 Der skal være mindre end 5% af øerne i opløsningen der ikke er blevet isoleret (Falsk neg: &lt; 5%)</p>	<p>Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter endt cyklus, skal en kyndig person tælle antallet af øer der er isoleret og antallet af øer i waste beholde- ren.</p>	<p>Når sortering- cyklussen er færdig er <math>\frac{\text{antaltal} \text{teer} \text{waste}}{\text{antaltal} \text{te} \text{isolere} \text{ter}} * 100 \Rightarrow 95</math> .</p>			
---	--	---	---	--	--	--

3	over 90% af det oprindelige antal, skal være isoleret.	<p>En opløsning med et kendt antal øer benyttes. Hvor efter normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter endt cyklus, skal en kyndig person tælle antallet af øer der er isoleret. Dette antal holdes op i mod antallet af øer i opløsningen fra start.</p>	<p>Når sorteringcyklussen er færdig er</p> $\frac{\text{antaltal i opløsningen fra start}}{\text{antaltal i isolerede}} * 100 \Rightarrow 90$ <p>.</p>			
---	--	---	--	--	--	--

4	over 90% af det oprindelige antal, skal være genkendt	En opløsning med et kendt antal øer benyttes. Hvor efter normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter færdig endt cyklus, holdes antal af detekteres op i mod det oprindelige antal af øer fra starten.	Når sorteringcyklussen er færdig er	$\frac{\text{antaldetektereter}}{\text{antaloprindeligeer}} * 100 \Rightarrow 90$		
---	---	---	-------------------------------------	---	--	--

5	Systemet skal kunne sortere øer, der har en størrelse mellem 100 $\mu\text{m}$ og 300 $\mu\text{m}$	En opløsning med en østørrelse på 100 $\mu\text{m}$ og 300 $\mu\text{m}$ benyttes Hvor efter normalforløbet ved en sorteringscyklus følges. Efter færdig endt cyklus, skal en kyndig person tælle antallet af øer der er isoleret. Dette holdes op i mod antallet af øer i opløsningen fra start.	Begge ø størrelser er isoleret			
6	Systemet skal kunne give informationer omkring opløsningens øer, både størrelse og form.	Normalforløbet ved en sorteringscyklus følges.	Efter endt cyklus, skal data filen kontrolleres om den har de specificerede værdier.			

## 4.4.1 Hardware

Krav nr.	Handling	Forventet resultat	Test-metode	Resultat	✓\-	Initialer og dato
7.2.1	Micro-controller type: Atmega328p	Atmega328p	Visuel inspektion af microcontrolleren.			
7.2.2.1	Pumpe flow	< 50ml /min	Observeres ved at måle antal mL / min <sup>7</sup>			
7.2.2.2	Studse størrelse	Indre diameter > 300 µm	<sup>8</sup>			
7.2.3.1	Slange	Indre diameter > 300 µm	Dimensionerne på slangen kontrolleres via datablad <sup>9</sup>			
7.2.3.2	Kamera detektion igennem slange	Kameraet kan detekterer langerhansk ø gennem slangen	?? <sup>10</sup>			
7.2.4.1	Celleopløsnings-beholder har størrelse > 250 mL	Celleopløsnings-beholderen er > 250 mL	Testes ved at fylde 250 mL væske i celleopløsnings-beholderen			

<sup>7</sup>fixme Note: skal vel beskrives mere?<sup>8</sup>fixme Note: mangler<sup>9</sup>fixme Note: toft: jeg vil mene de skal måles med et skydelærred?<sup>10</sup>fixme Note: testes med vores simuleringsvæske?



7.2.4.2	Waste-beholder er dobbelt så stor som celleopløsnings-beholder: > 500 mL	Waste-beholder er > 500 mL	Testes ved at fylde 500 mL væske i waste-beholderen.			
7.2.5.1	3 vejs ventil	Ventilen har 1 tilgang og 2 udgange	Ventilen observeres			
7.2.5.2	Studse størrelse	Matcher slangens størrelse	<sup>11</sup>			
7.2.5.3	Ventilen er til væske	Ventilen er bygget til væske	Datablad <sup>12</sup>			
7.2.5.4	Åben/Lukketid	< 50 ms	Datablad <sup>13</sup>			

---

<sup>11</sup>fixme Note: kan vel måles igen med skydelærred (digitalt)

<sup>12</sup>fixme Note: der er vel næsten ikke andre muligheder?, men er det o.k?

<sup>13</sup>fixme Note: der er vel næsten ikke andre muligheder?, men er det o.k?




## 5.1 Hardware

<sup>1</sup> Dette afsnit indeholder alt omkring hardware delene, fra hvilke krav der er gået ud fra til hvad der er fundet frem til. Afsnittet beskriver hvordan information søgning, og viden er fundet omkring komponenterne. Primært er hardware delene fundet på Ebay.com (kilder til de konkrete sider?(måske under hvert produkt?)), for at holde budgettet nede. De manglende datablade og tvivlsomme kvalitet er accepteret, da dette projekt først og fremmest er ”*proof of concept*” projekt.

Nedenstående blokdiagrammer (figur: 5.1 og figur: 5.2) beskriver hvilke hardware blokke systemet består af, samt forbindelserne mellem disse. Diagrammerne er med til at sikre at delene kan kommunikere sammen, uden unødvendige adaptere og omformere.


### 5.1.1 Block Definition Diagram



**Figur 5.1.** BDD - Cell Collector [Hardware]

<sup>1</sup>FiXme Note: der skal laves referecener og generelt skrives mere dybdegående spec beskrivelse

### 5.1.2 Internal block Diagram



Figur 5.2. IBD - Cell Collector [Hardware]

### 5.1.3 Kamera

Kameraet skal detektere de langerhanske øer, når de kommer forbi i slangen. Da de langerhanske øer skiller sig ud ved at være mere lyse end resten af vævet, vil det være underordnet om kameraet er et farve kamera. Da systemet ikke skal operere under en stor hastighed er en standard frame rate valgt på 30 f/s. Kameraet opløsningen er valgt ud fra, at det skal kunne se de langerhanske øer med en størrelse på 100-300µm. Til bestemmelse til dette er der brugt følgende formel: <sup>2</sup> For at kameraet har mulighed for, at se lidt flere detaljer og forhåbning om at det kan være tættere på end 10 cm, er det besluttet er et 2 megapixels kamera burde være passende.

[http://www.baslerweb.com/media/documents/BAS1408\\_White\\_paper\\_Camera\\_Selection\\_EN.pdf](http://www.baslerweb.com/media/documents/BAS1408_White_paper_Camera_Selection_EN.pdf)

Da kameraet er en elementær del af systemet opsætning, blev det prioriteret, at købe det ved en mere pålidelig forhandler for at sikre en relativ god kvalitet, hvor prisen stadig lå inden for budgettet.

Farnell <http://dk.farnell.com/duratool/bw788/microscope-digital-usb-25x-200x/dp/2319420>

<sup>2</sup>FiXme Fatal: Mangler formel

#### 5.1.4 Slanges

Slangerne anvendes til at føre opløsningen med de langerhanske øer, i gennem systemet og bl.a. forbi kameraet. Da de største langerhanske øer, som systemet skal håndtere er 300µm i diameter, er det valgt at slangerne skal have en indre diameter på 500µm. Yderligere har et krav været at kameraet skal kunne se igennem slangerne, derfor er der tilkøbt et glasrør som kameraet kan se i gennem.

#### 5.1.5 Arduino

Arduino er en open source platform til fremstilling af prototype print, som kan bruge til at styre forskellige systemer som dette. Arduino platformen er valgt da Matlab understøtter interaktion via en Support package. Boardet er brugt i et stort omfang omkring i verden. Derfor er det en platform der er nemt tilgængelig og forholdsvis prisvenlig, samt at der findes en stor mængde dokumentation omkring emnet. Da det som sagt er en open source platform, kan der købes forskellige versioner. Arduinoen skal bruges til at styre pumpen ved hjælp af "mini motor drive shield". Shieldet anvendes for at være sikker på at der leveres effekt nok til pumpen. Yderligere har det den fordel at strømmen til pumpen kan måles og at den er galvanisk adskilt fra forsyningen til arduinoen. Dette er dog ikke arduinoen eneste opgave den skal blandt andet også styre ventilen til sortering og lyset til kameraet.

#### 5.1.6 Ventil

Ventilens funktion er at sortere de langerhanske øer fra resten af opløsningen. Der findes utrolig mange typer af ventiler, med ret store prisforskelle. Ventilen er en vigtig del af systemets hardware, da det er dens ansvar at sortere de detekterede øer fra resten af væsken. Det er svært at finde ventiler med 500µm studser. Det kan godt lade sig gøre at få adaptere så større ventiler kan bruges, men sporbarheden omkring hvor den enkelte ø befinder sig, bliver svært hvis kammeret pludseligt bliver stort. Dette er et stykke hardware, hvor der kan bruges meget tid og mange penge. Kravene til ventilen er, at den skal være 3 vejs 1 tilgang og 2 udgange, yderligere skal studserne kunne tilpasses slange størrelsen, være til væske og have en lukke/åbne tid under 50ms.

#### 5.1.7 Pumpe

Pumpen skal skabe det nødvendige flow i væsken fra det ene punkt til det andet. Flowet skal være lavt nok til at kameraet kan nå at detektere en ø. Derfor er det et krav at pumpens flow hastighed er variabel, så flowet kan justeres. Der findes mange forskellige typer pumper til formålet, herunder stempel pumper, peristaltiske pumper og vakuum pumper. Der er bestilt en peristaltisk pumpe som virker ved at klemme på slangen og derved skabe et flow, det er dog uvist hvordan de langerhanske øer vil opføre sig ved sådan en pumpe. Der er også købt en vakuum pumpe, som muligvis kan sidde efter ventilen. Der skal dog stadig skabes et flow til de sorterede øers beholder, måske en kombination vil være det optimale. En modultest af de enkelte pumper skal afgøre hvilken løsning der er den mest optimale.

#### Vakuumpumper

<http://www.ebay.com/itm/281571300037>

[http://www.ebay.com/itm/161665897119?\\_trksid=p2054502.m570.l4467&\\_trkparms=gh1g%3DI161665897119.N19.S2.M-4218.R1.TR2](http://www.ebay.com/itm/161665897119?_trksid=p2054502.m570.l4467&_trkparms=gh1g%3DI161665897119.N19.S2.M-4218.R1.TR2)

### Peristaltiskepumper

<http://www.ebay.com/itm/6V-Peristaltic-Pump-Dosing-Water-Pump-DC-Motor-Tube-For-Aquarium-Lab-131367703927?hash=item1e96201577>

#### 5.1.8 Beholdere

Systemet består af tre beholdere der hver især har sin egen funktion. Den første kaldes celleopløsningsbeholderen, som skal indeholde den usorteret opløsning med de langerhanske øer. Beholder nummer to kaldes isolerede langerhanske øer beholderen, som er den beholder hvor de isolerede øer samles i. Den tredje beholder er waste beholderen, den skal have resten af opløsningen som ikke består af langerhanske øer. Størrelses kravene til beholderne er at opløsningsbeholderen skal mindst være 250ml, da det er den største mængde opløsning der vil blive brugt. Wastebeholderen skal således være dobbelt så stor, så der kan køres to sorterings cyklusser uden at skulle tømme beholderen i mellem. Den isolerede beholder, skal blot kunne rumme mængden af de isolerede øer. Da projektet som tidligere nævnt er et "proof of concept" er den eneste beholder der er hentet informationer om opløsningsbeholderen. Den bør være støvtæt, uden at være lufttæt da der ellers vil dannes et vakuum i beholderen. Derudover vil det være en fordel hvis den er forholdsvis robust, så den kan køles ned osv. på et senere tidspunkt.

#### 5.1.9 Loadcell

Loadcellen eller vægtcellen som det kan kaldes på dansk, skal bruges til at kontrollere om der er væske i celleopløsningsbeholderen. Den indkøbte vægtcellen kan veje op til 1 kg, hvilket fint dækker vægten for celleopløsningsbeholderen.

<http://www.ebay.com/itm/281311660424>

## 5.2 Software


Softwaren til The Cell Collector udvikles i Matlab. Programmet udvikles af modulær kode, som afgrænser de enkelte funktionaliteter. Blokdiagrammet (figur 5.3) viser hvordan programmet er opdelt i blokke, som afgrænser de enkelte funktionaliteter. Blokkene i det nederste lag skal ses som ækvivalente til funktioner i Matlab. De overordnede blokke i programmet er:

Arduino

Kamera

User Interface

Disse blokke er nærmere beskrevet under hver deres afsnit.



*Figur 5.3.* BDD - Cell Collector [Software]


### 5.2.1 Arduino

Denne bloks formål er, at håndtere al funktionalitet til styring af Arduinoen. Til styring af Arduinoen anvendes Arduino Support Package, som frit kan hentes hos Mathworks. Den indeholder basale funktioner til bl.a. opsamling af analoge signaler, understøttelse af digitalt og PWM output og styring af DC motorer. Support biblioteket indeholder de funktioner der skal til for at styre systemets hardware. For at initialisere Arduinoen og hardwaren implementeres en funktion, som opsætter Arduinoen med de inputs og outputs som er specificeret under hardware afsnittet.<sup>3</sup> Denne funktion er kaldt `initArduino`. Når brugeren klikker "Stop" skal systemet lukke ned som specificeret i Use Case 3.<sup>4</sup> Til dette implementeres en funktion kaldet `stopArduino`.

<sup>3</sup>FiXme Note: Indsæt reference til IBD for Hardware

<sup>4</sup>FiXme Note: Reference til Use case 3

Arduino blokken er yderligere opdelt i 3 underkategorier, som vist i figur 5.3. I det interne blok diagram (figur: 5.4) ses underblokkenes relationer med hinanden. Disse blokke er nærmere beskrevet herunder.



*Figur 5.4.* IBD - Arduino [Software]

### LoadCell

Denne funktion anvendes til, at få feedback fra loadcellen. Den læser det analoge input fra Arduinoen og sammenligner den med grænseværdien for hvornår celleopløsningsbeholderen er tom. Funktionens output er en boolean, som enten er true eller false alt efter om celleopløsningsbeholderen er tom.

### Pump Control

I denne funktion implementeres alt funktionalitet til styring af pumpen. Funktionen har en integer værdi som input, som specificerer flow hastigheden. Som output bruger funktionen et PWM moduleret signal til, at justere hastigheden på pumpen. Til dette anvendes funktionen writePWMVoltage fra Arduino Support pakken.


### Valve Control

Funktionen til styring af ventilen har en boolean som input. Denne værdi indikerer om en Langerhansk Ø er detekteret af kameraet. Alt efter værdien af denne sættes forbindelsen til ventilen høj eller lav med funktionen writeDigitalPin.



### 5.2.2 Kamera

Denne bloks formål er, at modtage et feed fra kameraet samt at detektere om en Langerhansk Ø har passeret kameraet. Som det ses på det overordnede blok diagram for softwaren (figur: 5.3) består kamera blokken af 2 underblokke. Nedenstående interne blok diagram (figur: 5.5) viser, hvordan disse blokke er forbundet internt. De enkelte blokkes funktion er yderligere beskrevet herunder.



*Figur 5.5.* IBD - Camera [Software]

#### CameraFeed

Denne bloks funktion er at modtage feedet fra kameraet og gemme billedet i handles. Til dette anvendes funktionen snapshot, som gemmer det nuværende billede som en variabel.

#### DetectIslets

I denne funktion foregår alt billedbehandling på det omsamlede billede. Billedet segmenteres for at fjerne støj og andet væv. Alt efter om en Langerhansk Ø er detekteret eller ej returneres true eller false.

### 5.2.3 Funktioner

I nedenstående liste er systemets funktioner opsummeret.

- initArduino
- pumpControl
- valveControl
- loadCell
- cameraFeed
- detectIslets


Herudover skal systemets indstillinger kunne ændres, samt data om sorteringscyklussen skal logges. Til dette implementeres funktionerne settings og exportData

- settings
- exportData

### 5.2.4 User Interface

#### Hovedvindue


I figur 5.6 er et Mockup af GUI'en vist. I venstre side er der placeret en Start knap, som skifter stadie til en Stop knap når den er klikket. Under denne knap er en række indikatorer placeret til, at give operatøren feedback om status omkring initialiseringen af Hardwaren. I højre side af GUI'en er der placeret tekstfelder til, at give brugeren feedback omkring den nuværende sorteringscyklus, samt de anvendte indstillinger. Under disse felter er en knap til Indstillinger. Når denne klikkes åbnes et nyt vindue, hvor operatøren kan ændre i indstillingerne.



*Figur 5.6.* Mockup af GUI

## Indstillinger

I figur 5.7 er et Mockup af Indstillingsvinduet vist. Via 2 tekstfelter har operatøren mulighed for, at ændre størrelsen for de celler som systemet skal sortere. Herudover har operatøren via en dropdown menu mulighed for at ændre flowhastigheden for pumpen. I Indstillingsvinduet er der yderligere placeret en "Annuller"knapp og en "Gem Indstillinger"knapp.



The mockup shows a settings window with a light gray background. At the top, there is a dropdown menu labeled "Flow rate" with a small upward and downward arrow icon. Below this, there are two text input fields. The first is labeled "Min Size:" and contains the value "100". The second is labeled "Max size:" and contains the value "300". At the bottom of the window, there are two buttons: "Annuller" on the left and "Gem Indstillinger" on the right.


**Figur 5.7.** Mockup af Indstillinger

## Callbacks

For de 3 knapper i GUI'en oprettes der 3 callback funktioner, hvor forskellig kode eksekveres når knapperne klikkes. Disse 3 callback funktioner er nærmere beskrevet herunder bl.a. vha. flow chart diagrammer.

### Start


Denne callback funktion kaldes når operatøren klikker på Start knappen på GUI'en. Flowet i callbacket er vist i figur 5.8.



**Figur 5.8.** Aktivitetsdiagram for Start Callback

## Stop


Denne callback funktion kaldes når operatøren klikker på Stop knappen på GUI'en. Flowet i callbacket er vist i figur 5.9.



**Figur 5.9.** Aktivitetsdiagram for Stop Callback

## Indstillinger


Denne callback funktion kaldes når operatøren klikker på Settings knappen på GUI'en. Flowet i callbacket er vist i figur 5.10. Når knappen klikkes åbnes et nyt vindue, hvor systemets indstillinger kan ændres. De ændrede indstillinger anvendes i funktionerne detectIslets og pumpControl.



**Figur 5.10.** Aktivitetsdiagram for Settings Callback

## 5.3 Sekvensdiagrammer


### 5.3.1 Sekvensdiagram for usecase 1



Figur 5.11. Sekvensdiagram for usecase 1




## 5.3.2 Sekvensdiagram for usecase 2




Figur 5.12. Sekvensdiagram for usecase 2

## 5.3.3 Sekvensdiagram for usecase 3




Figur 5.13. Sekvensdiagram for usecase 3

### 5.3.4 Sekvensdiagram for usecase 4



*Figur 5.14.* Sekvensdiagram for usecase 4

## 5.3.5 Sekvensdiagram for usecase 5

*Figur 5.15.* Sekvensdiagram for usecase 5

## Rettelser

Note: bør overskrifterne ikke starte sammen med den nye side? . . . . .	19
Note: er det ok denne måde med at teste to punkter på en gang? . . . . .	19
Note: er det ok? . . . . .	23
Note: bør denne uddybes? . . . . .	23
Note: jeg synes vi skal have navne på usecaserne ind også? . . . . .	24
Note: indsæt ref til UC . . . . .	26
Note: hmm . . . . .	26
Note: skal vel beskrives mere? . . . . .	32
Note: mangler . . . . .	32
Note: toft: jeg vil mene de skal måles med et skydelærred? . . . . .	32
Note: testes med vores simuleringsvæske? . . . . .	32
Note: kan vel måles igen med skydelærred (digitalt) . . . . .	33
Note: der er vel næsten ikke andre muligheder?, men er det o.k? . . . . .	33
Note: der er vel næsten ikke andre muligheder?, men er det o.k? . . . . .	33
Note: der skal laves referecener og generelt skrives mere dybdegående spec beskrivelse	35
Fatal: Mangler formel . . . . .	36
Note: Indsæt reference til IBD for Hardware . . . . .	39
Note: Reference til Use case 3 . . . . .	39

# Casehus A

---