

软件开启时出现上图错误，是由于配置文件在非法关机或异常断电中丢失了数据。手动修复方法如下：

找到软件目录下的 PESet.ini 文件。

61 目录：E:\Design\Action\Hxx\FirmWare\VisualBasic\AIP9961FFF \INI\PESet.ini

81 目录：E:\Design\Action\Hxx\FirmWare\VisualBasic\AIP9961DDD \INI\PESet.ini

安规目录：E: \AIP9643U \INI\PESet.ini

打开此文件可以看到只有一行记录，内容是当天的日期。



按照下图数据将丢失部分写入默认数值，然后保存此文件，重启软件就不会再报错了。

