



Diplôme de Qualification en Physique Radiologique et Médicale

Faisceaux de photons de haute énergie : étude de la variation relative de la dose absorbée

Fiche n°3

Alexandre RINTAUD

Encadrant :

Anthony ALEXIS

Physicien médical, CENTRE RENÉ GAUDUCHEAU ICO, SAINT HERBLAIN

SEMESTRE 2 2023

Table des matières

1	Matériels et méthodes	4
1.1	Matériel	4
1.2	Méthodes	5
1.2.1	Mise en place de la cuve	5
1.2.2	Mesures réalisées	5
1.3	Grandeurs dosimétriques	6
1.3.1	Rendement en profondeur	6
1.3.2	Rapport tissu-fantôme	7
1.3.3	Rapport tissu-maximum	8
1.3.4	Facteur d'ouverture du collimateur	8
1.3.5	Profils de dose	8
2	Résultats et discussions	10
2.1	Rendement en profondeur	10
2.1.1	Influence de l'énergie	10
2.1.2	Influence de la DSP	11
2.1.3	Influence de la taille de champ	12
2.1.4	Influence du détecteur	13
2.1.5	Influence de la chambre de référence	14
2.2	Profils de dose	14
2.2.1	Influence de l'énergie	14
2.2.2	Influence de la DSP	15
2.2.3	Influence de la taille de champ	15
2.2.4	Influence du détecteur	17
2.2.5	Influence de l'orientation du profil	19
2.2.6	Influence du mode d'acquisition	20
2.3	Présence de la chambre de référence	20
2.4	Facteurs d'ouverture du collimateur (FOC)	21
	Références	24

Introduction

La radiothérapie externe utilise, de manière prépondérante, les faisceaux de photons de haute énergie afin de traiter des cellules cancéreuses tout en épargnant le plus possible les tissus sains. Dans cette optique, la connaissance précise des caractéristiques dosimétriques ainsi que les incertitudes associées de l'accélérateur utilisé sont nécessaires dans l'optique de fournir ces caractéristiques au TPS (*treatment Planning System*) utilisé en clinique pour le calcul des plans de traitement des patients, ou encore pour l'installation des machines lors de leur commissionning.

Ce rapport traitera des faisceaux de photons utilisés en radiothérapie externe. Sera étudié l'impact de certains paramètres d'acquisition sur la distribution de dose (dose relative), ainsi que des paramètres d'influence (énergie du faisceau, tailles de champ, DSP, détecteurs etc).

Chapitre 1

Matériels et méthodes

1.1 Matériel

Les mesures de dose relative ont été réalisées à l'aide du logiciel MyQA (version 9.0.25.0) du constructeur IBA, associé à la cuve à eau BluePhantom 2 du même constructeur. Cette cuve à eau ainsi que MyQA permettent de piloter les déplacements d'un détecteur et de le déplacer dans les trois directions de l'espace, notamment. Le tableau 1.1 regroupe l'ensemble du matériel utilisé pour ces mesures. Nous pouvons voir que dans le tableau 1.1, il y a deux chambres CC13 dites de champ et de référence. Celle dite de champ est pour l'acquisition du signal dans le fantôme d'eau, et la chambre dite de référence permet de s'affranchir des fluctuations du débit du faisceau.

Matériel	Volume sensible (cm ³)	Matériau	Constructeur	N° de série
Chambre dite de référence CC13	0,13	Air	IBA	3922
Chambre dite de champ CC13	0,13	Air	IBA	3923
Chambre Farmer 30013	0,6	Air	PTW	011924
Chambre Semiflex 31010	0,125	Air	PTW	008214
Chambre Pinpoint 31014	0,04	Air	PTW	00787
Diode SRS 60018	0,03	Silicium	PTW	000186
MicroDiamant 60019	$0,004 \times 10^{-3}$	Diamant	PTW	122271
Electromètre Unidos	/	/	PTW	20505
Cuve à eau Blue Phantom 2	/	/	IBA	8173
Clinac iX 2300 (Clinac 2)	/	/	Varian	H294581

TABLE 1.1 – Récapitulatif du matériel utilisé lors des mesures (acquisition continue)

1.2 Méthodes

1.2.1 Mise en place de la cuve

Cette partie traitera de l'installation de la cuve à eau (représentée sur la figure 1.1) pour les acquisitions de profils de dose et de rendements en profondeur.

- Bras à 0° physique à l'aide d'un niveau
- Alignement de la cuve avec le croisillon de l'accélérateur
- Remplissage de la cuve à eau
- Installation de la chambre de référence et de la chambre de champ
- Une fois que la cuve est remplie d'eau, aligner les rails permettant les mouvements de la chambre de champ de façon parallèle à la surface de l'eau
- Enregistrer la position de l'isocentre en ayant au préalable aligné la chambre de champ avec le croisillon et au niveau de la surface de l'eau
- Sur le logiciel, bien vérifier l'orientation de la cuve



FIGURE 1.1 – Cuve à eau Blue Phantom 2 du constructeur IBA utilisée lors des mesures

1.2.2 Mesures réalisées

Pour chacune des grandeurs dosimétriques étudiées, nous allons réaliser plusieurs mesures en faisant varier plusieurs paramètres d'influences et d'acquisition comme le montre la figure 1.2.

Premièrement, les résultats concernant les rendements en profondeur seront présentés puis analysés. Il en sera de même pour les profils de dose et les facteurs d'ouverture du collimateur.

Grandeur dosimétrique	Paramètre d'influence	Référence	Comparaison
Rendements	Champ (cm ²)	10x10 (machoires)	3x3, 6x6, 20x20 (machoires)
	DSP (cm)	100	85, 110
	Energie (MV)	6	23
	Détecteur	CC13	Pinpoint, MicroDiamant, Diode, Semiflex
	Chambre de référence	Dans le champ	Hors champ
Profils	Champ (cm ²)	10x10	3x3, 6x6, 8x8, 12x12, 15x15, 20x20
	Profondeur (cm)	10	3, 20
	Ouverture/Fermeture	Ouverture	Fermeture
	Energie (MV)	6	23
	DSP (cm)	100	85, 110
	Détecteur	CC13	Pinpoint, MicroDiamant, Diode, Semiflex
	Orientation	Crossline	Inline
	Mode d'acquisition	Continu	Step by step
FOC	Energie (MV)	6	23
	Détecteur	CC13	Farmer
	DSP (cm)	90	80, 120

TABLE 1.2 – Différentes mesures réalisées pour la dosimétrie relative

1.3 Grandeurs dosimétriques

1.3.1 Rendement en profondeur

Le rendement en profondeur (RDT) permet de connaître l'évolution de la dose dans le milieu de référence en fonction de la profondeur z du point de mesure, le long de l'axe du faisceau. Il est donné par la formule suivante :

$$RDT(z, A, E) = \frac{D_z}{D_{max}} \times 100 \quad (1.1)$$

Avec :

- z la profondeur
- A la taille de champ au niveau de la surface
- DSP la distance source-peau
- E l'énergie du faisceau
- D_z la dose à la profondeur z
- D_{max} la dose à la profondeur du maximum

Les rendements en profondeur possèdent trois zones caractéristiques :

- zone de build-up (de la surface du fantôme jusqu'au point du dépôt de dose maximum) : cette zone où la dose relative est croissante jusqu'au maximum z_{max} est la zone où les électrons secondaires sont mis en mouvement, l'équilibre électronique n'est donc pas atteint et la dose relative est inférieure au kerma
- profondeur du maximum : profondeur à laquelle la dose déposée dans le milieu est maximale (équilibre électronique atteint)
- zone d'atténuation : zone où la dose diminue avec la profondeur engendrée par l'atténuation du faisceau




FIGURE 1.2 – Géométrie pour la mesure du rendement en profondeur

dans le milieu

Dans la suite de ce rapport sera discuté de la dose à l'entrée du fantôme, la profondeur du dépôt de dose maximum (R_{100} par la suite, qui est la notation du logiciel MyQA) ainsi que de la dose en profondeur.

1.3.2 Rapport tissu-fantôme

Le rapport tissu-fantôme (TPR) représente la dose en fonction de la profondeur. Le RTM est normalisé par rapport à la dose maximum. Contrairement au rendement en profondeur, la distance source-détecteur est fixe comme le montre la figure 1.3. Le TPR s'exprime à l'aide de la formule 1.2 :

$$TPR(z, A, DSP, E) = \frac{D_z}{D_{ref}} \quad (1.2)$$

Avec D_{ref} la dose au point de référence.




FIGURE 1.3 – Géométrie pour la mesure du TPR

1.3.3 Rapport tissu-maximum

Le RTM est un cas particulier du TPR puisqu'il est normalisé par rapport à la dose du maximum z_{max} . Il est défini par la fomule qui suit :

$$RTM(z, A, E) = \frac{D_z}{D_{max}} \quad (1.3)$$

Comme la distance entre la source et le détecteur est constante, la mesure du RTM est difficile à réaliser. La formule 1.4 permet de calculer le RTM à partir du rendement en profondeur [7] :

$$RTM(z, c, E) \approx RDT(z, c, DSP, E) \times \left(\frac{DSP + z}{DSP + z_{max}} \right)^2 \quad (1.4)$$

1.3.4 Facteur d'ouverture du collimateur

Le facteur d'ouverture du collimateur (FOC) est le rapport de la dose à une taille de champ A quelconque et de la dose au champ de référence A_{ref} ¹ (voir figure 2.12) :

$$FOC(A, E, z) = \frac{D(A, E, z)}{D(A_{ref}, E, z)} \quad (1.5)$$

Avec :

- $D(A, E, z)$ la dose à la taille de champ A , l'énergie E et à la profondeur z
- $D(A_{ref}, E, z)$ la dose à la taille de champ de référence A_{ref} , à l'énergie E et à la profondeur z




FIGURE 1.4 – Géométrie de mesure des FOC [5]

Comme l'indique la formule 1.5, les FOC sont normalisés par rapport à la mesure avec un champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$. De plus, la profondeur et la DSP sont respectivement 10 cm et 90 cm lors des mesures de FOC.

1.3.5 Profils de dose

Les profils de dose permettent d'évaluer la répartition de la dose suivant les axes perpendiculaires à l'axe du faisceau. Les profils sont composés de trois régions principales (voir figure 1.5) pour des faisceaux avec un filtre égaliseur et sont normalisés par rapport à l'axe du faisceau :

- la zone centrale
- les régions de pénombre
- les zones hors champ

1. La DSP et la profondeur de mesure z sont fixes

Pour évaluer les différents profils, plusieurs métriques sont à notre disposition :

- L'homogénéité permet d'évaluer la planéité de la zone centrale du profil (voir Annexe 2.4 [6]). Cette métrique se calcule comme suit :

$$H = \frac{D_{max} - D_{min}}{D_{max} + D_{min}} \quad (1.6)$$

- La symétrie est définie de la manière suivante :

$$S = \max \left(\frac{D(-x)}{D(+x)}; \frac{D(+x)}{D(-x)} \right) \quad (1.7)$$

- La pénombre est la distance séparant le point à 20 % de la dose à l'axe et celui à 80 %. Il y a donc une valeur pour chacun des côtés du faisceau.




FIGURE 1.5 – Différentes régions d'un profil de dose

Chapitre 2

Résultats et discussions

2.1 Rendement en profondeur

2.1.1 Influence de l'énergie

L'influence de l'énergie sur le rendement en profondeur pour un faisceau de photons est multiple. En effet, nous voyons tout d'abord sur la figure 2.1 et dans le tableau 2.5 que la zone de mise en équilibre électronique est plus grande pour un faisceau de 23 MV que pour un faisceau de 6 MV. Cela s'explique par le fait que plus les particules primaires sont énergétiques, plus l'énergie transférée aux électrons secondaires sera importante. La zone de mise en équilibre électronique est donc plus grande (position du maximum de dépôt de dose plus profonde). De plus, nous observons que le rendement est plus important, à une profondeur donnée, pour des photons de 23 MV par rapport aux photons de 6 MV pour une profondeur supérieure au z_{max} . Cela est engendré par l'atténuation du milieu qui diminue pour une énergie qui augmente. Pour terminer, la dose à l'entrée est plus faible pour le faisceau le plus énergétique car la probabilité d'interaction est plus faible à la surface d'entrée.




FIGURE 2.1 – Rendements en profondeur pour les différentes énergies de l'accélérateur utilisé pour une taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ et une DSP de 100 cm

Energie (MV)	R_{100} (cm)	R_{50} (cm)	Dose surface (%)
6	1,23	15,07	55,96
23	3,16	21,24	33,7

TABLE 2.1 – Résultats de l’influence de l’énergie sur les rendements en profondeur pour les faisceaux de photons du Clinac 2

2.1.2 Influence de la DSP

La figure 2.2 nous montre l’influence de la DSP (distance source patient) sur le rendement en profondeur ¹. Nous pouvons voir que plus la DSP augmente, plus la dose relative est élevée.

L’influence de la DSP s’observe surtout en profondeur. La pente du rendement en profondeur est plus faible pour l’acquisition à 110 cm de DSP. Cela peut s’expliquer par l’effet de la loi d’inverse carrée de la distance, qui est plus important à distance plus faible, d’où une dose plus faible pour une DSP plus petite pour une même profondeur.

Dans le tableau 2.6, nous voyons que la dose à la surface est plus importante pour une DSP qui diminue. Plus la DSP diminue, plus il y a des électrons de contamination émergeant de la tête de l’accélérateur puisque ces particules chargées légères diffusent dans l’air.

Concernant la profondeur du dépôt de dose, nous observons que le R_{100} augmente avec la DSP. Cela s’explique par le fait que pour une DSP plus faible, le nombre d’électrons de contamination originaire de la tête de l’accélérateur sont plus nombreux (diffusion moindre des électrons dans l’air) ce qui implique une zone de build-up plus faible.




FIGURE 2.2 – Rendements en profondeur en faisant varier la DSP pour une taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ et une énergie de 6 MV

1. La taille de champ a été adaptée pour qu’il y ait toujours un champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ à 10 cm de profondeur

DSP (cm)	R ₁₀₀ (cm)	R ₅₀ (cm)	Dose surface (%)
85	1,12	14,3	56,04
100	1,23	15,07	55,96
110	1,37	15,47	53,32

TABLE 2.2 – Résultats de l'influence de la DSP sur les rendements en profondeur pour le faisceau de photons de 6 MV du Clinac 2

2.1.3 Influence de la taille de champ

La taille de champ influence la dose en profondeur, une fois que l'équilibre électronique est atteint. En effet, nous voyons sur la figure 2.8 et le tableau 2.7 que plus la taille de champ augmente, plus la dose en profondeur augmente. Ce phénomène est expliqué par l'augmentation du volume du milieu diffusant. De plus, la dose à l'entrée augmente avec la taille de champ. Cela s'explique par une quantité plus importante de rayonnement diffusé dans la tête de l'accélérateur (surface du cône égalisateur irradiée plus importante et surface apparente des mâchoires plus grande).




FIGURE 2.3 – Rendements en profondeur pour différentes tailles champs. DSP de 100 cm et énergie de faisceau de 6 MV

Champ (cm ²)	R ₁₀₀ (cm)	R ₅₀ (cm)	Dose surface (%)
3x3	1,48	12,92	48,11
6x6	1,36	13,94	50,66
10x10	1,23	15,07	55,96
20x20	1,36	16,7	62,63

TABLE 2.3 – Résultats de l'influence de la DSP sur les rendements en profondeur pour le faisceau de photons de 6 MV du Clinac 2

2.1.4 Influence du détecteur

La figure 2.4 et le tableau 2.4 montrent l'influence du détecteur choisi sur le rendement en profondeur. Nous pouvons voir que la diode mesure une plus grande dose à la surface. Cela est dû au Z effectif du détecteur qui est plus important que les autres détecteurs ($Z = 14$), ce qui favorise l'effet photoélectrique à basse énergie. Concernant les chambres d'ionisation Semiflex et CC13, leur volume sensible est très proche ($0,13 \text{ cm}^3$ pour la CC13 et $0,125 \text{ cm}^3$ pour la Semiflex) ce qui explique leurs très fortes similarités (courbes quasiment superposées sur la figure 2.4). Nous observons que le signal de la Pinpoint et du MicroDiamant sont bruités. Leur volume sensible étant très petits ($0,015 \text{ cm}^3$ et $0,004 \text{ mm}^3$ respectivement) la statistique de comptage est plus faible sur ces deux détecteurs puisque la vitesse d'acquisition est identique entre chacun des détecteurs.




FIGURE 2.4 – Rendement en profondeur pour différents détecteurs. Champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ et DSP de 100 cm

Détecteur	R_{100} (cm)	R_{50} (cm)	Dose surface (%)
CC13	1,35	14,98	55,96
Diode	0,7	14,55	90,72
MicroDiamant	1,57	14,72	55,52
Pinpoint	1,46	15,65	49,86
Semiflex	1,29	14,96	55,68

TABLE 2.4 – Résultats de l'influence du détecteur sur les rendements en profondeur pour le faisceau de photons de 6 MV du Clinac 2

2.1.5 Influence de la chambre de référence




FIGURE 2.5 – Rendement en profondeur avec et sans chambre de référence pour une taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ et une DSP de 100 cm

Pour s'affranchir de la fluctuation du débit de dose du faisceau lors de la mesure de dose relative, une chambre dite de référence est placée dans l'air, dans un coin du champ d'irradiation pour ne pas perturber la mesure avec la chambre dans la cuve à eau. Nous avons donc réalisé une mesure de rendement en profondeur pour observer ce rendement sans que la chambre de référence soit placée dans le champ. La figure 2.5 permet de voir l'importance de la présence de la chambre de référence. En effet, nous voyons que le signal est très bruité et ne permet donc pas d'analyser correctement les résultats.

Cependant, la chambre de référence ne devait pas être déconnectée du logiciel, ce qui amplifie énormément les fluctuations du signal réceptionné et le bruit statistique.


2.2 Profils de dose

2.2.1 Influence de l'énergie

La pénombre augmente avec l'énergie, comme nous pouvons le voir sur la figure 2.6 et le tableau 2.5, car la transmission à travers les mâchoires est plus importante. De plus, nous voyons que les deux profils n'ont pas le même épaulement. Cela est dû au cône égalisateur qui est différent entre le faisceau de 6 MV et celui de 23 MV.

Energie (MV)	Symétrie (%)	Homogénéité (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre (G-D) (cm)	Taille de champ (cm)
6	101,38	2,55	-0,01	0,76 - 0,755	11,13
23	101,15	2,5	0,03	0,87 - 0,86	11,15

TABLE 2.5 – Influence de l'énergie sur les profils (résultats MyQA)

FIGURE 2.6 – Profils de dose pour différentes énergies . Taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ et DSP de 100 cm

2.2.2 Influence de la DSP

Ayant adapté la taille de champ pour chacune des DSP dans le but d'avoir la même taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$ à la profondeur de mesure, la figure 2.7 et le tableau 2.6 montrent très peu de différences. Cela s'explique par le fait que l'air est un milieu très peu diffusant et atténuant pour des faisceaux de photons de haute énergie. Nous pouvons donc considérer que la mesure de profils à profondeur constante en faisant varier la DSP n'influe que très peu sur la mesure, pour une profondeur donnée.

DSP (cm)	Symétrie (%)	Homogénéité (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre (G-D) (cm)	Taille de champ (cm)
85	101,28	2,35	0	0,67 - 0,67	11,08
100	100,43	2,37	0,01	0,68 - 0,68	11,07
110	101,81	2,39	-0,04	0,69 - 0,69	11,12

TABLE 2.6 – Influence de la DSP sur les profils (résultats MyQA)

2.2.3 Influence de la taille de champ

Pour observer l'influence de la taille de champ sur les profils de dose, nous avons réalisé des acquisitions avec des champs allant de $3 \times 3 \text{ cm}^2$ à $20 \times 20 \text{ cm}^2$. Le tableau 2.7 montre que la pénombre augmente avec la taille de champ. Ce phénomène vient du fait que la surface apparente du cône égalisateur est plus élevée à grande ouverture par rapport à un petit champ, ce qui augmente le rayonnement diffusé dans la tête de l'accélérateur. De plus, le fait d'augmenter la taille de champ augmente la surface apparente du collimateur, ce qui implique une augmentation du diffusé et donc de la pénombre. Le volume diffusant dans le fantôme augmente avec la taille de champ, ce qui implique une plus grande contribution du rayonnement diffusé dans la cuve d'eau, la pénombre augmente également avec le phénomène physique. Nous pouvons voir également sur le tableau 2.7 que l'homogénéité se dégrade lorsque la taille de champ diminue. Cette grandeur est mesurée sur la partie plane du profil. Or, pour des petits champs, le profil n'est plus vraiment plat mais se rapproche




FIGURE 2.7 – Profils de dose pour différentes DSP. orientation *crossline*, profondeur de 10 cm et taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$

de la forme du gaussienne (voir figure 2.8), il est donc compréhensible que le résultat de l'homogénéité soit affecté pour de telles tailles de champ.




FIGURE 2.8 – Profils de dose pour différentes tailles de champs. Orientation *crossline*, profondeur de 10 cm et DSP de 100 cm


Champ théorique (cm ²)	Symétrie (%)	Homogénéité (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre (G-D) (cm)	Taille de champ (cm)
3x3	100,14	7,77	0	0,56 - 0,55	3,36
6x6	100,59	2,91	0,01	0,62 - 0,62	6,63
8x8	100,97	2,49	-0,02	0,67 - 0,67	8,85
10x10	100,43	2,37	0,01	0,68 - 0,68	11,07
12x12	100,77	2,02	-0,03	0,71 - 0,72	13,24
15x15	101,1	2,02	0,02	0,76 - 0,75	16,56
20x20	100,82	1,9	-0,02	0,83 - 0,84	22,08

TABLE 2.7 – Influence de la taille de champ sur les profils (résultats MyQA)

2.2.4 Influence du détecteur

La figure 2.9 et le tableau 2.8 nous montrent que la pénombre est très dépendante du détecteur. En effet, le choix du détecteur est crucial lorsqu'il y a de forts gradients de dose puisqu'en fonction du volume sensible du détecteur, les pentes des pénombres vont être modifiées. Nous pouvons voir qu'avec un détecteur possédant un volume sensible très petit (comme le MicroDiamant et la diode SRS) que la pénombre est petite. Si le volume sensible du détecteur est trop important, le signal recueilli n'est pas représentatif de la réalité puisque le signal va être moyenné sur une trop grande distance. Cependant, nous remarquons que pour la chambre d'ionisation Pinpoint, qui possède un volume sensible très petit de 0,015 cm³, la dose est surrestimée au niveau des queues de distribution. Le bruit engendré par l'irradiation du manche de la chambre n'est plus négligeable par rapport au faible signal recueilli par le petit volume sensible. Cela a pour effet d'augmenter la pénombre, ce qui est observable dans le tableau 2.8 (0,65 cm de pénombre pour la Pinpoint contre 0,39 en moyenne pour le MicroDiamant).

Nous voyons sur la figure 2.9 que certaines acquisitions sont bruitées (PinPoint, MicroDiamant et diode). La vitesse d'acquisition est sans doute trop importante, il aurait fallu ajuster la valeur lors des mesures.

FIGURE 2.9 – Profils de dose pour différents détecteurs. Taille de champ de 10×10 cm, orientation *crossline*, profondeur de 10 cm et DSP de 100 cm

Détecteur	Symétrie (%)	Homogénéité (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre G-D (cm)	Taille de champ (cm)
CC13	100,56	2,25	-0,05	0,68 - 0,68	11,07
Semiflex	100,9	2,53	-0,04	0,67 - 0,67	11,1
Diode	101,01	2,64	-0,02	0,45 - 0,44	11,11
MicroDiamant	101,72	2,91	-0,04	0,38 - 0,4	11,04
Pinpoint	101,99	2,68	-0,02	0,65 - 0,65	11,07

TABLE 2.8 – Influence du détecteur sur les profils (résultats MyQA)

2.2.5 Influence de l'orientation du profil

Lors de l'acquisition des profils, nous pouvons choisir l'axe selon lequel le profil sera enregistré. Les résultats des deux profils sont donnés dans la tableau 2.9 et sur la figure 2.10. Les résultats montrent que la pénombre est modifiée entre ces deux acquisitions. En effet, la pénombre est plus importante en *inline* (tête-pieds) par rapport à l'orientation *crossline* (droite-gauche). Ce sont les mâchoires qui sont responsables de cette différence car les deux paires de mâchoires ne sont pas sur le même plan. Celles qui définissent le champ en *crossline* sont en-dessous de celles qui le définissent en *inline*.




FIGURE 2.10 – Profils de dose pour différentes orientations du profil. Taille de champ de 10×10 cm, orientation *crossline*, profondeur de 10 cm et DSP de 100 cm

Orientat	Symétrie (%)	Homogénéité (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre (G-D) (cm)	Taille de champ (cm)
Inline	101,38	2,55	-0,01	0,76 - 0,75	11,13
Crossline	100,43	2,37	0,01	0,68 - 0,68	11,07

TABLE 2.9 – Influence de l'orientation du profil (résultats MyQA)

2.2.6 Influence du mode d'acquisition

Pour observer l'impact du mode d'acquisition sur les profils de dose, nous avons réalisé plusieurs mesures, comme nous pouvons le voir dans le tableau 2.10.

Mode acquisition	Vitesse (cm/s)	Pas G-D (cm)	Pas centre (cm)	Temps d'intégration (s)	S (%)	H (%)	Taille de champ (cm)	Pénombre G-D (cm)
Continu	0,3	/	/	/	2,36	100,86	11,08	0,67 - 0,68
Continu	2,5	/	/	/	2,51	100,83	11,08	0,69 - 0,69
Step by Step	/	0,1	0,5	1	2,23	100,67	11,08	0,66 - 0,67
Step by Step	/	0,1	0,5	0,5	2,26	100,53	11,08	0,67 - 0,67
Step by step	/	0,1	0,5	3	2,27	100,66	11,08	0,68 - 0,67
Step by Step	/	0,5	1	1	2,41	100,78	11,11	0,80 - 0,85
Step by step	/	0,05	0,2	1	2,26	100,61	11,08	0,66 - 0,67

TABLE 2.10 – Influence du mode d'acquisition sur les profils (résultats MyQA)

Premièrement, concernant le mode continu, nous voyons sur le tableau 2.10 que la différence de pénombre entre les vitesses lentes et rapides est relativement faible (0,015 cm de différence en moyenne pour la chambre CC13). Choisir une vitesse intermédiaire est satisfaisant pour des mesures rapides et précises. De plus, nous pouvons voir que le mode pas à pas avec une mesure tous les 0,05 cm sur les côtés du profil et tous les 0,2 cm au centre permet d'obtenir la plus petite pénombre mais n'est pas significatif pour les modes intermédiaires. Cependant, choisir un pas d'intégration trop grand n'est pas non plus optimal car la pénombre mesurée est plus grande mais également non symétrique car le logiciel doit interpoler entre les points pour obtenir les abscisses des points à 20% et à 80% de la dose, ce qui fausse la mesure de la pénombre. Il faut cependant bien mettre en perspective que ces résultats sont liés uniquement à l'utilisation de la chambre CC13 qui possède un volume sensible relativement grand. Les mêmes mesures ne seront certainement pas les mêmes avec un détecteur du type MicroDiamant ou diode.

2.3 Presence de la chambre de référence

La figure 2.11 et le tableau 2.11 nous montrent les résultats de l'influence de la position de la chambre de référence dans le champ d'irradiation. Comme nous pouvons le voir sur le graphe et le tableau, le fait que la chambre de référence soit placée dans le coin ou presque au centre du champ ne change rien sur les résultats de l'acquisition puisque les résultats fournis par le tableau 2.11 nous montrent que la symétrie, l'homogénéité et la pénombre sont extrêmement proches. Nous pouvons conclure que la position de la chambre de référence perturbe très peu la signal recueilli par la chambre de mesure.

Position chambre ref	S (%)	H (%)	Centre du champ (cm)	Pénombre G-D (cm)	Taille de champ (cm)
Coin	100,43	2,37	0,01	0,68 - 0,68	11,07
Centre	100,69	2,29	0	0,68 - 0,68	11,12

TABLE 2.11 – Influence de la position de la chambre de référence sur les profils de dose (résultats MyQA)




FIGURE 2.11 – Profils de dose pour différentes positions de la chambre de référence. Taille de champ de $10 \times 10 \text{ cm}^2$, profondeur de 10 cm et DSP de 100 cm

2.4 Facteurs d'ouverture du collimateur (FOC)

Le tableau 2.12 et la figure 2.12 nous montre les FOC mesurés pour des champs allant de $3 \times 3 \text{ cm}^2$ à $20 \times 20 \text{ cm}^2$. Premièrement, nous voyons que pour des champs inférieurs à $10 \times 10 \text{ cm}^2$ les FOC sont plus importants pour le faisceau de 6 MV que pour celui de 23 MV pour un détecteur donné. Cela peu s'expliquer par le fait qu'à plus faible énergie la quantité d'électrons rétrodiffusés vers les chambres monitrices est plus importante (pour de petits champs), la dose mesurée par les chambres monitrices sera plus importante que la réalité et la coupure du faisceau sera donc prématurée. A contrario, pour une grande taille de champ (supérieure à $10 \times 10 \text{ cm}^2$), ce phénomène devient de plus en plus négligeable et la quantité de photons diffusés dans le fantôme d'eau à plus faible énergie prend le dessus. Ceci explique pourquoi les FOC sont plus faible pour une énergie de 23 MV plutôt qu'à 6 MV pour les grandes tailles de champ (et inversement).

Lorsqu'on utilise une chambre d'ionisation avec un volume sensible élevé (chambre de type Farmer), les résultats des FOC sont quasiment identiques par rapport à la chambre CC13, à l'exception du champ $3 \times 3 \text{ cm}^2$. Cela est dû au trop grand volume sensible du détecteur par rapport aux dimensions du champ, la mesure est donc sous-estimée avec la chambre Farmer.

Enfin, nous observons que le rôle de la DSP, pour la profondeur de mesure, n'est pas significatif. En effet, la taille de champ ayant été adaptée, nous pouvons considérer que l'interaction du faisceau avec l'air (entre la source et le fantôme) est négligeable.




FIGURE 2.12 – Facteurs d'ouverture du collimateur (FOC)

Champ (cm ²)	FOC ref (%)	FOC X23 (%)	FOC Farmer (%)	FOC DSP 80 (%)	FOC DSP 120 (%)
3x3	82,44	84,13	81,12	82,54	83,35
6x6	91,71	94,38	91,74	91,97	91,88
8x8	96,18	97,74	96,38	96,47	96,39
10x10	100	100	100	100	100
12x12	102,93	101,83	102,99	102,79	102,89
15x15	106,51	103,79	106,45	106,27	106,59
20x20	110,94	106,06	110,55	110,45	111,08

TABLE 2.12 – Résultats des mesures des FOC

Annexe

Définition de la zone homogène d'un champ d'irradiation en régime photons [6] : La zone homogène d'un champ d'irradiation en régime photons, pour les champs carrés de dimensions supérieures ou égales à 10 cm×10 cm, est définie par la surface contenant des points distants de l'axe d'au plus :

- 80% de la demi-longueur des axes médians du champ lumineux, pour des points situés sur les médianes
- 70% de la demi-longueur des diagonales du champ lumineux, pour des points situés sur les diagonales, la dose étant normalisée à 100% sur l'axe du faisceau.

Ces pourcentages sont ramenés à la valeur commune de 60% pour les champs carrés de dimensions comprises entre 5 cm × 5 cm et 10 cm × 10 cm.

Bibliographie

- [1] Julien Bellec. *Choix et utilisation des systèmes de mesure associés aux contrôles dosimétriques en radiothérapie*. Cours DQPRM.
- [2] B Chauvenet, F Delaunay, JM Dolo, G Le Roy, A Bridier, P Francois, and R Sabattier. Utilisation des références métrologiques nationales de dose absorbée dans l'eau et application du protocole de dosimétrie aiea trs n 398 aux faisceaux de photons de haute énergie.
- [3] Frédéric Coste. *Définition de la qualité des faisceaux de photons*. Cours Master 2 Nantes.
- [4] IBA Dosimetry. *MyQA Accept User's Guide*.
- [5] Philip Mayles, Alan Nahum, and Jean-Claude Rosenwald. *Handbook of radiotherapy physics : theory and practice*. CRC Press, 2007.
- [6] Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Décision du 27 juillet 2007 fixant les modalités du contrôle de qualité interne des installations de radiothérapie externe. *Journal officiel de la république française*, 2007.
- [7] Ervin B Podgorsak. *Radiation oncology physics*. 2005.
- [8] Charlotte Robert. *Distribution de la dose absorbée dans un milieu : faisceau de photons de haute énergie*. Cours Master 2 Paris.