ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»
место нахождения: ул. Франциска Скорины, д. 54А, 220141, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100832277
телефон +375 17 373 85 82, **адрес электронной почты**: info@strumen.com
в лице заместителя директора Филиппенко Александра Васильевича, действующего на основании доверенности № 29/2021 от 01.06.2021
заявляет, что Теплосчетчики торговой марки Ф-Прибор, модели согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе
изготовитель: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»
место нахождения: ул. Франциска Скорины, д. 54А, 220141, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ BY 192335389.001-2015 «Теплосчетчики Ф-Прибор Т230, Т330. Технические условия»
код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 80 200 0
серийный выпуск
соответствуют требованиям «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)
Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний № 43-61/1443-1-2021 от 13.12.2021, № 43-61/1443-2-2021 от 13.12.2021, № 43-61/1443-3-2021 от 13.12.2021, № 45-61/1443-9-2021 от 28.12.2021, № 45-61/1443-10-2021 от 28.12.2021, № 45-61/1443-11-2021 от 30.12.2021, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № BY/112 1.0025.
Схема декларирования соответствия 3д.
Дополнительная информация:
Примененные стандарты: СТБ EN 55022-2012 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от оборудования информационных технологий. Нормы и методы измерений». ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний». СТБ IEC 61000-4-3-2009 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю». ГОСТ IEC 61000-4-4-2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-4. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)». СТБ IEC 61000-4-6-2011 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-6. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями». ГОСТ IEC 61000-4-8-2013 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты».
Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 21.0388.026 от 22.03.2021, выданный органом по сертификации ассоциации по сертификации «Русский Регистр», Российская Федерация.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 21.0389.026 от 22.03.2021, выданный органом по сертификации ассоциации по сертификации «Русский Регистр», Российская Федерация.
Условия хранения: в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5°С до 40°С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25°С.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания.
Срок службы – 12 лет.
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 02.03.2027 включительно.

_____ Филиппенко Александр Васильевич
М.П.

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 003.02 04771**
Дата регистрации декларации о соответствии **12.03.2022**

Приложение 1
к декларации о соответствии
Лист 1 листов 1

№ п/п	Теплосчетчик торговой марки Ф-Прибор
1	Теплосчетчик Ф-Прибор X_1-X_2-$X_3X_4X_5$-$X_6X_7X_8$, где: X_1 – Т230 или Т330; X_2 – 0,6; 1,5 или 2,5, обозначающее постоянное значение расхода, где 0,6 – 0,6 $м^3$/ч; 1,5 – 1,5 $м^3$ в ч; 2,5 – 2,5 $м^3$/ч; X_3 – 0 или 1, обозначающее стандартное резьбовое присоединение, где 0 – G ¾" (DN15); 1– G 1" (DN20); X_4 – 3 или 4, обозначающее тип измерительного контура, где 3 – в прямом трубопроводе; 4 – в обратном трубопроводе; X_5 – 1 или 3, обозначающее единицу измерения тепловой энергии, где 1 – ГДж; 3 – кВт·ч; X_6 – 0; G; E или W, обозначающее типы интерфейсов связи, где 0 – оптический, G – оптический и M-Bus; E – оптический и Wireless M-Bus (беспроводной); W – оптический и LORA (беспроводной); X_7 – 0 или 1, обозначающее длину кабеля от датчика температуры до вычислителя, где 0 – 1,5 м; 1 – 5 м; X_8 – A или C, обозначающее время работы батареи, где A – 6 лет; C – 11 лет.

М.П.

Филиппенко Александр Васильевич

Регистрационный номер декларации о соответствии **ЕАЭС № BY/112 11.01. ТР020 003.02 04771**
Дата регистрации декларации о соответствии **12.03.2022**