Структурная схема условного обозначения

Установка для поверки счетчиков электрической энергии УП 1000	-	X_1	-	X_2	-	X_3	X_4	-	X_5	X_6
Количество поверочных мест:										
- 12 поверочных мест		12								
- 24 поверочных места		24								
- 36 поверочных мест		36								
- 48 поверочных мест		48								
Верхнее значение силы тока:										
- 60,00 А				60						
- 100,00 А				100						
Измерение в нейтрали в поверяемых счетчиках с нормируемой погрешностью:										
- отсутствует										
- имеется						N				
Измерение реактивной электрической мощности (энергии) в поверяемых счетчиках:										
- отсутствует										
- имеется							P			
Возможность поверки хода часов в поверяемых счетчиках:										
- отсутствуют										
- имеется									T	
Дополнительные функции:										
- отсутствуют										
- наличие интерфейсов связи на стендах для проверки интерфейсов связи в поверяемых счетчиках										R