



**SCHEDULE PEMELIHARAAN:**  
SGA : Quality Control Line 4/5



| NO | EQUIPMENT               | URAIAN                       | SEPTEMBER 2026 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                         |                              | 1              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1  | ST-4302-LB-739-PREPXRAY | 70001216-SWINGMILL HPMP      |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2  | ST-4302-LB-739-PREPXRAY | 70001258-SENDING STATION1 RM |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3  | ST-4302-LB-739-PREPMIX  | 70001214-DISK MILL           |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4  | ST-4302-LB-739-UJIXRAY  | 70001255-XRAY SPECTROMETER 4 |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5  | ST-4302-LB-739-PREPMIX  | 70001235-AIR JET SIEVE       |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6  | ST-4302-LB-739-PREPXRAY | 70001246- FURNACE B          |                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| No | Tanggal Temuan | Equipment / Lokasi   | Deskripsi                                                                                                      | Kategori*<br>(S/M/E/I/O/U) | Ditemukan oleh | ID Trans | Tindak Lanjut                                                         |              | Status |
|----|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    |                |                      |                                                                                                                |                            |                |          | SGA                                                                   | Notifikasi   |        |
| 1  | 15-Sep         | Sending station FM 4 | pipa angin menuju sending station patah, sehingga alat tidak bisa berfungsi/ digunakan.                        | M                          | Ilham          | 849278   | Dilakukan pemasangan supporting pipa angin dan menyambung ulang pipa. |              | Ok     |
| 2  | 17-Sep         | Swing mill E         | Hose pipa angin di ruang preparasi manual xray 4 mengalami kerusakan/ patah                                    | M                          | Azhar          | 849280   | dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh tim PM QC                     |              | Ok     |
| 3  | 18-Sep         | AC Ruang Xray 5      | AC Ruang XRAY tonasa 5 bermasalah. terdapat kelainan bunyi pada AC. Dugaan sementara ada masalah pada bearing. | E                          | Andika         | 849417   | dibuatkan notif ke bengkel listrik untuk dilakukan pengecekan.        | 300001977420 | Ok     |

\* Kategori = Safety / Mechanic / Electrical / Instrument / Operation / Utility

Keterangan :

|   |           |
|---|-----------|
|   | RENCANA   |
| V | REALISASI |

Spv of Lab Equipment Maintenance

Andika Putra

Tonasa, September 2026  
Leader SGA

Agus Firmanto ,ST