



SCHEDULE PEMELIHARAAN:
SGA : Quality Control Line 4/5



NO	EQUIPMENT	URAIAN	AGUSTUS 2026																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ST-4302-LB-739-PREPXRAY	70001216-SWINGMILL HPMP			V							V							V							V						
2	ST-4302-LB-739-PREPXRAY	70001258-SENDING STATION1 RM						V						V																		
3	ST-4302-LB-739-PREPMIX	70001214-DISK MILL					V							V														V				
4	ST-4302-LB-739-UJIXRAY	70001255-XRAY SPECTROMETER 4							V							V																
5	ST-4302-LB-739-PREPMIX	70001235-AIR JET SIEVE				V							V							V							V					
6	ST-4302-LB-739-PREPXRAY	70001246- FURNACE B				V						V							V							V						

No	Tanggal Temuan	Equipment / Lokasi	Deskripsi	Kategori* (S/M/E/I/O/U)	Ditemukan oleh	ID Trans	Tindak Lanjut		Status
							SGA	Notifikasi	
1	26-Aug	Sending station FM 4	autosampler tidak berfungsi, udara tekan tidak ada	M	Andika	845864	dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh tim PM QC		Ok
2	27-Aug	Swing mill HPMP RM/KF	servo motor problem	M	Azhar	845865	dilakukan pengecekan dan perbaikan oleh tim PM QC		Ok

* Kategori = Safety / Mechanic / Electrical / Instrument / Operation / Utility

Keterangan :	
	RENCANA
V	REALISASI

Spv of Lab Equipment Maintenance

Yustiar Yusuf, ST

Tonasa, Agustus 2026
Leader SGA

Agus Firmanto, ST