

Traitement des mesures

Fichier de données : (H024.csv), traité par Test, pour le raccordement par comparaison du capteur H024. Merci de ne pas les utiliser sans une vérification minimale.


Valeurs des paliers

| Nb paliers | asc/desc | Nb de valeurs/palier | Moyenne C_rac [V] | Ecart-type C_rac [mV] | Moyenne C_ref | Ecart-type C_ref |
|------------|----------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------|------------------|
| 1 | 0 | 106 | 0.0024 | 0.0 | 0.0189 | 0.033 |
| 2 | 1 | 122 | 0.2558 | 0.0003 | 1.5929 | 0.018 |
| 3 | 2 | 143 | 0.3462 | 0.0006 | 3.0105 | 0.0223 |
| 4 | 3 | 139 | 0.5265 | 0.0008 | 5.7399 | 0.0293 |
| 5 | 4 | 136 | 0.7175 | 0.0015 | 8.6935 | 0.0509 |
| 6 | 3 | 151 | 0.5261 | 0.0014 | 5.7678 | 0.0304 |
| 7 | 2 | 134 | 0.3477 | 0.0006 | 3.002 | 0.0166 |
| 8 | 1 | 1105 | 0.256 | 0.0005 | 1.6213 | 0.025 |
| 9 | 0 | 76 | 0.0024 | 0.0 | 0.0152 | 0.0166 |

Contrôle de la mesure

Représentations graphiques des données brutes, isolées et corrigées du traitement des moyennes des paliers identifiés.

Identification des paliers



Valeurs des paliers ascendants et descendants isolés du capteur raccordé :

