



## IMSS UMAE #2

### ORDEN DE SERVICIO

#### INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

DATOS DEL EQUIPO				No. ORDEN
EQUIPO:	Electrocardiograma			IB-5
MARCA:	Mindray	N. DE SERIE:	1FA123	FECHA:
MODELO:	Electrocardiograma	N. DE INVENTARIO:	12398120123	Reportado:2023-10-29
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	Urgencias	Entrega:2023-10-29

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO
REPORTADA: El equipo marca error o alguna alarma	Contrato consolidado
ENCONTRADA: El equipo tiene una alarma encendida y no me deja usarlo correctamente	

ACTIVIDAD REALIZADA
Lo reinicie y funciono de nuevo, y le cambie un fusible.

REFACCIONES O CONSUMIBLES
Kit Biomedico

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
Ramon Ivan Valenzuela Corral	Agramon
BIOMEDICA/CONSERVACION	Urgencias