



IMSS UMAE #2

ORDEN DE SERVICIO

INGENIERIA BIOMEDICA / CONSERVACION

DATOS DEL EQUIPO				No. ORDEN
EQUIPO:	monitor			IB-2
MARCA:	123	N. DE SERIE:	123	FECHA:
MODELO:	monitor	N. DE INVENTARIO:	1234567891011	Reportado:2023-10-23
SERVICIO:	Correctivo	UBICACION:	cardio	Entrega:2023-10-23

DESCRIPCION DE LA FALLA	SERVICIO
REPORTADA: El equipo no enciende	No tiene contrato
ENCONTRADA: no prende	

ACTIVIDAD REALIZADA
cambie bateria

REFACCIONES O CONSUMIBLES
CL0000 Compra local

RESPONSABLE DEL SERVICIO	NOMBRE Y FIRMA DEL USUARIO
Ramon Ivan Valenzuela Corral	inge
BIOMEDICA/CONSERVACION	cardio