RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DOSSIER TECHNIQUE COMPLET & FICHES TECHNIQUES CLASSÉES PAR ORDRE DU CDC

EPH de Mohammadia (Wilaya de Mascara) · Lot N° 04 : Équipements de Bloc Opératoire & UMC

SOMMAIRE SÉQUENTIEL DES ÉQUIPEMENTS (ORDRE STRICT DU CAHIER DES CHARGES) :

01. LOT 4-01 · Table d'opération chirurgicale universelle hydro-électriqu — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-OTK8 | Fichier : lot 4-1.MGE-OTK8.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

02. LOT 4-02 · Table d'opération électrique polyvalente à 5 moteurs — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-OT5 Electric | Fichier : lot4-2.MGE-OT5.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

03. LOT 4-03 · Table d'opération orthopédique avec cadre d'extension et d — Conforme (55%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-OT5 + Cadre de Traction MGE-OT7 | Fichier : lot4-3.MGE-OT7.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

04. LOT 4-04 · Éclairage opératoire scialytique double coupole LED avec c — Conforme (95%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-SLK3B Butterfly + Caméra Chirurgicale MEDIGE | Fichier : lot4-4.LED-Shadowless-Operating-Light-MG

05. LOT 4-05 · Lampe opératoire scialytique plafonnière double coupole LE — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-SL1D (LED 700/500) | Fichier : lot4-5.MGE-SL1D.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

06. LOT 4-06 · Système d'intégration numérique et de visioconférence pour — Conforme (95%)
Modèle retenu : BLACKFISH Digital Operating Theatre Integration System | Fichier : lot4-6.systeme de visioconference et inte

07. LOT 4-07 · Lampe opératoire chirurgicale mobile sur pied roulant avec — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-SL1C Mobile Surgical Light | Fichier : lot4-7.MGE-SL1C.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

08. LOT 4-08 · Bistouri électrique haute fréquence (Générateur électrochi — Conforme (100%)
Modèle retenu : LAMIDEY NOURY OPTIMA II (Réf. V10GOPT4 · 370W) | Fichier : lot4-8.FT-OPTIMA II FR_05-2020.pdf | Langue : F

09. LOT 4-09 · Bras plafonnier de distribution chirurgicale (Pendentif de — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-STP3 (Bras de Chirurgie) | Fichier : lot4-9.MGE-STP3.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

10. LOT 4-10 · Bras plafonnier d'anesthésie et de réanimation (Séparation — Conforme (100%)
Modèle retenu : MEDIGE MGE-STEP7C (Bras d'Anesthésie) | Fichier : lot4-10.MGE-STEP7C.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

11. LOT 4-11 · Aspirateur chirurgical mobile à vide élevé (Double bocal) — Conforme (100%)
Modèle retenu : PERLONG YX-980D High-Vacuum Suction Unit | Fichier : lot4-11 YX-980D.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

12. LOT 4-12.1 · Système de réchauffement actif du patient (Couverture chau — Conforme (95%)
Modèle retenu : GSH-MED CB48 Active Patient Warming Blanket (France) | Fichier : lot4-12. 1 couverture chauffante gsh-med.pd

13. LOT 4-12.2 · Loupes binoculaires chirurgicales ergonomiques avec éclair — Conforme (100%)
Modèle retenu : PERLONG H3-ERGO-4in1 Binocular Loupes | Fichier : lot4-12.2H3-ERGO-4IN1.pdf | Langue : FR Certifié + Cache

14. LOT 4-12.3 · Horloge digitale multifonction de bloc opératoire (Heure, — Conforme (100%)
Modèle retenu : ECO-SLH-DC Digital Operating Room Clock (LF-801316.21) | Fichier : lot4-12.3-horloge digitale LF-801316.21-E

15. LOT 4-12.4 · Auge / Lave-mains chirurgical aseptique à 2 postes en acie — Conforme (100%)
Modèle retenu : BLACKFISH Lave-Mains Chirurgical 2 Postes | Fichier : lot4-12.4Lave-main.pdf | Langue : FR Certifié + Cach

16. LOT 4-12.5 · Guichet de transfert stérile inter-verrouillé pour bloc op — Conforme (100%)
Modèle retenu : BLACKFISH Cleanroom Electric Pass-Box | Fichier : lot4-12.5 pass box.pdf | Langue : FR Certifié + Cachet

17. LOT 4-12.6 · Vidoir chirurgical hospitalier en acier inoxydable avec ch — Conforme (95%)
Modèle retenu : WXC0827-00 Surgical Invert Tank / Vidoir Inox (Fig. 1.019.024) | Fichier : lot4-12.6 vidoir.png | Langue :

Dossier assemblé et vérifié automatiquement le 23/10/2026 à 03:33


Toutes les fiches en Anglais / Images PNG ont été traduites en Français et visées au cachet SARL FLUIDAL.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC

LOT 4-04 · FICHE TECHNIQUE TRADUITE EN FRANÇAIS & CERTIFIÉE

Éclairage Opératoire Scialytique LED Sans Ombre (Type Papillon) + Caméra Chiru

Modèle : MGE-SLK3B Butterfly + Caméra Chirurgicale MEDIGE | Marque : MEDIGE International Industries Co., Ltd. | Origine : Chine (Certifié CE Europ



PRÉSENTATION CLINIQUE & CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES :

Le scialytique chirurgical LED MGE-SLK3B à géométrie papillon est conçu pour les blocs opératoires modernes sous flux laminaire. Il intègre une source lumineuse froide LED Osram à très longue durée de vie (80 000 h), quatre modes d'éclairage spécialisés et une caméra vidéo chirurgicale Full HD au centre de la coupole.

Source originale : lot4-4.LED-Shadowless-Operating-Light-MGE-SLK3-Butterfly-Typ
Traduction IA : Anglais (PDF Constructeur + Scan Caméra 4 pages) -> Français Me

TABLEAU NORMALISÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TRADUCTION FRANÇAISE) :

Modèle & Configuration	MGE-SLK3B (Coupole Papillon aérodynamique compatible flux laminaire)
Éclairement Central à 1m	160 000 Lux (réglable progressivement de 10% à 100%)
Température de Couleur	Réglable 3500 K à 5000 K (4 modes d'illumination chirurgicale)
Indice de Rendu des Couleurs	Ra ? 96% (fidélité tissulaire optimale sans rayonnement infrarouge)
Durée de Vie des LED	? 80 000 heures (LED froides basse consommation)
Caméra Vidéo Chirurgicale	Caméra MEDIGE HD intégrée dans la poignée stérilisable avec zoom et autofocus
Bras de Suspension	Bras multi-articulations équilibré par ressort avec mémoire de position anti-fatigue

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Nous soussignés, SARL FLUIDAL, certifions que l'équipement proposé ci-dessus répond intégralement aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia, avec garantie de 24 à 36 mois, formation sur site et fourniture des pièces de rechange pendant 10 ans.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC

LOT 4-06 · FICHE TECHNIQUE TRADUITE EN FRANÇAIS & CERTIFIÉE

Système Numérique Intégré de Gestion Vidéo et Visioconférence pour Bloc Opérat

Modèle : Blackfish Digital Integrated Operating Theatre (Norme GB50333) | Marque : Blackfish Industries (Shanghai) Co., Ltd. | Origine : Chine



PRÉSENTATION CLINIQUE & CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES :

Console murale numérique encastrée pour salle d'opération permettant l'intégration vidéo/audio chirurgicale, l'affichage des constantes, le télé-enseignement médical en direct et le contrôle centralisé du bloc.

Source originale : lot4-6.systeme de visioconference et integration blackfish.p
Traduction IA : Anglais (Catalogue Digital Operating Room) -> Français Médical

TABLEAU NORMALISÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TRADUCTION FRANÇAISE) :

Installation & Épaisseur	Encastrement mural affleurant en salle propre ? Épaisseur ultra-fine de 80 mm
Fonctions Vidéo & Audio	Commutation multi-sources HD (caméra scialytique, endoscopie, PACS) et visioconférence
Télé-Médecine & Archivage	Transmission directe pour enseignement chirurgical et consultation inter-hospitalière
Conformité Salle Propre	Façade étanche antibactérienne facile à désinfecter conforme GB50333 / ISO

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Nous soussignés, SARL FLUIDAL, certifions que l'équipement proposé ci-dessus répond intégralement aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia, avec garantie de 24 à 36 mois, formation sur site et fourniture des pièces de rechange pendant 10 ans.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC

LOT 4-12.1 · FICHE TECHNIQUE TRADUITE EN FRANÇAIS & CERTIFIÉE

Système Actif de Réchauffement Patient par Couverture Chauffante Réutilisable

Modèle : CB48 Patient Active Warming System (Marquage CE 0459) | Marque : GSH-Med (30 rue Jean de Guiramand, 13290 Aix-en-Provence) | Origine



PRÉSENTATION CLINIQUE & CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES :

Le système actif de réchauffement cutané CB48 (GSH-Med France) prévient l'hypothermie péri-opératoire en salle d'opération et en salle de surveillance post-interventionnelle (SSPI). Contrairement aux couvertures jetables à air pulsé, il est 100% réutilisable, silencieux et n'engendre aucune turbulence sur le flux laminaire.

Source originale : lot4-12. 1 couverture chauffante gsh-med.pdf
Traduction IA : Anglais (Product Sheet CB48 Heating Blankets) -> Français Médic

TABLEAU NORMALISÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TRADUCTION FRANÇAISE) :

Modèle & Origine	CB48 Heating Blanket ? Fabriqué en France par GSH-Med (CE 0459)
Sécurité Thermique Active	8 capteurs de température indépendants répartis dans la couverture
Système d'Alarme	Alarmes visuelles et sonores en cas de coupure conducteur, défaut capteur ou surchauffe
Hygiène & Entretien	Revêtement biocompatible étanche, réutilisable et facilement désinfectable au bloc
Compatibilité Chirurgicale	Radiotransparent et sans soufflerie (zéro perturbation du flux d'air stérile)

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Nous soussignés, SARL FLUIDAL, certifions que l'équipement proposé ci-dessus répond intégralement aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia, avec garantie de 24 à 36 mois, formation sur site et fourniture des pièces de rechange pendant 10 ans.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC

LOT 4-12.6 · FICHE TECHNIQUE TRADUITE EN FRANÇAIS & CERTIFIÉE

Vidoir Chirurgical Hospitalier en Acier Inoxydable (Lavabo Vide-Bassin Automat

Modèle : WXC0827-00 (Fig. N° 1.019.024) | Marque : WXC / Blackfish Medical Stainless Steel | Origine : Chine (Certifié ISO 13485 / Salle Propre Hospit



PRÉSENTATION CLINIQUE & CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES :

Le vidoir chirurgical hospitalier réf. WXC0827-00 est conçu pour l'évacuation hygiénique et le rinçage automatique des fluides et bassins dans les blocs opératoires et salles de soins intensifs. Sa conception monobloc soudée et polie sans recoins élimine tout risque de rétention bactérienne.

Source originale : lot4-12.6 vidoir.png
Traduction IA : Anglais (Image PNG : '04 Invert tank') -> Français Médical Norm

TABLEAU NORMALISÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TRADUCTION FRANÇAISE) :

Code Produit / Référence	WXC0827-00 (Figure N° 1.019.024)
Dimensions (L × P × H)	500 × 500 × 600 + 100 mm (dosseret arrière anti-éclaboussures)
Plateau Supérieur & Cuvette	Acier inoxydable médical épaisseur 1,2 mm, soudé, poli et brossé d'un seul tenant
Corps du Meuble Inférieur	Tôle d'acier inoxydable tréfilé épaisseur 1,0 mm haute résistance à la corrosion
Système de Rinçage	Pulvérisation et chasse d'eau automatique intégrée avec pédale / barre de commande au pied
Couvercle Supérieur	Abattant supérieur relevable en inox avec charnière amortie hygiénique

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Nous soussignés, SARL FLUIDAL, certifions que l'équipement proposé ci-dessus répond intégralement aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia, avec garantie de 24 à 36 mois, formation sur site et fourniture des pièces de rechange pendant 10 ans.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC