LOT 4-13 · FICHE TECHNIQUE TRADUITE EN FRANÇAIS & CERTIFIÉE

Station d'anesthésie-réanimation avec ventilateur intégré et écran tactile cou

Modèle : Mindray WATO EX-65 Pro | Marque : Mindray Medical International | Origine : Fournisseur Certifié CE / ISO 13485 (Importation SARL FLUIDAL

PRÉSENTATION CLINIQUE & CONFORMITÉ AU CAHIER DES CHARGES :

Équipement médical Mindray WATO EX-65 Pro (Mindray Medical International) sourcé et vérifié conforme aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia.

Source originale : Mindray_WATO_EX65_Pro_FR.pdf
Traduction IA : Fiche Fournisseur Uploadée · Normalisée & Cachetée SARL FLUIDAL

TABLEAU NORMALISÉ DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (TRADUCTION FRANÇAISE) :

Modes de ventilation	VCV, PCV, SIMV, PSV, Manuel + Spontané (Adulte, Pédiatrique, Néonatal) ? Conforme (Mindray WATO EX-65 Pro)
Écran & Monitorage	Écran tactile couleur ? 15 pouces avec spirométrie et capnographie CO2 ? Conforme (Mindray WATO EX-65 Pro)
Vaporisateurs d'anesthésie	Double support Selectatec (Sevoflurane / Isoflurane) avec système anti-hypoxie ? Conforme (Mindray WATO EX-65 Pro)
Autonomie batterie intégrée	? 90 minutes en cas de coupure secteur ? Conforme (Mindray WATO EX-65 Pro)

ENGAGEMENT DE CONFORMITÉ TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE :

Nous soussignés, SARL FLUIDAL, certifions que l'équipement proposé ci-dessus répond intégralement aux prescriptions techniques du Cahier des Charges de l'EPH de Mohammadia, avec garantie de 24 à 36 mois, formation sur site et fourniture des pièces de rechange pendant 10 ans.

SARL FLUIDAL · ALGÉRIE
Importation Dispositifs Médicaux
& Réseaux de Fluides Médicaux
NIF: 001616098442190 · RC: 16/00
VISA TECHNIQUE CONFORME CDC