Hackathon Deeptech 2026 · Indonesia Chip Hackathon Challenge (ITB/ICDeC) · Medical Device

Laporan Lengkap

SuaraTB

Akselerator FPGA skrining TBC dari suara batuk · referensi sintesis Artix-7 XC7A35T-1

Status: simulasi dan sintesis (Vivado 2026.1, Yosys 0.33); RTL bit-exact terhadap model golden; regresi terpadu 20 tes RTL dan 67 tes golden lulus di Icarus; tidak ada pengukuran di papan FPGA; standar WHO TPP triase tidak dipenuhi; tambahan sinyal audio di atas gejala klinis belum terbukti.

Repositori: github.com/Ajilaca/hackaton-deeptech-suaratb · disusun 2026-10-12

Berkas di repo tetap sumber kebenaran (docs/vault/, docs/result/result.md). Angka hardware hanya dari laporan alat atau simulasi; label ESTIMASI/turunan dicantumkan bila perlu. Dokumen ini laporan hasil, bukan teks proposal.

Akselerator skrining TBC dari suara batuk (Hackathon Deeptech 2026, Indonesia Chip Hackathon Challenge, tema Medical Device). Laporan ini merangkum semua yang dibangun dan dijalankan, hasil terukurnya, dan batasannya. Angka berasal dari skrip di repo, laporan alat (Vivado 2026.1, Yosys 0.33), dan simulasi (Icarus 12 + cocotb 2.1), per 12 Oktober 2026.

1. Ringkasan

Pertanyaan	Jawaban	Bukti
Apakah pipeline audio -> skor berjalan di akselerator khusus?	**Ya**, bit-exact terhadap model numpy (golden) pada tiap modul dan ujung ke ujung (mode dataset dan mikrofon)	§4
Apakah muat dan cukup cepat di FPGA kelas kecil?	**Ya**: XC7A35T-1, 150 MHz terpenuhi untuk P = 8/16/32; P = 16 memakai 5.926 LUT (28,5%), 17 DSP, 12 tile BRAM	§5
Apakah gejala klinis memberi skrining yang berguna?	AUROC 0,77 pada 1.828 peserta; **belum** memenuhi standar WHO TPP	§7.2
Apakah audio batuk mendeteksi TBC?	CNN dari nol: tidak (AUROC ~0,56). Embedding pralatih (HeAR): ada indikasi sinyal (AUROC 0,71 dalam jenis kelamin, p = 0,002), tambahan di atas gejala klinis kecil dan **belum terbukti**	§7.3-7.5
Apakah sinyal itu bisa dipindahkan ke hardware?	Sebagian besar: murid distilasi AUROC 0,654 (guru 0,672), kuantisasi int8 turun 0,008, RTL bit-exact	§7.6

Posisi klaim. Alat adalah pendukung triase/prioritas rujukan ke tes TCM/dahak, bukan diagnosis. Klaim yang didukung bukti: pipeline lengkap audio -> skor di akselerator khusus dengan latensi dan sumber daya terukur, bobot dapat diganti tanpa mengubah hardware. Klaim yang **tidak** didukung: akurasi diagnosis, generalisasi lintas populasi, memenuhi standar WHO, "jalan di papan".

2. Sistem

Bagian	Isi
Masukan	Mikrofon I2S (INMP441), 16 kHz, 16 bit; atau klip dataset lewat UART
Front-end	Pre-emphasis 0,97, frame 400/hop 160, Hamming, FFT 512 radix-2 (data 24 bit), mel 40 band, log2 LUT, kuantisasi int8
Detektor	Energi per hop, EMA derau, ambang 8x selama >= 2 hop, tahan 300 ms; segmen 50 frame x 40 mel (5 pre-roll)
CNN	Conv3x3 16/32/32 + ReLU + MaxPool, GAP, FC 32->16->1; 14.496 bobot int8, 3.698.448 MAC; akumulator 24 bit
Akselerator	Output-stationary, P lane paralel (P = 8/16/32), requant per layer (M0 Q15, shift, saturasi)
Keluaran	Logit int16 per batuk lewat UART; skor pasien = rata-rata 3-5 batuk di host; fusi klinis di host

Prinsip rekayasa: golden numpy bit-exact adalah spesifikasi; RTL vendor-neutral (tanpa IP vendor di `rtl/`); semua ukuran adalah parameter dari satu sumber (`golden/params.py`); angka hardware hanya dari laporan alat.

3. Fase 0: parameter dan kalibrasi

Parameter dibekukan setelah eksperimen pada audio sintetis lalu audio nyata (perekam Zambia, 1.764 klip dari 150 rekaman).

Keputusan	Hasil	Alasan
Lebar FFT = 24 bit (nilai awal 18)	Galat fitur 0,007 oktaf; W = 18 gagal (0,79 oktaf), W = 22 lolos (0,029)	Ambang 0,0625 oktaf (0,5 langkah int8)
Offset fitur 8265 (sintetis: 6690)	Jenuh int8 0,2% (sebelumnya 2,0%)	K-14, dari audio nyata
Skala FFT 1/2 di semua stage	0 sampel jenuh pada 60 klip berpuncak tertinggi	K-04
Akumulator CNN 24 bit	Puncak teramati 258 rb (batas 8,4 juta)	K-10
Detektor K = 8, EMA 2^-6	±15 kejadian/menit pada rekaman utuh; tanpa ground truth batuk, presisi tidak terukur	K-07

Tes golden: 67 lulus (blok, CNN, jadwal FFT, pengalamatan DSP, front-end, parameter, tabel). Anggaran analitik: memori logis 282 Kbit (P = 16), 3,7 juta MAC; muat di XC7A35T, EP4CE22, ECP5-25F; tidak muat di EP4CE6.

4. Verifikasi RTL

Metode: vektor sintetis dari golden dibandingkan bit-exact (== integer, tanpa toleransi) dengan keluaran RTL di Icarus + cocotb.

Cakupan	Hasil
Front-end: `i2s_rx`, `preemph`, `frame_buf`, `cough_det`	Lulus
DSP: `window`, `fft512`, `power`, `mel`, `log_q`, `quant`, `feat_buf`, `dsp_chain`	Lulus (12 modul Fase 2-3)

Cakupan	Hasil
CNN: `requant`, `gap`, `cnn_top`	Lulus: bobot acak (5 kasus), bobot terlatih (8 klip nyata), P = 8/16/32
Sistem: `suaratb_top` mode dataset (UART, 2 kasus) dan mikrofon (I2S -> skor)	Lulus ujung ke ujung
Setelah perbaikan timing (100 MHz) dan pipeline 150 MHz	Semua tes di atas diulang dan lulus; `test_top` lulus dua kali
Dengan bobot murid distilasi	`cnn_top`, mode mikrofon, dan dataset + mikrofon lulus bit-exact

Dua cacat RTL ditemukan oleh tes ujung ke ujung dan diperbaiki: DSP tidak dibersihkan saat ganti mode, dan segmen CNN dibaca sebelum frame ke-50 selesai. Simulasi RTL hanya di Icarus; Verilator dipakai untuk lint.

5. Sintesis (Vivado XC7A35T-1, mode OOC, setelah route)

Tanpa constraint I/O dan tanpa MMCM (tidak ada pin); timing = jalur register ke register dalam inti. Model terlatih `model_v2`.

P	Clock	LUT	FF	DSP48E1	BRAM tile	WNS	Daya*
8	100 MHz	4.823 (23,2%)	5.548	17	12	+0,443 ns	0,138 W
16	100 MHz	5.834 (28,1%)	6.148	17	12	+0,077 ns	0,149 W
32	100 MHz	8.236 (39,6%)	7.486	17	12	+0,258 ns	0,182 W
8	150 MHz	4.807 (23,1%)	6.736	17	12	+0,111 ns	0,168 W
16	**150 MHz**	**5.926 (28,5%)**	**7.799**	17	12	**+0,222 ns**	0,192 W
32	150 MHz	8.120 (39,0%)	10.071	17	12	+0,023 ns	0,246 W

* Estimasi vectorless (keyakinan "Medium"), bukan pengukuran.

- Jalur kritis berpindah dari kupu-kupu FFT, ke detektor, lalu ke baca BRAM + pengali PE; semuanya diperbaiki tanpa mengubah hasil bit-exact (register keluaran BRAM, pengali dipecah, lebar aritmetika disempitkan).
- DSP = 17 untuk semua P: pengali 8x8 PE dipetakan ke LUT; kenaikan P menambah LUT, bukan DSP. BRAM tidak bergantung P.
- Siklus inferensi CNN (simulasi, versi 100 MHz): P = 8: 451.851; P = 16: 226.490; P = 32: 122.843 (belum diukur ulang pada versi 150 MHz).
- Latensi CNN pada 100 MHz (siklus x periode, angka turunan): P = 8: 4,52 ms; P = 16: 2,26 ms; P = 32: 1,23 ms.
- Pembanding Yosys 0,33 (tanpa timing): LUT 11.083-12.560, DSP 32-56; bukan prediksi Vivado.
- Latensi yang dirasakan pengguna didominasi pengambilan 0,5 s audio; komputasi CNN hanya ±1-2 ms.
- Batas: satu jalankan per titik (tanpa seed sweep), margin P = 32 tipis (+0,023 ns), belum diuji di papan.

6. Data

Sumber	Peserta	Positif	Catatan
Zambia CIDRZ (Kaggle, ODbL-1.0), metadata	1.828	205	3 klinik Lusaka; label `ground_truth_tb` (Xpert/kultur)
Zambia, dengan audio	364	60	4 perangkat serentak (perekam, Phone A/B/C); rilis Kaggle memuat 1.481 berkas
TBscreen (Nairobi, CC BY 4.0)	123 dengan audio	87	Cohort ≈ label (perancu rekrutmen)
CODA TB DREAM	-	-	Tidak dipakai: butuh akses terverifikasi (K-15)

Audit (E1): angka "664 peserta" pada deskripsi dataset tidak ada di rilis; pemulihan barcode salah ketik tidak menambah peserta. Split selalu per peserta. Hanya dataset Zambia yang dipakai untuk pelatihan; tidak ada data dari INMP441.

7. Model dan hasil klinis

Metrik: AUROC dengan CI 95% bootstrap atas peserta; nol permutasi (label diacak dalam klinik/jenis kelamin dan seluruh pipeline diulang); kontrol jenis kelamin dan usia; uji lintas perangkat/dataset/klinik. Hasil dilaporkan apa adanya, termasuk yang negatif.

7.1 Kuantisasi

Model	AUROC float	AUROC int8 golden	Selisih	Kriteria <= 0,02
CNN dari nol (`model_v2`)	0,545	0,546	+0,001	lulus
Murid distilasi HeAR	0,653	0,645	0,008	lulus

Angka kuantisasi lulus tidak membuktikan kemampuan klinis; logit `model_v2` hampir konstan.

7.2 Gejala klinis dan standar WHO

Model	n / positif	AUROC	CI 95%
Gejala klinis 14 fitur (LR), semua peserta	1.828 / 205	0,772	0,74-0,81
Klinis diperluas	1.828 / 205	0,772	0,74-0,81
Jenis kelamin + usia saja (360 peserta)	360 / 58	0,654	0,58-0,72

Syarat WHO TPP triase (sens >= 90%, spes >= 70%)	Hasil skor klinis
Sensitivitas >= 90%	spesifisitas 38% (butuh 70%)
Spesifisitas >= 70%	sensitivitas 71% (butuh 90%)

Memenuhi 90%/70% sekaligus butuh AUROC ≈ 0,90 (aproksimasi binormal). **Tidak dipenuhi dan tidak diklaim.**

7.3 Audio, CNN dilatih dari nol (360 peserta, 58 positif)

Model	AUROC	Catatan
CNN MIL	0,562 (CI 0,48-0,64)	nol 0,523 (p95 0,591), p-empiris 0,41
CNN diperbaiki (derau, klip mirip-batuk)	0,45-0,49	di bawah acak
LR statistik log-mel	0,66-0,70 mentah; 0,58-0,60 setelah jenis kelamin+usia	sebagian besar jenis kelamin
Audio memprediksi jenis kelamin	0,89	prevalensi TB laki-laki 25% vs perempuan 8%
VGGish pralatih	0,51 (uji tidak sah: jendela 47% nol)	tidak disimpulkan
Lintas dataset Zambia <-> TBscreen	0,50-0,55	tidak berpindah
Lintas perangkat (log-mel)	0,52-0,63	tidak lebih baik dari dalam-perangkat

7.4 Embedding pralatih dengan protokol tetap (364 peserta, 60 positif)

Protokol (E0): CV 5 x 5-10 per peserta, stratifikasi label x klinik x jenis kelamin; skor klinis dilatih hanya pada peserta tanpa audio; metrik utama AUROC terstratifikasi jenis kelamin dan Δ fusi - klinis; nol permutasi dalam klinik x jenis kelamin. Semua kandidat dilaporkan.

Fitur	AUROC strat. jenis kelamin	Nol p95 / maks	Δ vs klinis (CI 95%)
Statistik log-mel (pembanding)	0,599	0,619 / 0,672	-0,002 (-0,032..+0,029)
HeAR	0,675	0,561 / 0,582	+0,015 (-0,023..+0,058)
OPERA-CT	0,677	0,609 / 0,644	+0,029 (-0,011..+0,068)
OPERA-CE	0,606	0,604 / 0,612	+0,013 (-0,013..+0,041)

7.5 Uji permutasi final dan pemeriksaan

1.000 permutasi, statistik maksimum atas tiga kandidat, permutasi sama untuk semua kandidat, C tetap 0,03 (ditetapkan di muka; hasil serupa untuk C = 0,01 dan 0,1). Kriteria lolos distilasi ditetapkan sebelum angka final.

Kandidat	AUROC strat.	p disesuaikan (label)	Δ di atas klinis	p (Δ)	CI bootstrap Δ
HeAR	0,709	0,002	+0,039	0,003	-0,011..+0,092
OPERA-CT	0,664	0,006	+0,025	0,015	-0,017..+0,064
OPERA-CE	0,621	0,089	+0,022	0,023	-0,003..+0,048

Pemeriksaan	Hasil
Kontrol negatif (fitur Gaussian acak, 2 seed)	Bersih: tidak ada p disesuaikan mendekati 0,05
Lintas perangkat HeAR (Phone A/B/C, peserta sama)	AUROC strat. 0,62-0,69 di 9 pasangan; ketahanan terhadap mikrofon, bukan populasi
Jalan pintas HeAR	Embedding memprediksi jenis kelamin 0,95 dan klinik Kan 0,90; AUROC dalam Kan 0,73, Cha 0,64 (11 positif)
Leave-one-clinic-out	Kan->Cha: HeAR 0,55, OPERA-CT 0,73; Cha->Kan: HeAR 0,62, OPERA-CT 0,56. Tidak konsisten antar arah (Cha hanya 11 positif)

Kriteria distilasi (praregistrasi)	Hasil
(1) p label disesuaikan < 0,01	HeAR dan OPERA-CT lolos
(2) p Δ < 0,05 dan batas bawah CI Δ > 0	**Gagal** (CI mencakup 0)
(3) leave-one-clinic-out tidak runtuh di kedua arah	**Gagal**

7.6 Distilasi HeAR ke CNN golden (eksploratori)

Dijalankan atas permintaan, di luar kriteria di atas. Murid berarsitektur hardware; target 32 komponen PCA dari embedding HeAR, tanpa label TB; PCA dan murid dilatih hanya pada peserta lipatan latih; probe LR di dalam lipatan.

Model	AUROC strat.	Nol p95 / maks	Δ di atas klinis
Guru HeAR (klip yang sama)	0,672	0,606 / 0,675	+0,024
Murid distilasi (16-d)	**0,654**	0,580 / 0,642	+0,015
Kontrol: jaringan acak tanpa pelatihan	0,598	0,583 / 0,627	+0,000
Kontrol: target teracak	0,529	0,568 / 0,618	-0,011
`model_v2` (supervised dari nol)	~0,56	-	-

Murid memprediksi jenis kelamin 0,87 (guru 0,95) dan klinik Kan 0,66 (guru 0,90); AUROC dalam Kan 0,735. Fidelitas komponen PCA rendah (R^2 0,16). Kuantisasi int8 turun 0,008 (lulus); RTL `cnn_top` dan `suaratb_top` bit-exact dengan bobot ini.

8. Keputusan penting

Kode	Keputusan
K-04	Lebar FFT 24 bit, skala 1/2 di semua stage
K-14	Offset fitur dari audio nyata (6690 -> 8265)
K-15	TBscreen sebagai data tambahan, bukan CODA (akses)
K-17	CNN output-stationary, paralel di kanal keluaran
K-21	Target akurasi 0,70/0,80 diganti pelaporan terukur + pembanding WHO TPP
K-22	Clock inti 147,456 MHz (BCLK = clk/144, UART 1280 clk/bit)
K-23	Embedding pralatih diuji; kriteria distilasi tidak terpenuhi; distilasi dicoba eksploratori

9. Keterbatasan

1. **Data kecil dan satu populasi:** 60 positif audio, 3 klinik di Lusaka, tanpa data independen; CI lebar (±0,08); selisih di bawah ±0,05 tidak dapat dibuktikan.
2. **Perancu:** jenis kelamin dan klinik; embedding memprediksi keduanya. Strata dikendalikan tetapi tidak menghilangkan risiko.
3. **Mikrofon:** semua data dari perekam dan telepon; belum ada data INMP441; `FEAT_OFFSET` dan detektor provisional.
4. **Detektor tanpa ground truth batuk:** presisi tidak terukur; klip bisa memuat bicara/derau.
5. **Hardware:** hanya sintesis OOC dan simulasi; tidak ada pin, MMCM, atau uji di papan; daya vectorless.
6. **Pemilihan model pada data yang sama:** semua percobaan di §7.4-7.6 memakai 364 peserta yang sama; konfirmasi hanya sah pada data baru.
7. **Standar WHO:** tidak dipenuhi; audio tidak menutup jarak itu.

Lampiran: lokasi bukti

Topik	Berkas
Spesifikasi, parameter	`golden/params.py`, `docs/vault/spesifikasi.md`
Keputusan	`docs/vault/keputusan.md`
Verifikasi	`tb/`, `docs/vault/verifikasi.md`
Sintesis	`target/`, `docs/vault/sintesis.md`
Data	`docs/vault/data.md`, `model/data/`
Model dan evaluasi	`docs/vault/model.md`, `model/`