

Spezifikation Nr. 1310042/B1

(ersetzt Spezifikation – von –)

1. Lieferant: Scapa UK Ltd.**2. Produktinformation****2.1 Produktbezeichnung:** ME1101A Stress EKG Schaum (1 x 54 mm)**2.2 Tyco Art. Nr.:** 1310042**2.3 Material:** Einseitig beschichteter PE (Polyethylen)-Schaum**2.4 Herkunftsland:** Schweiz**2.5 Zollnummer:****3. Technische Anforderungen**

- Farbe: blau
- Auftragsgewicht: $60 \pm 5 \text{ g/m}^2$ des Acrylatklebers (Adhesive 564) für EKG-Stressanwendung
- Material: PE Schaum, geschlossen zellig
- Dicke: $1,0 \pm 0,15 \text{ mm}$
- Dichte: $55 \text{ kg/m}^3 \pm 7,5 \text{ kg}$ (ohne Kleber)
- Rollenbreite: $54 \pm 0,5 \text{ mm}$ für die gesamte Rollenlänge
- Rollenlänge: max. Rollendurchmesser 600 mm (maximal 210 lfm je Rolle)
- Wicklung auf Pappkern ($\varnothing 76 \text{ mm}$), Abdeckpapier zur Außenseite
- Corona Behandlung: Beidseitig, Oberflächenenergie $> 36 \text{ mN/m}$ (bis 4 Monate)
- Liner: $120 \text{ g/m}^2 \pm 5 \text{ g}$ Silikonpapier ITASA 120/kB
- Haltbarkeitszeitraum: 2 Jahre ab Lieferdatum

4. Optische Anforderungen

- saubere Schnittkanten
- Klebestellen mit blauem oder schwarzem Klebeband, max. 2 pro Rolle
- keine Verschmutzung
- Kein Teleskopieren der Rollen $> 10^\circ$.

5. Allgemeine Anforderungen

- Das Produkt wird für die Herstellung von Medizinprodukten (EKG Elektroden) verwendet und muss den allgemeinen Anforderungen gemäß ISO 10993 entsprechen.
- Das Produkt ist frei von Latex, halogenierten Kohlenwasserstoffverbindungen (z.B. PVC) und Weichmachern.
- Das Produkt enthält keine Substanzen, die tierischen Ursprungs sind.

6. Dokumentation

- QC Kontrollreport mit jeder Lieferung.

7. Verpackung

- Transport- und lagertaugliche Verpackung (alle Packungsmaterialien sind chlorfrei gebleicht).
- Information über den Inhalt (Lot Nr., Menge, Produktbezeichnung, Tyco Artikelnummer) auf der Außenseite der Verpackung und jeder Rolle bei jeder Lieferung.
- Rollen liegend liefern, mit abweisender Trennlage (silikonisierte Trennblätter).

tycoHealthcare Deutschland Manufacturing GmbH
Werk HalberstadtQuedlinburger Str. 39 a Postfach 1611
D 38820 Halberstadt T 38806 Halberstadt
Tel. 0394 16977-40 Fax 0394 16977-46

Datum, Tyco

Datum, Lieferant

Stand: 21.08.2009

Die vorstehende Spezifikation gilt als Beschaffengarantie (§ 443 BGB), für die der Hersteller verschuldensunabhängig einzustehen hat.

Änderungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung von Tyco Healthcare Deutschland Manufacturing GmbH, Werk Halberstadt