



МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ

**Державне підприємство  
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,  
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів  
(ДП «Укрметрестандарт»)**

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ГК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

**СВІДОЦТВО**

про повірку робочого засобу вимірювальної техніки

№ 36 – 2/779

Чинне до серпня 2013 р.

**Термогірометр ИТП-3-04,  
№ 09017.**

**Виробник:** Фірма «Гера».

**Власник:** ТОВ «Нік-Електроніка».

На підставі результатів повірки засіб вимірювальної техніки  
визнано придатним до застосування згідно з експлуатаційною  
документацією.

Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні  
відносної вологості  $\pm 3\%$ .


Границі допустимої абсолютної похибки при вимірюванні  
температури  $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Додаток на 0 стор.

Державний повірник

Я.О. Мельніков  
підпис, прізвище

Місце печатки або відбитку  
повірничого тавра



08 серпня 2012 р.

1269703