



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

**Державне підприємство
Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації,
метрології, сертифікації та захисту прав споживачів
(ДП «Укрметрестандарт»)**

03680, м. Київ, вул. Метрологічна, 4 Свідоцтво про уповноваження №ПК 001-2009 від 23 лютого 2009 р.

**СВІДОЦТВО
про повірку робочого еталону**

№ 25-02/6793

Чинне до « 22 » липня 2012 р.

Назва та умовне позначення установка для повірки лічильників електричної енергії

універсальна ELMA Зав. № 2048100232

Виробник Applied Meters a.s., Словаччина Рік виготовлення 2007

Власник ТОВ «Нік-Електроніка»

Повірені із застосуванням еталонів: вимірювача еталонного
статус, назва й умовне позначення, розряд,

багатофункціонального PWS 2.3
похибка еталонів, що були використані під час повірки

Умови проведення повірки: (20,0 ± 2,0) °C; (100 ± 4) кПа; (65 ± 15) %
температура, атмосферний тиск, вологість тощо

На підставі результатів повірки (протокол від 22.07.2011 № 6793) робочий
еталон визнано придатним до застосування.

Згідно з технічним описом підприємства-виробника, для повірки лічильників електричної
позначення та назва документа, що містить вимоги до метрологічних характеристик

енергії класу точності 0,2 та нижче
і (або) значення метрологічних характеристик (розряд, похибки, діапазони вимірювання тощо)

Додаток — стор.

Директор науково-виробничого інституту
метрологічного забезпечення вимірювань
електромагнітних величин

М. П.

Державний повірник



(підпис)

О.М. Величко
(ініціали, прізвище)

(підпис)

А.С. Шестаков
(ініціали, прізвище)



1000

1000

1028524