Comparative EIS Kinetics Report

Model Structure: `R0-p(R1-p(R2,CPE2),CPE1)`
Used data: altered data, first 0 points removed and points with $freq > 1e+05$ and $freq < 4e-02$ removed



Element	Unit	Bounds	Cauvel_4_control_24H
R_0	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+03]$	$6.37e+01 \pm 2.0e-01$
R_1	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$3.91e+03 \pm 6.8e+01$
R_2	Ω	$[1.0e+00, 1.0e+08]$	$2.34e+03 \pm 1.9e+02$
Q_2	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$8.33e-04 \pm 6.0e-05$
n_2	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$1.00e+00 \pm 4.8e-02$
Q_1	Ω^{-1} sec^a	$[1.0e-09, 1.0e-03]$	$7.77e-05 \pm 9.6e-07$
n_1	-	$[5.0e-01, 1.0e+00]$	$8.56e-01 \pm 2.6e-03$
χ^2	-	-	$2.438e-04$

Analysis Results: 24H



Figure 1: EIS Fit Results for Cauvel_4_control_24H