



*Ом -
в план*

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

АО «ГУОВ»

Управление по проектированию

г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская д.1, 1 этаж,

тел. (812) 372 57 58

*Александр ЧС
Александр АА
Миронову АА
Проект передан
+ копия ответ*

5 04

А.В.Цапаев

Дата « » 2018г.

КОНТРОЛЬ СНЯТ

Дата « » 2018г.

А.В. Цапаев

Генеральному директору
АО «ГУОВ»
Е.А.ГОРБАЧЕВУ
Главному инженеру АО «ГУОВ»
С.В.ЯНОВИЧУ

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

О корректировке ТХ
Шифр объекта: 60/МПК

*Как вандализм ?
проект*

Уважаемый Евгений Александрович!

Довожу до Вашего сведения, что в результате несоответствия РД и ТХ всех корпусов шифра 60/МПК строительно-монтажные работы выполнены зачастую без учета требований к медоборудованию, особенно в части его подключения к вентиляции и электроснабжению (не учтены требования по теплоотведению и электрической мощности, необходимые для полноценной работы данного оборудования), его подключения к источникам медгазов. Причина заключается в отсутствии стыковки разделов проекта ТХ и ЭОС, СС, МГ, ВК и АР, которые не учитывают требований Производителей соответствующего (медицинского, научного, учебного и пр.) оборудования по его подключению на объекте. Техническое задание разработанное в соответствии с паспортами и требованиями Производителей оборудования не всегда присутствует в том ТХ, что и приводит к вынужденным переделкам инженерных коммуникаций на объекте.

Прошу:

1. назначить ответственных исполнителей от УПП за сверку всей проектной документации корпусов 1-7 шифра 60/МПК с ТХ согласованной с Заказчиком МО РФ в производство работ (необходима тщательная проверка соответствия ТХ и РД инженерных сетей – требованиям ТЗ Производителей по подключению всего запроектированного оборудования и ФСК на данное оборудование, согласованными с отделом комплектования АО «ГУОВ» и ВМедА им. С.М. Кирова);
2. доукомплектовать том ТХ шифра 60/МПК техническими заданиями на подключение всего монтируемого/немонтируемого оборудования (в соответствии с паспортами и требованиями его Производителей и сканами заверенных ФСК);
3. откорректированную проектную документацию (ТХ и РД) на бумажных и электронных носителях предоставить установленным порядком в адрес ПТО строительного управления №5.

Начальник Строительного управления № 5
АО «ГУОВ»

К.Х.Исабеков

исп.: Сергеев А.Н.
23.04.2019

Сергеев А.Н.
С.В.Янович