#### DIRAT- TRATE - LABOR



**INSTALACIÓN:** ST EQUIPO MOVIL AT-3

Nº FABRICACIÓN: 62388-WES

Expediente: 2

MÁQUINA:

TP-

MARCA WES

POTENCIA (MVA): 20

**TENSIONES (kV):** 

132/66/15

**P.SERVICIO:** 01/01/1984

TIPO DEPÓSITO SILICAGEL

**TIPO ACEITE:** 

S/D DIALA D

REFRIGERACIÓN OFAF

CTC:

	1		1	ı	ı		1	1	ı	
Informe									1	2
P. Muestra	FC									
GAS (ppm)	18/05/2010	08/06/2011	04/06/2012	02/05/2013	12/05/2014	06/05/2015	09/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	06/05/2019
H2	12	40	19	14	5,6	9,0	0,0	0,0	27	13
O2	23486	19644	16328	6590	15825	13255	47001	47001	16033	65695
N2	73906	92876	84729	57266	53741	58005	147100	147100	57516	16267
СО	145	159	185	137	122	140	158	158	362	259
CO2	4571	5853	6359	4369	2210	4398	6437	6437	12417	13038
CH4	3,2	3,3	14	2,5	1,0	2,0	5,5	5,5	4,0	4,0
C2H6	13	15	14	9,7	3,7	8,0	8,3	8,3	10	10
C2H4	5,7	6,5	7,0	4,0	0,0	6,0	4,2	4,2	6,0	6,0
C2H2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Informe								1	2
P. Muestra	0	0	FC						
Fecha	08/06/2011	04/06/2012	02/05/2013	12/05/2014	06/05/2015	09/05/2016	02/05/2017	02/08/2018	06/05/2019
Temperatura (°C)	26	40	15	48	0	31	43	50	38
Color	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,0	3,5
Acidez (NN)	0,160	0,190	0,180	0,200	0,180	0,180	0,170	0,187	0,209
Agua (mg/kg)	14	23	11	27	21	17	24	38	24
Tan δ -DDF (%)	5,9	6,6	6,2	6,4	7,2	6,2	5,8	6,3	6,6
Rigidez D, (kV)									
Contenido inhibidor (%)									

### DIAGNÓSTICO

Las concentraciones de gases encontradas en el análisis de cromatografía de gases presentan valores normales. . Respecto al estado dieléctrico del aceite, se ha encontrado un elevado valor de contenido en agua por lo que es necesario proceder al reacondicionado del mismo. Continuamos con su gama normal de mantenimiento.

#### **ANTECEDENTES**

FECHA	

# FECHA PRÓXIMO CONTROL

#### 01/05/2020

Realizado Gases

## FECHA PRÓXIMO CONTROL

Realizado Fisicoquímico

## 01/05/2020

**LABORATORIO** 

C/C
García Bosch

Laboratorio externo

Labo	ratorio	exter	n