Formulario di Applicazioni ITPS

CONTENTS

Biocompatibilità	 3
Emodialisi	4
2.2 Cleareance	4
Vad	5
Vad	
3.1 HearthWare	5
3.1 HearthWare	5 5
3.1 HearthWare	5 5 5
3.1 HearthWare	5 5 6
	1.1 Costante di affinità K

Document made with typst Link to typst documentation

1 BIOCOMPATIBILITÀ

1.1 Costante di affinità K

$$K = \frac{[\mathrm{PS}]}{[P][S]}$$

- [PS] $\frac{ng}{cm^2}$: Densità dei siti di legame occupati.
- [P] $\frac{ng}{ml}$: Concentrazione della soluzione contente la biomolecola che aderisce al biomateriale

2 EMODIALISI

2.1 Concentrazione soluto

$$C = \frac{\dot{m}}{Q}$$

2.2 Cleareance

$$Q_{\rm cleareance} = Q_{\rm plasma} \bigg(1 - \frac{C_{\rm finale}}{C_{\rm iniziale}} \bigg)$$

3_{VAD}

Ventricular Assist Device

3.1 HearthWare

Dispositivo caratterizzato da pompa di tipo centrifugo e levitazione magnetica del rotore combinata con propulsione delle palette (lifting) per il mantenimento della posizione flottante.

3.1.1 Shear Stress τ

$$\tau = \mu \cdot \gamma$$

- + μ : viscosità dinamica sangue = $3cP({
 m centiPoise})=0.03\frac{g}{cm\ s}=0.003\frac{Ns}{m^2}$
- γ : Velocità di deformazione angolare $\frac{\mathrm{rad}}{s}$

$$\gamma = \frac{U_t}{h_m}$$

- U_t : velocità di trascimento
- h_m : altezza del singolo meato = $\frac{h_{
 m scatola} h_{
 m rotore}}{2}$

$$U_t = \omega r$$

- ω : velocità angolare, di rotazione del rotore.
- r : raggio del rotore, ce ne sono 2, interno ed esterno.

3.1.1.1 formula esplicita

$$\tau_i = \mu \frac{\omega r_i}{h_m}$$

• i = r. esterno o raggio interno


3.1.2 Tempo di attraversamento

$$t = rac{V_{
m me}}{Q_{
m me}}$$

• $V_{
m me}$: volume del meato • $Q_{
m me}$: portata del meato

3.1.3 Volume meato

$$V_{\mathrm{me}} = \frac{\pi}{4} (d_{\,\mathrm{est.}}^2 - d_{\,\mathrm{int.}}^2) \cdot h_m$$



3.1.4 Portata del meato

$$Q_{\mathrm{me}} = Q_{\mathrm{ematica}} \cdot \mathrm{Flusso}\%_{\mathrm{me}}$$