

پروژه ساخت بویایی سنج کنترل شونده با کامپیوتر

امیرحسین افشارراد، محمدمهدی کیانی، بهراد منیری، هادی حجتی

هسته پژوهشی هوش محیطی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف

مقدمه

حس بویایی یکی از حواس پنج گانه انسان است که معمولاً کمتر از سایر حس‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. حتی در زبان فارسی نیز فعلی برای دریافت و یا حس کردن بو وجود ندارد و بسیاری از افراد از فعل ”شنیدن“ به منظور اشاره کردن به فرآیند دریافت تحریک بویایی استفاده می‌کنند. با این حال بویایی تأثیر قابل توجهی بر روی زندگی انسان و فعالیت‌های او دارد و مطالعه آن خالی از فایده نیست؛ برای مثال بسیاری از ما با حس کردن یک بوی خاص به یاد خاطره‌ای خوش و یا فردی نزدیک در زندگی‌مان می‌افتیم و با حس کردن بویی دیگر خاطره و یا اتفاق تلخی را به یاد می‌آوریم. همچنین قرارگرفتن در محیطی با بوی نامطبوع موجب آزرده‌شدن افراد و حتی مختل شدن فعالیت هایشان می‌شود.

دانسته‌های ما از حس بویایی نسبت به سایر حس‌ها محدودتر است و هنوز پرسش‌های زیادی در مورد آن وجود دارد که دانشمندان درصدد پاسخ به آن هستند؛ برای مثال هنوز بر دانشمندان پوشیده است که آیا بینی تنها عضو دخیل برای دریافت تحریک‌های بویایی است و یا چرا برخی بوها در برخی فرهنگ‌ها و یا برای برخی افراد مطبوع به شمار می‌آیند در حالی که برای افراد دیگر نامطبوع‌اند. همچنین عملکرد مغز در هنگام تشخیص بو و مرز میان جنبه شیمیایی و روانشناسانه بویایی هنوز قابل تفکیک نیست.

موضوعات زیادی در مورد حس بویایی وجود دارد که هنوز بر روی آن تحقیقات زیادی انجام نگرفته

است؛ یکی از این موضوعات، عملکرد مغز در هنگام بویایی و واکنش آن به تحریک‌های مختلف بویایی است. روش‌های تصویر برداری مغزی همانند EEG و fMRI به دانشمندان این امکان را داده است تا نحوه عملکرد مغز در موقعیت‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهند. این پیشرفت‌ها به دانشمندان این امکان را داده تا در مورد حواسی مانند بینایی و شنوایی تحقیقات جامعی انجام دهند و تا حد زیادی به عملکرد مغز در هنگام استفاده از این حواس پی ببرند. با این حال برخلاف بینایی و شنوایی، دانشمندان زیادی بر روی ارتباط میان عملکرد مغز و حس بویایی تحقیق نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل این موضوع، دشواری به دست آوردن داده‌های مورد نیاز است. دادن تحریک بویایی نسبت به تحریک شنوایی و بینایی دشوارتر است و مشکلات زیاد مرتبط با آن باعث می‌شود تا داده‌های حاصل برای انجام تحقیق از دقت کافی برخوردار نباشند.

یکی از روش‌های مرسوم برای دادن تحریک بویایی که همچنان نیز در برخی از تحقیقات مورد استفاده قرار می‌گیرد، به این ترتیب است که آزمایش‌کننده اسانس با بوی مد نظر را داخل یک ظرف می‌ریزد و سپس آن را زیر بینی آزمایش‌شونده قرار داده و از او می‌خواهد تا نفس بکشد. این روش آزمایش‌ایراتات زیادی دارد؛ نخستین مشکل آن است که در این آزمایش، زمان پخش بو از کنترل آزمایش‌شوندگان خارج است. برای مثال فرض کنید می‌خواهیم آزمایشی طراحی کنیم که در آن ابتدا بوی A به مدت ۱۰ ثانیه پخش می‌شود، سپس ۱۰ ثانیه بویی پخش نمی‌شود (حالت استراحت) و در نهایت بوی B برای آزمایش‌شونده پخش می‌گردد. در صورتی که این آزمایش را به روشی که پیش‌تر توضیح داده شد انجام دهیم، بوی A در حالت استراحت نیز در هوا می‌ماند و حتی ممکن است در صورت کوتاه بودن زمان استراحت، با بوی B نیز ترکیب شود. با کنترل کردن نرخ تنفس فرد و سنکرون کردن آن می‌توان این مشکل را تا حدی برطرف کرد. همچنین به منظور جلوگیری از ترکیب دو بو، میتوان زمان استراحت را طولانی‌تر نمود.

مشکل دوم این روش در آزمایش‌های بویایی آن است که ممکن است آزمایش‌شونده پیش از احساس تحریک بویایی، در مورد آن قضاوت کند. برای مثال آزمایش‌شونده از طریق مشاهده فعالیت‌های آزمایش‌کننده می‌تواند به عوض شدن بو و یا شروع زمان استراحت پی‌ببرد که موجب می‌شود نتایج حاصل، مطلوب ما نباشد. برای حل این مشکل نیز بسیاری از محققان آزمایش خود را به گونه‌ای طراحی نمودند که در طول آن چشم و گوش آزمایش‌شونده بسته بماند.

همانگونه که پیش‌تر گفته شد، این روش با وجود کاستی‌هایی که دارد همچنان در بسیاری از تحقیقات در مورد حس بویایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و محققان می‌کوشند به کمک روش‌هایی که توضیح داده‌شده، خطای

ناشی از عوامل مذکور را کمتر کنند. با این حال آزمایش‌هایی وجود دارند که به کمک روش گفته شده قابل انجام نیستند و یا نتایج حاصل از آن‌ها با آنچه مطلوب ماست فاصله زیادی دارد. یکی از این آزمایش‌ها، آزمایش Oddball بویایی است. مرجع [۴] مثالی از این آزمایش هاست.

بویایی سنج

مطالعه‌ی زیادی بر روی آزمایش Oddball برای تحریک‌های بینایی و شنوایی انجام شده است اما به دلیل مشکلات موجود در دادن تحریک بویایی، انجام این آزمایش به روشی که پیش‌تر گفته شد عملاً با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد بود. به منظور دادن تحریک Oddball بویایی، نیاز به دستگاهی داریم که بوها را کنترل شده و در مدت زمان معین به آزمایش‌شونده برساند. بدین منظور دستگاهی با نام الفکتومتر یا بویایی‌سنج^۱ ساخته شده است. این دستگاه، تحریک بویایی را از طریق یک وسیله (معمولاً کامپیوتر) به آزمایش‌شونده می‌رساند. در سال‌های اخیر، چندین نوع الفکتومتر توسط محققان طراحی و ساخته شده است. تایلر لوریگ^۲ از دانشگاه واشنگتن اند لی^۳ در سال ۱۹۹۹ یک الفکتومتر طراحی کرد که تحریک بویایی را به کمک رله‌های کنترل‌شونده مطابق میل آزمایش‌کننده‌ها به آزمایش‌شونده می‌رساند [۲]. از آن زمان تاکنون چندین محقق دیگر نیز به منظور انجام آزمایش‌های بویایی خود طرحی مشابه با طرح لوریگ طراحی کردند. برای مثال در سال ۲۰۰۶، استیون لوون و اسکات لوکاس از بیمارستان مک لارن و دانشگاه هاروارد طرحی برای ساخت الفکتومتر ارزان ارائه دارند و با حدود ۴۰۰ دلار موفق به ساخت آن شدند [۵]؛ با این حال الفکتومتر ساخته‌شده توسط آن‌ها به دلیل تاخیر در رساندن تحریک بویایی، مناسب آزمایش Oddball نبود. این محققان در سال ۲۰۱۶ طرح دیگری برای ساخت الفکتومتر ارائه دادند و این مشکل را برطرف نمودند که هزینه تمام شده آن حدود ۱۱۰۰ دلار بود.

به عنوان یک مثال دیگر در همین زمینه، می‌توان به الفکتومتر طراحی شده توسط یوهان لوندستروم در سال ۲۰۱۰ اشاره کرد. این محقق و همکارانش تلاش کردند تا الفکتومتری طراحی کنند که در عین ارزان بودن، از لحاظ ساخت نیز راحت باشد. نتیجه کار آنها ساخت الفکتومتری با حدود ۵۲۰۰ دلار بود و تمامی مراحل ساخت را نیز در مقاله خود توضیح دادند [۳]. لازم به ذکر است علاوه بر الفکتومترهای ساخته شده

^۱Olfactometer ^۲Tyler S. Lorig ^۳Washington and Lee University

توسط محققان، الفکتومترهای دیگری نیز وجود دارند که به صورت تجاری فروخته می شوند؛ با این حال قیمت بالای این دستگاه ها باعث می شود که بسیاری از محققان از خرید آن صرف نظر کنند و پژوهشگرانی که قصد مطالعه بر روی حس بویایی را دارند، ترجیح می دهند الفکتومتر خودشان را طراحی نمایند. علاوه بر این، تعداد شرکت های سازنده این وسیله نیز بسیار محدود است و تهیه آن علاوه بر هزینه زیاد، مشکلات زیادی نیز در بر خواهد داشت.


این موضوعات ما را بر آن داشت تا الفکتومتری طراحی کنیم که ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱. ارزان باشد؛ همانگونه که گفته شد پیش تر الفکتومترهایی ساخته شدند که هدف اصلی آنها این بود که هزینه تمام شده حداقل باشد. ما نیز در طراحی خود می کوشیم تا این هدف محقق شود.
۲. مناسب برای انجام آزمایش Oddball باشد؛ بدین منظور، تاخیر بین دادن دستور به الفکتومتر و رسیدن تحریک بویایی به بینی آزمایش شونده باید حداقل باشد.
۳. مناسب برای انجام آزمایش های EEG و fMRI باشد؛ به منظور این که بتوانیم از این دستگاه در آزمایش های MRI استفاده کنیم، هیچ قطعه ی فلزی ای نباید در قسمتی از الفکتومتر که وارد دستگاه MRI می شود، قرار داشته باشد.
۴. خطری برای آزمایش شونده نداشته باشد؛ این دستگاه نباید به هیچ عنوان صدمه ای به دستگاه بویایی و تنفسی آزمایش شونده ها بزند.

طراحی


هوای مورد نیاز به وسیله یک کمپرسور به دستگاه داده می شود و جریان هوا را به کمک یک فلومتر اندازه می گیریم. در صورتی که جریان هوا بیش از ۳ لیتر بر دقیقه باشد، آزمایش شونده با گذشت زمان دچار خشکی بینی می شود؛ همچنین کم بودن جریان نیز باعث می شود تا زمان رسیدن تحریک بویایی افزایش پیدا کند. به همین دلیل ما جریان هوا را در داخل دستگاه برابر ۳ لیتر بر دقیقه قرار می دهیم تا نه موجب آزار آزمایش شونده شود و نه از دقت دستگاه بکاهد. شکل ۱ شماتیک کلی این دستگاه است.

جریان هوا به سه شاخه تقسیم می شود و هر شاخه به یک شیر سلنوییدی وصل می گردد؛ شیر سلنوییدی را به کمک جریان برق می توان قطع و وصل نمود و این ویژگی به ما این امکان را می دهد تا بوهایی که به



شکل ۱: شماتیک دستگاه

آزمایش شونده می‌رسد را کنترل کنیم. به منظور کنترل کردن شیر نیز از آردوینو استفاده می‌کنیم. آردوینو یک برد مبتنی بر میکروکنترلر AVR است که می‌توان آن را به کمک کامپیوتر برنامه‌ریزی کرد و خروجی‌های آن را کنترل نمود.




شکل ۲: مدار کنترلی

همچنین در کنار برد آردوینو، به منظور تأمین ولتاژ و جریان مورد نیاز برای راه‌اندازی شیرهای سلنوییدی، یک مدار راه‌انداز (driver) نیز طراحی شده و در به آردوینو متصل شده است. مدار راه‌انداز و برد آردوینو در شکل ۲ قابل مشاهده هستند.

خروجی شیرها را وارد ظرفی می‌کنیم که تا نیمه با اسانس محلول پر شده‌است. با باز شدن شیر، جریان هوا باعث می‌شود تا هوای بالای ظرف عطر آگین شود و این هوا به بینی آزمایش‌شونده می‌رسد. هر بار فقط یکی از شیرها باز می‌شود و سایر شیرها بسته می‌باشند تا تمامی جریان هوا از یکی از ظرف‌ها بگذرد و هوای خروجی حامل بوی ظرف مورد نظر باشد. تمامی لوله‌هایی که از ظرف خارج می‌شوند به یکدیگر متصل می‌شوند و جریان هوا در نهایت به کمک یک ماسک اکسیژن به آزمایش‌شونده می‌رسد. شکل ۳، تصویری از صورت

نهایی دستگاه است.



شکل ۳: تصویر نهایی دستگاه

مراجع

- [1] Tyler S. Lorig. The application of electroencephalographic techniques to the study of human olfaction: a review and tutorial, *International Journal of Psychophysiology*, (36) 91–104, 2000.
- [2] Tyler S. Lorig, David G. Elmes. A computer-controlled olfactometer for fMRI and electrophysiological studies of olfaction, *Behavior Research Methods, Instruments, & Computers* 31 (2), 370–375, 1999.
- [3] Johan N. Lundström. Methods for building an inexpensive computer-controlled olfactometer for temporally – precise experiments, *International Journal of Psychophysiology*, (78) 179 – 189, 2010.
- [4] Eleni Kroupi. EEG Correlates of Pleasant and Unpleasant Odor Perception, *ACM Trans. Multimedia Comput. Commun. Appl.*, (11), 2014.
- [5] Steven B. Lowen, Scott E. Lukas. A low – cost, MR-compatible olfactometer, *Behavior Research Methods*, 38 (2) 307-313, 2006.