محطة عمل الأشعة · كتيّب تعليمي

فنّي الأشعة / إجراء الفحص

الدور: فنّي الأشعة

أنت ترى من حضر وتبدأ الفحص وتُنهيه وتربط الصور التي لم يستطع النظام ربطها تلقائياً.

⚠ الصور في هذا البرنامج غير معتمدة للتشخيص الأولي.

المحتويات

1. بدء الفحص وإنهاؤه
2. صور غير مرتبطة

1. بدء الفحص وإنهاؤه


الخطوة 1 اضغط «الفحوصات». اختر في ① الحالة «وصل». بالزر ② «تحديث» تُحدَّث القائمة. ترى كل المرضى الحاضرين.



الخطوة 2 قارن الاسم وتاريخ الميلاد مع المريض أمامك. ثم اضغط ① « → قيد الفحص». أدخل على الجهاز رقم المريض ورقم الطلب من هذا السطر بدقة.



الخطوة 3 بعد التقاط كل الصور وإرسالها اضغط ① « → مكتمل». بالزر ② «الصور» تتحقق من وصول الصور.




تذكّر

- هل تحتاج إلى الإلغاء؟ اكتب السبب في خانة «السبب» فوق القائمة واضغط « → ملغى».


2. صور غير مرتبطة

إذا أُدخل شيء خاطئ على الجهاز لا يستطيع النظام ربط الصور بأي فحص. تنتظرك الصور هنا.

الخطوة 1 اختر أولاً الفحص الصحيح من «الفحوصات». ثم اضغط ① «دراسات غير مرتبطة».



الخطوة 2 تحقق في السطر ① أن الفحص المختار صحيح. اكتب السبب في ② (مثلاً «خطأ كتابة على الجهاز»). قارن الجهاز ووقت الدراسة. إذا كانت تخص هذا الفحص فاضغط ③ «ربط بالفحص المختار». إذا لم تخص أحداً (صورة تجريبية) فاضغط ④ «رفض».



تذكّر

- لست متأكداً لمن تعود الصور؟ لا تربط شيئاً. اسأل طبيب الأشعة. الربط الخاطئ أخطر من ترك الدراسة دون ربط.

كل الأشخاص والأرقام والنصوص في الصور وهمية. · © KM Code Craft · Mohamad Anas Kara Mohamad · code-craft.tech