

# Manometria Esofágica de Alta Resolução

Nome:

Idade: 60

Data: 11/02/2021

RG:

## Método:

Exame de **Manometria Esofágica de Alta Resolução**, realizado com polígrafo computadorizado de 24 canais (Alacer Biomédica®) e cateter de PVC com perfusão capilar contínua, com velocidade de 0,4ml/min/canal. Utilizado gel anestésico tópico (Lidocaína 2%) para passagem do cateter. **Os valores de referência utilizados baseiam-se na Classificação de Chicago v4.0 de 2021.**

## Resultados em repouso:

### I- Junção Esofagogastrica (JEG) [Esfíncter Inferior do Esôfago (EIE)+Crura]:

|                                                    |                              |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--|
| Posição: de 41.2 a 45.1 cm                         |                              |  |
| PIP: 3.9 cm                                        |                              |  |
| PEIE: 31.2 mmHg                                    | (Normal 10 a 45mmHg)         |  |
| EGJ-CI: 79.0 mmHg.cm                               | (Normal 27.8 a 124.9mmHg.cm) |  |
| Relaxamento: Completo - IRP: 11.5 (Normal <18mmHg) |                              |  |
| Classificação: Tipo I                              |                              |  |

### II- Esfíncter Superior do Esôfago (ESE):

|                          |
|--------------------------|
| Posição: 18.7 a 21.0 cm  |
| Pressão média: 28.9 mmHg |

### III - Corpo Esofágico - Caracterização do padrão de 13 deglutições:

- 62% das deglutições estudadas foram efetivas e normais (PERISTÁLTICAS), com **38% de ondas prematuras (aperistálticas) e 8% hipercontrátil (>8000mmHg.s.cm)**:

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| DCI: 4997.5 | (Normal 450 a 8000 mmHg.s.cm) |
| DL: 4.7     | (Normal >4,5s)                |
| Quebra: 0.2 | (Normal < 5 cm)               |

**Abreviações:** DCI – Distal Contractile Integral – Contratilidade distal integrada. IRP – Integrated Relaxation Pressure – Pressão de relaxamento integrada. PJEG (EGJ CI– Esophagogastric Junction) – Pressão Junção esofagogastrica. DL – Distal Latency – Latência distal. PIP – Ponto de Inversão de Pressão. EIE: Esfíncter Inferior do Esôfago. PEIE: Pressão do Esfíncter Inferior do Esôfago. ESE: Esfíncter Superior do Esôfago.

## Conclusão:

**- Aperistalse intermitente (ondas prematuras) em corpo esofágico.**

Obs: 1) Os achados deste exame são compatíveis com - **ESPASMO ESOFAGIANO.**

## Manometria Esofágica de Alta Resolução


|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| <b>Número de deglutições:</b>     | 13       | 100%       |
| Número de falhas:                 | 0        | 0%         |
| Número de inefetivas:             | 0        | 0%         |
| <b>Número de prematuras:</b>      | <b>5</b> | <b>38%</b> |
| Número de fragmentadas:           | 0        | 0%         |
| <b>Número de hipercontráteis:</b> | <b>1</b> | <b>8%</b>  |

**Tabela de avaliação das deglutições:**


| #  | IRP<br>(mmHg) | DCI<br>(mmHg.s.cm) | DL<br>(s) | Quebra<br>(cm) | Vigor          | Padrão    | Pressurização |
|----|---------------|--------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 1  | 7.5           | 2624.1             | 4.0       | 0.6            | Normal         | Prematura | Normal        |
| 2  | 16.1          | 5032.0             | 3.9       | 0.2            | Normal         | Prematura | Normal        |
| 3  | 13.6          | 5322.3             | 4.3       | 0.0            | Normal         | Prematura | Normal        |
| 4  | 14.0          | 5974.1             | 4.4       | 0.0            | Normal         | Prematura | Normal        |
| 5  | 4.2           | 5621.0             | 5.1       | 0.0            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 6  | 8.8           | 3479.9             | 5.3       | 0.2            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 7  | 14.0          | 4946.3             | 4.8       | 0.2            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 8  | 12.6          | 3289.1             | 5.2       | 0.5            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 9  | 10.3          | 4456.7             | 5.3       | 0.1            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 10 | 16.9          | 5349.0             | 5.2       | 0.0            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 11 | 4.0           | 5474.5             | 5.5       | 0.0            | Normal         | Intacta   | Normal        |
| 12 | -             | 8401.0             | 3.4       | -              | Hipercontrátil | Prematura | Normal        |
| 13 | -1.1          | -                  | -         | -              | -              | -         | Normal        |

Dr LUIZ HS FONTES

## Anexo I – Detalhes das deglutições


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Deglutição 1</b></p>                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                   | <p><b>IRP:</b> 7.5 mmHg<br/> <b>DCI:</b> 2624.1 mmHg.s.cm<br/> <b>DL:</b> 4.0 s<br/> <b>Quebra:</b> 0.6 cm<br/> <b>Vigor:</b> Normal<br/> <b>Padrão de contração:</b> Prematura<br/> <b>Padrão de pressurização:</b> Normal</p> |  |

|                                                                                     |                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p><b>Deglutição 2</b></p>                                                           |  |
|                                                                                     | <p><b>IRP:</b> 16.1 mmHg<br/> <b>DCI:</b> 5032.0 mmHg.s.cm<br/> <b>DL:</b> 3.9 s</p> |  |


# Manometria Esofágica de Alta Resolução

Quebra: 0.2 cm  
 Vigor: Normal  
 Padrão de contração: Prematura  
 Padrão de pressurização: Normal



Deglutição 3

IRP: 13.6 mmHg  
 DCI: 5322.3 mmHg.s.cm  
 DL: 4.3 s  
 Quebra: 0.0 cm  
 Vigor: Normal  
 Padrão de contração: Prematura  
 Padrão de pressurização: Normal




Deglutição 4

IRP: 14.0 mmHg  
 DCI: 5974.1 mmHg.s.cm


# Manometria Esofágica de Alta Resolução

DL: 4.4 s  
Quebra: 0.0 cm  
Vigor: Normal  
Padrão de contração: Prematura  
Padrão de pressurização: Normal



Deglutição 5

IRP: 4.2 mmHg  
DCI: 5621.0 mmHg.s.cm  
DL: 5.1 s  
Quebra: 0.0 cm  
Vigor: Normal  
Padrão de contração: Intacta  
Padrão de pressurização: Normal




Deglutição 6

IRP: 8.8 mmHg  
DCI: 3479.9 mmHg.s.cm  
DL: 5.3 s  
Quebra: 0.2 cm  
Vigor: Normal


# Manometria Esofágica de Alta Resolução

**Padrão de contração:** Intacta  
**Padrão de pressurização:** Normal



**Deglutição 7**


**IRP:** 14.0 mmHg  
**DCI:** 4946.3 mmHg.s.cm  
**DL:** 4.8 s  
**Quebra:** 0.2 cm  
**Vigor:** Normal  
**Padrão de contração:** Intacta  
**Padrão de pressurização:** Normal



**Deglutição 8**


**IRP:** 12.6 mmHg  
**DCI:** 3289.1 mmHg.s.cm  
**DL:** 5.2 s  
**Quebra:** 0.5 cm  
**Vigor:** Normal  
**Padrão de contração:** Intacta  
**Padrão de pressurização:** Normal

# Manometria Esofágica de Alta Resolução



## Deglutição 9

**IRP:** 10.3 mmHg  
**DCI:** 4456.7 mmHg.s.cm  
**DL:** 5.3 s  
**Quebra:** 0.1 cm  
**Vigor:** Normal  
**Padrão de contração:** Intacta  
**Padrão de pressurização:** Normal



## Deglutição 10

**IRP:** 16.9 mmHg  
**DCI:** 5349.0 mmHg.s.cm  
**DL:** 5.2 s  
**Quebra:** 0.0 cm  
**Vigor:** Normal  
**Padrão de contração:** Intacta  
**Padrão de pressurização:** Normal