

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E
NOMBRE DEL CONTACTO: ANGÉLICA MARIA CAMPO MANCILLA
TELÉFONO: 5540800
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO: MONITOR MULTIPARÁMETRO CON IBP Y
CAPNOGRAFÍA
MARCA: DRAGER
MODELO: VISTA 120
No. SERIE: VTSKM0077

CÓDIGO ACTIVO: EMCO4053
UBICACIÓN: UCI 2
FECHA DE RECEPCIÓN: 2023-12-05
FECHA DE CALIBRACIÓN: 2023-12-05

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método aplicado para esta calibración es comparación directa, éste método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS011.

FECHA DE EXPEDICIÓN:

2023-12-11

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS:


7

Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-028CPJA

Calibrado por:
Metrólogo



Ing. Vivian Hurtado

Revisado y aprobado por:
Directora de Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA MÍNIMA:	19,6	(°C)	TEMPERATURA MÁXIMA:	23,0	(°C)
HUMEDAD MÍNIMA:	47,0	(%HR)	HUMEDAD MÁXIMA:	56,0	(%HR)
LUGAR DE CALIBRACIÓN:	En sitio				

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) a través del NIST.

• EQUIPO:	Simulador Paciente	• N° SERIE:	4325049
• MARCA:	Fluke	• TRAZABILIDAD:	Según Certificado: C7506-23; CG4406-23; CG4306-23
• MODELO:	Prosim 4	• FECHA DE CALIBRACIÓN:	2023/06/23; 2023/06/15; 2023/06/15

• EQUIPO:	Mezcla Patrón Certificada	• N° SERIE:	FF40063
• MARCA:	Linde	• TRAZABILIDAD:	Según Certificado: 10 0767
• MODELO:	---	• FECHA DE CALIBRACIÓN:	2023-10-24 - Vence: Octubre - 2025

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Sistólica No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
60	58,3	0,5	-1,8	2,0
120	121,0	0,8	1,0	2,7
200	203,5	0,6	3,5	3,5

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Diastólica No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
30	33,0	0,8	3,0	1,8
80	82,8	0,5	2,8	2,2
150	154,3	0,5	4,3	2,9

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Media No Invasiva - NIBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
40	43,0	0,8	3,0	1,9
93	94,8	0,5	1,8	2,3
167	167,8	1,0	0,8	3,2

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

27897

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Sistólica Invasiva - IBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
60	60,0	0,0	0,0	1,9
120	120,0	0,0	0,0	2,6
200	201,0	0,0	1,0	3,4

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Diastólica Invasiva - IBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
30	30,0	0,0	0,0	1,6
80	81,0	0,0	1,0	2,1
150	151,0	0,0	1,0	2,9

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Media Invasiva - IBP

VALOR DE REFERENCIA mmHg	LECTURA PROMEDIO mmHg	DESVIACIÓN EST. mmHg	ERROR mmHg	INCERT. EXP. ± mmHg
40	40,0	0,0	0,0	1,7
93	94,0	0,0	1,0	2,3
167	168,0	0,0	1,0	3,1

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

TIPO DE PRUEBA: Presión Arterial Estática Invasiva - IBP

VALOR DE REFERENCIA	LECTURA PROMEDIO	DESVIACIÓN EST.	ERROR	INCERT. EXP. ±
mmHg	mmHg	mmHg	mmHg	mmHg
0	0,0	0,0	0,0	1,3
80	81,0	0,0	1,0	2,1
250	252,0	0,0	2,0	4,0

TIPO DE PRUEBA: % Saturación de Oxígeno

VALOR DE REFERENCIA	LECTURA PROMEDIO	DESVIACIÓN EST.	ERROR	INCERT. EXP. ±
% SpO2	% SpO2	% SpO2	% SpO2	% SpO2
85	88,0	0,0	3,0	1,6
90	92,0	0,0	2,0	1,7
95	95,0	0,0	0,0	1,7
97	97,0	0,0	0,0	1,7

TIPO DE PRUEBA: Frecuencia Cardíaca

VALOR DE REFERENCIA	LECTURA PROMEDIO	DESVIACIÓN EST.	ERROR	INCERT. EXP. ±
BPM	BPM	BPM	BPM	BPM
60	60,0	0,0	0,0	0,9
90	91,0	0,0	1,0	1,2
120	121,0	0,0	1,0	1,5
150	151,0	0,0	1,0	1,8
210	209,0	0,0	-1,0	2,4
240	240,0	0,0	0,0	2,8

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

TIPO DE PRUEBA: Frecuencia Respiratoria

VALOR DE REFERENCIA	LECTURA PROMEDIO	DESVIACIÓN EST.	ERROR	INCERT. EXP. ±
BrPM	BrPM	BrPM	BrPM	BrPM
30	30,0	0,0	0,0	1,8
40	41,0	0,0	1,0	2,3
60	61,0	0,0	1,0	3,4
80	81,0	0,0	1,0	4,6
100	100,0	0,0	0,0	5,7

TIPO DE PRUEBA: Concentración de Gases

VALOR DE REFERENCIA	LECTURA PROMEDIO	DESVIACIÓN EST.	ERROR	INCERT. EXP. ±
%	%	%	%	%
CO2 (5,4%)	4,7	0,0	-0,7	0,8

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

SIN OBSERVACIONES.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
27897

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si éste le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

****FIN DEL CERTIFICADO****