

INFORME DE RETROALIMENTACIÓN

R-GC023

FECHA: DIA: 09 MES: 10 AÑO: 2020

CONSECUTIVO Nº 19346

NOMBRE DEL EMPLEADO:

Jimmy A. Orozco Hoyos

AREA QUE PERTENECE:

Mantenimiento:



Administrativo



ENTIDAD DONDE OCURRE EL EVENTO:

UCI - HUV

AREA DONDE OCURRIO EL EVENTO:

UCI

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

MONITOR SIGNOS VITALES GOLDWAY UT7000C SN # 7C5AAIM-001
SE REALIZA INSTALACIÓN DE ESTE EQUIPO AL SERVICIO DE UCI NUEVO EN REEMPLAZO
DEL MONITOR CON SERIE NO. 114611090002 EM03466. SE REALIZA ENTREGA AL
SERVICIO CON ACCESORIOS: CABLE EX6, SENSOR SP02, MANOJERA NIBP, BRACELETE ADULTO,
CABLEAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON EQUIPO PATRON.
(NIBP) SET - EQUIPO (EX6) SET - EQUIPO (SP02) SET - EQUIPO (BRP) SET - EQUIPO
120/80 (93) - 122/84 (95) 60 bpm - 60 bpm 93% - 93% 120/80 (93) - 120/79 (95)
200/150 (167) - 196/153 (166) 130 bpm - 127 bpm 94% - 94% 200/150 (167) - 202/149 (168)
60/30 (40) - 65/36 (45) 40 bpm - 40 bpm 95% - 95% 60/30 (40) - 60/29 (41)

COMENTARIOS O RECOMENDACIONES:

SUGERENCIAS POR PARTE: (por favor marque con una x)

CLIENTE



COORDINADORA DE CALIDAD



ADMINISTRADORA



JEFE INMEDIATO



JEFE DE RECURSOS HUMANOS



OTROS



CUAL

Contingencia

Efectuado por:

Nombre:

Firma y/o sello

Jimmy A. Orozco Hoyos

[Firma]

Ed. 2017-535
BIOELE



SYSMED

www.sysmedsas.com / info@sysmedsas.com

Cra. 23 # 54-15 El Trebol PBX: 441 4935

Sugerencias sobre el presente documento al correo : calidad@sysmedsas.com

Entregado A:

Adriana Altamar

Vo. Bo. Jefe de área