

CERTIFICACIÓN No. 2013008833

**EL SUSCRITO DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS. DEL INVIMA
CERTIFICA**

Que hasta la fecha y de conformidad con nuestra Legislación Sanitaria vigente, el producto: EXACTA-MIX COMPUNDER - MEZCLADORES AUTOMATIZADOS - MARCA EXACTA - MIX

Esta contemplado entre los productos que NO requiere Registro Sanitario para su fabricación, importación o comercialización en Colombia

INTERESADO: LABORATORIOS BAXTER S.A.
SOLICITANTE: JULIA ISABEL GUTIERREZ
RADICACIÓN: 2012127724
FECHA RADICACIÓN: 26/10/2012

OBSERVACIONES: Es considerado un equipo de laboratorio, que se puede utilizar en las centrales de mezcla, para añadir o mezclar diferentes ingredientes en una solución intravenosa (IV).

Lo anterior debido a que el producto no cumple con las funciones contenidas en el artículo 2, capítulo I del Decreto 4725 de 26 de diciembre de 2005 "*por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano*", por lo tanto no es considerado dispositivo médico para uso en humanos.

Esta certificación se mantendrá hasta tanto el Ministerio de Salud y Protección Social no expida reglamentación pertinente para tal fin o a los conceptos que emita la Comisión Revisora de la Sala Especializada de Dispositivos Médicos y Productos Varios.

Tendrá CINCO (5) días hábiles para solicitar corrección a este documento.

Se expide en Bogotá D.C., el 23 de Mayo de 2013 .

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.



ELKIN HERMAN OTALVARO CIFUENTES
DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS.

VoBo. 500-03-1147
VoBo. 500-03-161

