
Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 (échelon dans l'eau chaude)
Température [°C]
Temps [s]
70
60
50
40
30
20
0
10
20
30
40
50
Ajustement exponentiel (τ = 5.80 s, RMSE = 0.09 °C)
Tangente à l'origine (τ = 5.80 s)
Asymptote finale (T∞ = 66.77 °C)
Température initiale (T0 = 24.11 °C)
Méthode 63 % (T = 51.1 °C, τ = 5.76 s)
Temps à 95 % (t95% = 17.37 s)
Mesures du saut (Pt100 4W, u = ±0.15 °C)