

从监测到调控——闭环睡眠干预技术的研究进展与挑战

【作者姓名】*, 【作者姓名】

(【作者单位】，【城市】【邮政编码】)

摘要：可穿戴传感、人工智能与神经调控技术的发展，正在推动睡眠研究由离线监测向实时闭环干预转变。然而，现有研究在信号质量、在线识别、刺激定时与临床效应验证之间仍缺少完整且可比较的证据链。本文围绕感知—识别/决策—刺激—反馈—验证框架，综述可穿戴脑电采集、实时睡眠分期、事件检测、相位估计与系统时延等关键技术，并梳理慢波睡眠、全睡眠周期以及听觉、电/磁和多模态刺激的研究进展。综合现有证据，闭环系统已可实现睡眠阶段门控、目标事件定位和相位依赖刺激，部分方案能够诱发短时神经生理响应；但离线识别性能、在线刺激命中、生理调制、行为改善与临床获益属于不同验证层级，尚不能相互替代。当前瓶颈主要包括跨设备与跨个体泛化不足、端到端时延口径不统一、疗效个体差异、长期安全证据有限，以及居家失败夜和患者重要结局报告不足。未来需推进因果评测、个体化自适应、物理刺激到达时间标定与真实世界标准化验证，促进闭环睡眠干预由实验室原型走向可靠的居家和临床应用。

关键词：闭环睡眠干预；可穿戴脑电；睡眠分期；相位估计；听觉刺激；实时系统

中图分类号：【待填写】

文献标识码：【待填写】

文章编号：【待填写】

From Monitoring to Modulation: Advances and Challenges in Closed-Loop Sleep Intervention Technologies

[AUTHOR NAME]*, [AUTHOR NAME]

([AFFILIATION], [CITY] [POSTAL CODE], China)

Abstract: Advances in wearable sensing, artificial intelligence, and neuromodulation are shifting sleep research from offline monitoring toward real-time closed-loop intervention. However, current studies still lack a complete and comparable chain of evidence linking signal quality, online recognition, stimulation timing, and clinical-effect validation. Organized around a sensing–recognition/decision–stimulation–feedback–validation framework, this review examines wearable electroencephalographic acquisition, real-time sleep staging, event detection, phase estimation, and system latency, and summarizes progress in slow-wave, whole-sleep-cycle, auditory, electrical/magnetic, and multimodal interventions. Available evidence indicates that closed-loop systems can perform sleep-stage gating, target-event localization, and phase-dependent stimulation, and that some approaches elicit short-term neurophysiological responses. Nevertheless, offline recognition performance, online stimulation accuracy, physiological modulation, behavioral improvement, and clinical benefit represent distinct levels of validation and cannot substitute for one another. Major limitations include insufficient cross-device and cross-individual generalization, inconsistent definitions of end-to-end latency, heterogeneous treatment responses, limited long-term safety evidence, and inadequate reporting of failed home nights and patient-important outcomes. Future work should advance causal evaluation, individualized adaptation, calibration of physical stimulus-arrival timing, and standardized real-world validation to move closed-loop sleep intervention from laboratory prototypes toward reliable home and clinical applications.

Keywords: closed-loop sleep intervention; wearable EEG; sleep staging; phase estimation; auditory stimulation; real-time system

1 引言

1.1 睡眠障碍的疾病负担与睡眠干预的临床需求

睡眠障碍是具有公共健康意义的系统性社会健康挑战。欧洲 47 国整合分析显示,成人阻塞性睡眠呼吸暂停 (obstructive sleep apnea, OSA)、失眠、不宁腿综合征 (restless legs syndrome, RLS)、发作性睡病和快速眼动 (rapid eye movement, REM) 睡眠行为障碍患病率分别为 18%、10%、3%、0.03% 和 0.009%^[1]。失眠的诊断级负担随判定口径而变化: 面对面《精神障碍诊断与统计手册》(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) 访谈下合并患病率为 12.4%, 成人临床相关慢性失眠全球估计为 16.2%、约 8.52 亿人^[2-3]。中国 OSA 按呼吸暂停低通气指数 (apnea-hypopnea index, AHI) ≥ 5 的汇总患病率为 11.8%, 全球 20-79 岁成人 RLS 模型化患病率为 7.12%^[4-5]。这些结果共同说明, 睡眠干预需求受疾病类别、地区范围和诊断口径共同塑造, 不能被合并为单一负担数值。即便存在上述统计上的异质性, 不同类型睡眠障碍的庞大患病人群仍构成了巨大的未被满足的干预需求, 推动了可穿戴人工智能睡眠技术的发展。

在可穿戴睡眠技术领域, 现有研究已在睡眠监测与评估方面形成较为丰富的证据基础, 但闭环干预的长期与临床验证仍相对不足; 可穿戴睡眠技术在监测与干预两个方向呈现出不同的证据成熟度: 一项系统综述纳入 60 篇论文和 34 种可穿戴 EEG 设备, 显示监测与睡眠评估已形成一定研究基础; 闭环听觉刺激综述则指出, 现有干预证据仍多集中于短期效应, 长期睡眠、情绪和行为影响尚缺少充分验证^[6-7]。在成人慢性失眠的规范治疗方面, 欧洲指南将失眠认知行为治疗 (cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT-I) 列为一线治疗, 美国睡眠医学会 (American Academy of Sleep Medicine, AASM) 指南也强推荐多组分 CBT-I^[8-9]。尽管 CBT-I 已被指南确立为循证治疗, 其现实应用仍受到服务可及性有限以及部分患者退出或依从性

不足的制约^[9-11]。上述 CBT-I 实施困境与可穿戴领域存在的技术转化缺口, 促使学界对闭环睡眠干预寄予期待, 但需求缺口的存在并不等同于闭环干预已经具备确切临床疗效: 慢性失眠闭环听觉刺激试点虽观察到慢振荡即时增强, 却未改善记忆巩固、宏观睡眠结构、觉醒次数或主观睡眠质量^[12]。这一结果表明, 实现特定神经生理靶点的实时调控, 并不意味着其能够稳定转化为具有临床意义的睡眠改善或日间获益。因此, 整合连续感知、状态识别、即时干预与反馈调整的闭环系统, 更适合被视为改善监测与治疗衔接的重要候选技术路径之一; 其临床价值仍有赖于刺激算法个体化、长期疗效及患者重要结局的进一步验证。

1.2 从睡眠监测到睡眠调控: 闭环范式的提出

从“睡眠监测”向“睡眠调控”的过渡, 核心在于将连续状态感知实时转化为可更新的干预决策。离线监测主要回答整夜睡眠结构与事件分布, 实时识别进一步判断当前睡眠状态, 而闭环调控还需依据当前脑状态决定是否实施刺激, 并根据刺激后的生理响应更新后续决策。与从随机慢振荡相位启动、随后按预设间隔递送刺激的开放环方案相比, 闭环系统强调干预时机与目标神经生理状态的匹配^[13]。在严格的术语边界下, 只有持续监测目标状态, 并利用反馈信息维持或调节该状态的方案, 才可称为闭环状态依赖刺激; 因此, 并非所有依据睡眠阶段触发的刺激均构成完整闭环^[7]。

这一范式转变相应拓展了睡眠脑机接口的算法任务边界。算法所面向的控制对象既包括睡眠阶段, 也包括慢振荡、睡眠纺锤波等瞬态事件及更精细的振荡相位信息; 因此, 相关算法的功能需从离线睡眠分期扩展至在线状态识别、瞬态事件检测、相位预测、刺激时机决策及闭环反馈控制。Wireless Drem Device (WDD) 将非快速眼动第 3 期 (N3) 门控、慢振荡相位估计和声音刺激递送串联起来, 并在与多导睡眠监测 (polysomnography, PSG) 同步记录的健康青年样本中, 实现了灵敏度为 0.70、特异度为 0.90 的实时 N3

检测；同时，该系统能够将声音刺激定位于慢振荡上升相附近，刺激相位为 $45 \pm 52^\circ$ ^[14]。这一结果初步表明，可穿戴脑电图（electroencephalography, EEG）设备具备在居家环境中实施状态依赖性睡眠刺激的技术可行性。

由此，闭环系统的评价标准也由离线识别性能转向端到端调控性能。Ferster 等将非快速眼动睡眠（non-rapid eye movement, NREM）、慢波活动（slow-wave activity, SWA）、beta 功率和目标相位纳入联合门控；Portiloop 则进一步将采集、滤波、推理、决策和刺激执行的累计时延以及误触发、漏触发纳入工程评价^[15-16]。因此，离线准确率不能单独代表闭环性能，还需综合考虑端到端时延、触发可靠性、目标相位门控和扰动保护等实时约束。现有研究在目标事件、设备平台、研究人群和时延口径方面仍存在明显异质性，尚不足以进行直接的系统间比较。可穿戴 EEG 为长期居家闭环调控提供了技术条件，但系统可执行性和靶点调控能力并不等同于临床疗效，这也构成后续分析闭环系统架构及其临床验证路径的基本前提。

1.3 闭环睡眠干预系统的基本架构

闭环睡眠干预的基本架构可理解为由感知、识别/决策、刺激执行、反馈与失败保护共同组成的在线系统；在闭环听觉刺激（closed-loop auditory stimulation, CLAS）框架中，其最小实现包括实时脑活动访问、目标振荡检测和刺激系统^[7]。感知层首先要保证输入信号可用，例如 ENMod 以 5 秒均方根（root mean square, RMS）选择额区 EEG 通道，但其居家研究中约 30% 数据集仍无可用 EEG，提示电极接触与质量控制会直接限制后续识别和干预环节^[17]。在识别/决策层，系统可联合 NREM、SWA、beta 功率和目标相位进行门控，并在运动、睡眠阶段变化或觉醒时拒绝或停止触发^[14-15]。执行层则需同时评估采集、滤波、推理、决策和输出延迟，以及误触发与漏触发；Portiloop 的纺锤波工程案例报告 64 ms 常数延迟^[16]。从控制系统的

严格定义看，依据当前脑状态触发预设刺激主要属于事件触发式闭环；只有在刺激后继续测量生理或行为响应，并利用该反馈动态调整后续刺激的时机、强度或其他参数，才构成具有在线自适应能力的完整反馈控制。上述术语边界借鉴自非睡眠脑电图触发经颅磁刺激（electroencephalography-triggered transcranial magnetic stimulation, EEG-TMS）闭环研究。就现有睡眠研究证据而言，上述系统证据主要支持“检测—触发”意义上的闭环运行；“刺激—反馈—参数更新”这一自适应控制链条仍需在睡眠场景中得到完整实现和充分验证^[18-19]。

1.4 本文综述范围与结构安排

基于上述临床需求、范式边界与系统架构，本文将闭环睡眠干预界定为一种以睡眠相关状态或事件的实时感知为前提，并将识别结果用于干预触发、参数调节或效果评估的技术体系。后文将首先讨论可穿戴传感、实时信号处理、睡眠分期、事件/相位估计以及端到端时延等关键技术环节；随后围绕慢波睡眠和全睡眠周期两类应用场景，梳理听觉刺激、电/磁刺激及多模态刺激系统的实现方式、神经生理效应、行为或功能终点与验证层级；最后总结该领域在从生理增强走向临床获益、个体化参数设定、长期安全性以及居家真实世界评测等方面面临的挑战。本文不纳入缺乏实时触发逻辑、未设置睡眠相关终点，或仅有产品宣称而缺少可核验证据支持的研究。

2 闭环睡眠干预的技术基础

2.1 可穿戴传感与实时信号处理

本节进一步讨论可穿戴 EEG 如何在低通道、干电极和家庭环境约束下形成可供在线识别使用的输入。本节证据所支持的范围主要是在线算法的数据准入与质量控制；具体状态、事件和相位输出的性能将在 2.2 节进一步讨论，检测与刺激执行形成的端到端时延则归入 2.3 节。

2.1.1 单/双通道 EEG 与 PSG 的差异

多导睡眠监测 (PSG) 是睡眠检测的金标准, 依靠多通道脑电信号刻画大脑电活动的空间特征, 结合眼电 (EOG) 与颈肌肌电 (EMG) 辅助识别 N1 期、REM 期睡眠及觉醒、肌张力变化, 并通过呼吸、血氧指标判定睡眠呼吸障碍等临床事件。相比 PSG 的多源信号体系, 单/双通道低通道脑电仅保留局部脑电信息, 虽可满足常规睡眠分期、慢波与纺锤波检测等基础任务, 但存在明显信息缺陷: 缺乏全脑空间信息、难以准确区分 N1 与 REM 睡眠, 同时无法直接识别呼吸事件、周期性肢体运动等关键睡眠临床指标^[6,20]。

当前主流可穿戴脑电设备主要包括头带式、耳内式、柔性贴附式三类, 设备性能对比需要统一考量电极数量与位置、电极材料、接触形式、参考导联方式以及与 PSG 的同步验证方案等关键参数, 才能保证评价结果客观可信^[20]。但现有研究尚未形成统一规范, 存在明显的研究异质性。一项涵盖 60 篇研究、34 种可穿戴脑电设备的系统综述指出, 目前各类研究的设备配置、评价指标、验证场景差异较大, 难以开展横向对比^[6]。

其中, 电极布局与参考导联设置是影响低通道脑电检测性能的核心因素, 相关对照研究可直观证实该影响。Tabar 等人基于 20 名健康受试者的 80 次整夜 PSG 同步记录, 对比了单耳、单耳联合同侧乳突、双耳交叉三种耳内脑电配置的睡眠分期效果, 结果显示五分类 Cohen's κ 系数分别为 0.36、0.63、0.72, 证明双耳交叉参考的导联方式可大幅提升睡眠分期的准确性与一致性^[21]。

综上, 低通道可穿戴脑电不存在固定统一的性能标准, 其适用场景、检测精度高度依赖设备类型、导联配置、受试人群与检测任务。后续研究需结合细分场景, 同时报告分睡眠阶段的细化性能与整夜整体指标, 分层区分其临床疾病诊断价值与闭环睡眠干预的信号可用性^[6,21]。

2.1.2 干电极与可穿戴 EEG 信号质量

干电极通常无需涂抹导电膏, 部分干式耳内 EEG 系统还支持用户自行佩戴和多夜居家记录, 为自然睡眠环境下的连续监测提供了硬件条件。然而, 其信号质量仍容易受到电极接触状态、耳道湿度以及眼动、面部和头部运动引起的电极微移与运动伪影影响^[20,22-23]。

Mikkelsen 等人针对健康受试者开展整夜耳内干电极脑电研究: 20 名 22~36 岁受试者共完成 80 次记录, 总时长 657 小时。结果显示, 脑电可用片段占比在 0.80~0.98 之间波动, 耳甲腔电极接触是否良好、耳道湿度, 是决定数据能否使用的主要因素^[22]。Pazuelo 等进一步发现, 眨眼、面部动作、头部转动都会破坏耳内脑电与标准头皮脑电的对应关系。这提示两类验证各有作用: 清醒状态下的伪影测试用来评估设备抗运动干扰能力; 而与 PSG 同步的整夜睡眠记录, 用来检验真实睡眠场景的数据可靠性^[23]。

因此, 评估信号质量不能依靠单一指标, 应当综合考察电极接触阻抗、脑电功率谱和标准信号的一致性、与湿电极或 PSG 的相关程度、有效数据占比、信号掉线或饱和情况、伪影占比及整夜记录成功率。除此之外, 还需要同步报告佩戴舒适度与皮肤耐受情况, 以此判断设备是否可以从单次实验室记录拓展到长期居家反复使用^[22-23]。

2.1.3 伪影处理与实时预处理

闭环睡眠干预的核心特点为实时在线运行, 因此需将信号质量控制前置至完整在线处理链路。标准化的实时预处理流程主要包含因果滤波或去趋势、信号质量判别、重度伪影剔除、在线数据标准化、滑动窗口分段处理与模型输入生成等关键步骤。传统离线分析常用的双向零相位滤波、整夜全局标准化算法, 需要依托完整时序数据或未来信号样本, 无法直接适配实时干预场景。为此, 在线闭环系统必须明确界定因果滤波规则、滑动窗口的长度与步长、数据缓冲策略、运算硬件平台以及单窗口运算耗时等核心参数, 以保障系统低延迟、稳定运行^[14,17]。

现有可穿戴闭环系统的居家应用仍面临显著的信

号质量问题。ENMod 闭环系统搭载 Fp1、Fpz、Fp2 三处额区干电极,以 250 Hz 频率采集脑电信号,并通过 5 秒均方根 (RMS) 窗口筛选有效信号通道;即便采用上述质控策略,其居家研究中仍有约 30% 的数据集没有可用 EEG,主要相关因素为电极接触不稳定与干电极材料性能衰减^[17]。Debellemaniere 等人的研究进一步将干电极脑电信号接入实时 N3 睡眠识别与相位检测链路,并通过 PSG 同步对照及无人值守场景评价系统输入端的有效性^[14]。

上述研究表明,闭环系统可将“低质量信号拒绝触发”作为降低错误干预风险的安全处置机制,即识别到低质量脑电片段时主动放弃刺激输出;但该机制也会造成部分刺激时机错失,产生刺激机会损失。因此,可穿戴闭环系统的输入层需要协同权衡数据保留率、系统运算时延与误触发风险^[14,17]。

2.1.4 辅助模式

针对低通道脑电固有的信息缺失,可通过多模式辅助信号补充睡眠监测所需的关键信息。不同模式具有不同的功能适配性:眼电 (EOG) 可辅助识别快速眼动睡眠,肌电 (EMG) 能够反映肌张力变化与觉醒状态,光电容积描记 (photoplethysmography, PPG) 可表征脉搏及自主神经活动变化,加速度计 (accelerometer, ACC) 则用于捕捉人体体动与睡姿改变^[20,25]。

多模式融合的居家睡眠监测已具备初步可行性。Shustak 等人研发的柔性临时纹身电极阵列可同步采集 EEG、EOG 和 EMG,并在医院与居家场景下获得稳定记录;其 6 小时睡眠记录呈现出可区分的睡眠阶段,但该研究仅验证了多模式居家监测的可行性,尚未应用于闭环干预场景^[24]。需要注意的是,多模式辅助信号的增益具有任务依赖性,并非对所有睡眠识别任务均有显著提升。Melo 等人针对 23 名健康受试者

睡眠分期的 PSG 人工评分参考标签并非绝对客观的物理测量结果,而是由评分规则、信号导联方案和人

开展 PSG 同步对照实验,对比单通道脑电头带单独使用及联合腕部体动记录的识别效果。结果显示,加入体动信号后,两种设备组合的 N1 期错误率分别由 15.7% 降至 9.8%、由 27.7% 降至 17.0%,但研究者认为体动信息对整体模型的贡献较小^[25]。

因此,多模式融合方案的性能评价需兼顾收益与成本,既要量化其对难区分睡眠阶段识别、伪影剔除和觉醒保护的边际增益,也要综合评估信号同步误差、设备功耗、佩戴负担以及单一模式信号缺失带来的性能损耗。对于闭环睡眠干预系统而言,多模式融合的重要价值并非仅优化常规睡眠分期精度,而是提高高风险信号状态下的触发容错能力,在局部脑电信号质量下降时利用多维信息维持更稳定、安全的脑状态判断,降低误干预风险^[24-25]。

2.2 实时睡眠分期与瞬时相位估计技术

2.2.1 阶段、事件与相位任务边界

闭环睡眠干预的识别与决策体系可划分为阶段、事件和相位三个递进的时间尺度,形成由粗至精的识别与决策链条。其中,阶段级判别用于界定干预候选窗口,决定系统是否满足刺激准入条件;事件级检测用于定位慢波、睡眠纺锤波等目标脑电波形;相位级估计则在单个振荡周期内确定目标刺激时点,实现更精细的定时干预。与之对应,三个层级具有各自的评价体系:阶段分期以基于 PSG 的人工评分结果为参照,事件检测重点考察事件匹配规则与假阳性控制能力,相位估计则需结合离线参考相位、圆周统计和刺激到达时延开展综合评估^[7,15,26]。

如图 1 所示,本节后续内容沿“信号采集—阶段门控—事件定位—相位定时—在线决策”的链条展开,并将分期、事件、相位和部署指标分别对应到不同识别层级。

工判读共同形成的规范化参考。不同评分体系及其版本之间存在差异,例如传统 R&K 标准与现行 AASM




图 1 实时睡眠识别任务链
Figure 1 Real-Time Sleep Recognition Task Pipeline

标准在睡眠阶段划分和慢波睡眠判定规则等方面并不完全一致。即使统一采用 AASM 标准，人工评分结果仍可能存在评分者间和实验室间差异，其中 N1 等过渡性阶段因边界相对模糊，更容易出现判读分歧。此外，评分规则还可能随 AASM 手册版本迭代而调整。因此，算法研究使用的睡眠分期标签具有评分规则、手册版本、导联配置和判读流程依赖性，不宜被视为跨研究完全统一且绝对客观的标签^[27–29]。

2.2.2 公开数据集、标签体系与验证协议

算法模型的评估结果具有较强的场景依赖性，数

据集来源、标签体系与训练—验证划分方式共同决定模型性能的可解释范围和适用边界。常用的睡眠分期公开数据资源主要包括 Sleep-EDF、SHHS、MESA 和 ISRUC-Sleep，其中 MASS 同时包含睡眠阶段与微结构标注；睡眠微结构研究还常使用 CAP Sleep、DREAMS、MASS 和 MODA 等数据资源^[16,30–31,47]。不同于常规睡眠监测任务，闭环刺激研究还依赖实时干预信息，现有研究尚缺少被广泛采用的统一公开基准数据集。此类基准的关键字段应包括真实可穿戴原始 EEG、精确刺激到达时间戳、设备各环节的分项延迟以及刺激后的脑电响应数据^[7,15–16]。

表 1 公开睡眠数据资源、标签体系与在线因果评测适用性

Table 1 Public Sleep Data Resources, Labeling Systems, and Applicability to Online Causal Evaluation

数据资源	证据用途	标签与协议特征	在线因果评测适用性
Sleep-EDF	单导五分类、subject-wise 与跨库测试	R&K 及 N3/N4 映射；版本和清醒截取方案影响样本构成	适合时序回放和离线泛化分析
SHHS	大规模 PSG 和外部验证	应用筛选样本与全量队列分开	适合多中心 PSG 域外部验证
MESA	多民族/跨人群与多模态候选	直接应用证据以 PPG 为主，EEG 闭环需连接额外证据	适合跨人群与多模态候选分析
ISRUC-Sleep	临床多模态五分类候选	已核验应用集中于 ISRUC-S3	适合离线双向模型验证
MASS、DREAMS、MODA	纺锤事件检测、外部测试和专家共识	标注者、OR/AND 起点、片段长度和共识规则影响事件标签	适合事件检测回放
CAP Sleep	病理人群与微结构候选	已纳入应用为 24 人 PPG 子集	适合病理人群与微结构邻近回放

不同公开数据集的版本、标注规则和样本处理方式可能改变模型评测结果。以 Sleep-EDF 为例，20 人和 78 人版本具有不同的样本构成，R&K 标签向 AASM 五分类的映射规则、清醒期片段截取方式以及 epoch-wise 与 subject-wise 划分策略，也会影响最终指标。SHHS 具有大样本、多中心 PSG 数据，更适合评价模型在多中心标准 PSG 数据上的表现。SleepTransformer 分别在 Sleep-EDF-78 和 SHHS 上报告结果，说明同一模型在不同数据条件下可能呈现不同性能。因此，跨研究比较必须同时说明数据集版本、标签体系、样本处理方式和验证划分方案^[30–31]。

验证协议差异是研究异质性的另一重要来源，不

同验证方式对应不同层级的模型泛化能力。随机 epoch 划分主要评价片段级识别性能，但同一受试者的数据可能同时进入训练集和测试集，因而不能充分反映新受试者上的泛化能力；subject-wise 划分和留一受试者交叉验证（LOSO）用于评价跨受试者泛化；跨数据集测试还进一步引入人群、设备、机构及采集协议变化；无监督域适应（UDA）则评价目标域未标注数据可参与训练条件下的跨域适配能力。上述方案构成从片段识别、跨受试者泛化到跨数据域适配的验证梯度，但均不能单独替代真实居家闭环环境中的在线验证。Bresch、Mikkelsen 和 Gao 等分别采用受试者级交叉验证、LOSO 及跨数据集 UDA 方案，反映出现有研究的

验证协议尚不一致^[32-35]。

2.2.3 阶段级表征与上下文模型

睡眠阶段级识别模型的性能与设计逻辑，可依据“单个片段(epoch)内部表征—片段间上下文建模—输出后处理”的层级框架进行比较。传统手工特征路线从脑电信号中提取频谱特征和典型时域波形，再结合浅层分类器完成睡眠分期。由于特征定义相对明确，这类方法便于分析设备频响、特征提取规则和个体校准对结果的影响。Mikkelsen 等针对耳周可穿戴脑电信号采用随机森林模型，并通过留一受试者交叉验证(LOSO)评价模型；另一项基于 Sleep-EDF 的研究提取 K 复合波及多个频段的功率谱密度特征，在其特定实验设置下报告的最高准确率为 91.94%，macro-F1 为 73.2%。上述研究表明，手工特征模型仍可作为低复杂度、具有一定可解释性的睡眠分期基线方案^[33,36]。

相较于传统手工特征建模，深度学习方法可基于原始脑电波形或二维时频图自动学习单个片段的表征，减少对人工特征设计的依赖。SleepEEGNet 采用 CNN 完成局部特征编码，并结合双向 RNN 和注意力机制建模时序信息；TinySleepNet 以单通道原始脑电为输入，通过轻量时序结构控制模型复杂度，为资源受限条件下的部署提供候选方案。国内相关研究一方面将一维脑电信号转换为二维时频图，并结合迁移学习开展睡眠分期；另一方面采用单导 DCNN-BiLSTM 模型联合学习时频表征与序列信息。原始波形、手工特征和时频图等输入形式对应不同的数据归一化、样本增强和计算成本，因此阶段级模型的横向比较需要同时考虑输入表征、网络架构和实际部署条件^[37-40]。

片段间上下文建模用于描述睡眠阶段的时序演化规律，而上下文的信息方向决定模型能否直接用于严格因果的在线推理。SeqSleepNet、SleepEEGNet 及采用 BiGRU、BiLSTM 的模型均利用未来片段信息，因此其论文所采用的双向配置主要适用于离线评分，不能直接用于实时闭环控制^[37,40-42]。SleepTransformer 利用完整序列注意力建模长距离依赖，FlexSleepTransformer

支持不同输入通道组合和混合数据训练，国内混合注意力模型则联合建模片段内时间信息、通道特征与片段间上下文。从本文纳入的研究看，相关方法可归纳为精细化时序上下文建模、输入通道配置适配和混合数据训练三个方向^[30,43-44]。

状态空间模型(state space model, SSM)为长时序脑电建模和有限状态更新提供了新的技术路径。MultiSEss 融合多尺度卷积、SE 注意力机制与状态空间模块，用于脑电睡眠五分类；现有证据主要来自离线性能评价与模块消融分析。面向闭环实时部署，该类模型仍需进一步报告因果配置、状态缓存、端侧内存占用、设备功耗和真实流式推理时延等指标^[45]。本文 5.4 节所述的无 EEG 双向 Mamba 模型仅作为多模态可穿戴睡眠分期的邻近技术证据；由于其输入不包含 EEG 且采用双向结构，该模型不能纳入因果 EEG 模型比较，也不能用于支撑睡眠事件检测或相位控制结论^[46]。

2.2.4 事件检测与相位预测算法

相较于粗粒度的睡眠阶段分期，睡眠微结构事件检测以睡眠纺锤波、慢波等稀疏瞬态波形为识别对象，其性能评价需结合逐样本(sample-wise)与逐事件(event-wise)统计口径、事件重叠阈值和时间容差规则。事件标注标准与共识规则的差异会影响算法评测结果。Warby 等基于 110 名健康受试者的 N2 期脑电数据和 24 名专家标注建立群体共识，显示专家共识基准、OR/AND 组合规则和事件边界定义会改变算法评价结果^[26]。SpindleNet 采用 250 ms 移动窗口输出纺锤波概率，不同专家共识起点会改变计算得到的检测延迟；Portiloop 则将 FIR 滤波、人工神经网络概率输出、阈值判断和声音控制器连接为端侧事件检测工程链。因此，闭环场景中的事件检测除 precision、recall 和 F1 外，还应报告每小时假阳性数量、事件起点、峰值和终点误差，以及波形形成等待产生的检测延迟^[16,47]。

实时相位估计旨在未来信号未知的因果约束下估计当前脑电振荡相位，其主要技术问题包括因果滤波、相位预测和刺激延迟补偿。Ferster 等在同一慢波基准

下比较幅度阈值、锁相环 (phase-locked loop, PLL) 和相位声码器三类方案; Santostasi 等通过探索性人体听觉刺激实验评价 PLL 的实时应用; Piorecky 等进一步比较固定延迟补偿与 PLL 方案。这些研究表明, 相位算法评价需要同时说明离线参考相位、导联配置、受试人群、幅度门控规则、目标相位和圆周统计误差, 以避免直接比较实验条件不同的结果^[15,48-49]。

为补偿信号处理、设备通信和刺激执行产生的延迟, 预测型算法可通过相位外推提前确定刺激指令时间点。Zrenner 等构建的实时 EEG 触发经颅磁刺激系统采用自回归模型进行相位预测, 为相位外推提供了非睡眠场景的邻近方法证据。Bressler 等研发的可穿戴闭环系统采用逐样本端点校正希尔伯特变换 (endpoint-corrected Hilbert transform, ecHT) 追踪入睡前的 α 相位, 并依据预设的生理潜伏期调整声音起始相位。两项研究分别为预测型相位估计和可穿戴相位控制提供方法证据。完整评价还需在统一设备时钟下分别报告数据采集、滤波、相位预测、通信、刺激执行及刺激实际到达的时延^[17,50]。

2.2.5 在线部署、输出可靠性与闭环评价体系

闭环系统的严格在线属性贯穿信号预处理、网络前向推理、结果后处理和系统运行全过程, 离线算法与在线算法的关键差异在于因果约束和未来信息是否可用。现有部分睡眠分期研究呈现“结构因果、实验离线”的证据分层: Patanaik 等的在线版本以历史输出替代离线修正所使用的未来输出, 但其声音演示仍采用时间正反向滤波, 因此算法输出可在线返回并不意味着完整处理链满足严格因果性; Bresch 等明确采用单向 CNN-LSTM 因果架构适配流式输入, 但其主要性能结果仍来自离线数据集测试。由此, 因果网络结构、在线回放、端侧设备推理和真实人体闭环系统应被视为不同层级的技术证据, 不能相互替代^[32,51]。

现有研究分别覆盖模型压缩、可穿戴采集、无线通信和移动端推理等部署环节。DistillSleep 针对单通道脑电开展模型蒸馏与端侧评价; Hsieh 等搭建眼罩采

集、BLE 无线传输和移动端推理链路; Esparza-Iaizzo 等分别评价 OSA 与非 OSA 人群中的实时睡眠分期表现; 国内双通道在线分期和无线可穿戴脑电研究则补充了低通道系统的工程实现证据^[52-56]。Micro SleepNet 在 Android 端报告约 100 KB 的模型体积和约 2.8 ms 的单次输入推理时间, 说明模型计算本身具有较低开销, 但不足以单独证明完整系统满足实时闭环要求; 完整评价还需计入 30 s 输入窗口形成、采集、预处理、通信、决策和刺激执行等环节^[31]。

跨域泛化与个体化适配涉及训练阶段能否接触目标域、是否使用少量个体校准数据以及是否开展完全独立外部测试等不同设置。UDA 研究显示, 在训练阶段能够接触未标注目标域数据的条件下, 模型可以开展跨数据域适配, 但该设置不能等同于完全独立的外部验证。可穿戴设备的实际部署还会引入跨导联、跨设备、跨夜和个体生理差异。现有研究已提供跨受试者、跨数据集和部分端侧实现证据, 但跨设备稳定性与长期多夜个体化仍缺少充分验证^[32-35]。

模型输出可靠性可从概率校准、不确定性估计、选择性拒绝和人工复核等相互关联但不可互相替代的维度评价。Hong 等将模型置信度最低的 20% epoch 交由人工复核后, 总体准确率由约 76% 提高至 87%, 展示了置信度排序和人机协作修正低置信输出的潜在价值; U-PASS 和 van Gorp 等则提供了不确定性量化及专家协作的评价框架^[57-59]。SwSleepNet 所称的“在线校准”主要指利用长序列上下文对短片段预测进行重判, 不是以期望校准误差 (expected calibration error, ECE)、Brier 分数或可靠性曲线评价的概率校准, 两者属于不同层面的输出后处理^[60]。

面向闭环应用, 识别评价可按四组指标组织: 分期性能包括准确率、平衡准确率、macro-F1、逐期 precision、recall、F1、Cohen's κ 和混淆矩阵; 概率校准使用 Brier 分数、ECE 和可靠性曲线评价预测置信度与经验正确率的一致程度; 选择性拒绝同时报告保留样本覆盖率、拒绝率、拒绝后的选择性风险及拒绝前后性

能；泛化能力则通过 subject-wise、LOSO、跨数据集、跨中心和跨设备测试评价。本文进一步建议以受试者为基本统计单位报告置信区间和最差亚组结果，用以补充全部 epoch 池化统计。事件检测还需报告 event-wise 指标、每小时假阳性数量及事件时间误差，相位估计则需报告圆周误差、离散度和目标相位窗口命中率^[6,15,26,57-59]。

综上，本文将面向闭环的实时睡眠识别技术归纳为阶段门控、事件定位、相位定时、在线部署和跨域个体化适配五个相互衔接的层级，用于组织从状态筛选、瞬态波形定位、振荡周期内定时到端侧运行和场景泛化的相关证据。算法横向比较除统一数据集、标签、划分和运行模式外，还需统一输入通道、目标任务、受试人群和评价指标；跨研究结果差异则应结合标注规则、设备特性、人群构成和验证协议解释。后续研究可重点补充同一模型下 epoch-wise 与 subject-wise 划分的直接对照、跨设备概率可靠性与拒绝风险、整夜设备功耗及采集至刺激的全链路时延，以及不同评分手册版本对算法可比性的影响^[6,15,27,34,57]。

2.3 闭环时延链路、同步机制与机会级评价

闭环睡眠干预系统的实时性可以拆解为具有明确起止点的时延链路。本文将系统总时延操作性地分解为窗口或生理事件形成、信号采集、数据缓冲、在线预处理、模型推理、干预决策、设备通信、刺激执行和刺激物理到达等环节；程序设定的补偿间隔以及听觉通路等生理潜伏期作为独立变量记录，不与工程执行时延混合^[7]。在这一分析框架下，现有研究报告的约 5 ms 局部计算时间、检测后 350 ms 等待参数和约 62 ms 生理潜伏期补偿分别对应算法执行、策略控制和特定系统采用的生理补偿参数，不能直接合并为同一种“系统时延”^[17,49]。

阶段级门控的时间结构由输入窗口、状态确认规则和在线更新节律共同决定。Patanaik 等的系统需要形成 30 s epoch，并按 1 s 节律更新输出；在线上下文和因

果滤波群延迟还会影响首次可能触发的时刻。Bresch 等采用单向 CNN-LSTM 因果架构，但其主要性能证据来自离线数据集测试，二者的在线证据层级并不相同^[32,51]。为便于比较，阶段门控研究宜报告窗口长度、滑动步长、历史和未来信息访问范围、滤波群延迟及低置信度拒绝规则；如采用连续多个 epoch 确认状态，还应报告确认数量和更新逻辑，从而将状态确认时间与模型执行时间分开呈现。

事件级检测需要联合解释运算耗时、策略等待和标注口径。SpindleNet 的单次平均执行时间约为 6 ms；根据多位专家标注采用 OR 或 AND 共识组合后确定的不同事件起点，其相对人工参考的检测延迟约为 150–350 ms，说明真值定义会改变时延估计^[47]。Portiloop 在 MODA 工程案例中将 40 ms FIR、20 ms ANN 和 4 ms 声音控制器组成 64 ms 常数链路，另估计约 250±100 ms 的可变检测等待，总计约 314 ms；阈值设为 0.84 时，按照刺激是否落入标注纺锤波的研究内定义，precision 和 recall 均为 0.71^[16]。这些结果适合用于分析单项研究内部的阈值、等待时间和事件命中精度权衡，不宜脱离真值定义进行跨系统比较。

相位级系统需要区分算法相位时间戳、刺激命令时间戳和刺激物理到达时间戳。CLAS-hdEEG 在 14 名健康参与者的 N3 期记录中报告 20.03±0.5 ms 的“检测至刺激”时延和 0.913 的 90° 目标窗口命中率，其时间锁定依据为 EGI 记录的 DIN 硬件标记；该标记能够记录触发事件，但不能替代声音实际到达受试者的物理测量^[61]。Wong 等的儿童颅内闭环系统也通过临床 EEG 设备的触发接口进行时间锁定，用于检测一触发链路和神经响应分析^[62]。若需测量刺激实际到达时间，可进一步使用麦克风、人工耳或刺激器回读，将命令生成至物理到达的过程纳入同一时间轴。慢波振幅条件对相位算法表现的影响见 2.2 节^[15]。

除整体精度外，本文建议进一步按单次刺激机会登记结局，包括合格机会、刺激成功送达、机会漏失、低置信度安全拒绝、无目标误触发、命令形成后的执

行失败, 以及刺激虽已送达但落在目标窗口外的时机失败; 报告时应明确分母是生理事件、刺激、夜晚还是受试者, 并在条件允许时同时给出多个层级。Debellemanniere 等的居家研究和 Wong 等的儿童颅内临床研究已分别报告刺激数量、静音保留触发、阶段分布或暂停规则等部分字段, 可为机会级评价提供实例, 但两者的设备和场景不能直接合并比较^[14,62]。刺激间隔和每夜刺激数还属于剂量变量; 居家 PTAS 与 hdEEG 再分析提示, 刺激间隔可能影响生理或行为响应, 因此剂量、精度和时延宜在同一框架下联合解释^[63-64]。

综上, 本文将闭环系统的时延与精度归纳为时延链路、同步链路和机会级结局三类评价对象。在同一研究、同一时间零点和同一真值定义下, 可以分析精度、时延和剂量之间的内部权衡; 跨研究解释则应至少说明时延统计口径、主时钟、固定偏移、漂移和校正残差。在样本量允许时, 本文建议除均值外进一步报告中位数、四分位距、P90、P95、P99、最大值和时序抖动, 以识别、降低并解释设备及校准方案造成的系统偏差。LSL 与 Thalamus 提供多设备同步、时钟偏移测量和失效保护等邻近工程方法, 可作为睡眠闭环刺激链路时序标准化的工程参照^[65-66]。

3 慢波睡眠闭环干预

3.1 锁相听觉刺激的原理与范式演进

慢波锁相听觉刺激将第 2 章讨论的睡眠阶段门控、目标波形检测、相位估计和刺激执行连接为一条可检验的干预链路。开放环方案通常按照预设时刻或固定间隔递送声音, 每次刺激的触发不依赖目标慢振荡的即时相位; 部分方案虽可预先限定睡眠阶段, 但仍不构成逐次相位响应式控制^[7,13]。相比之下, 闭环锁相刺激首先根据 NREM 状态确定刺激候选窗口, 再检测目标慢波并估计其相位, 在预设时点发出刺激; 当检测到觉醒、运动或睡眠阶段改变时, 系统可依据既定保护规则暂停或拒绝触发^[14-15]。因此, 闭环锁相刺激的主要技术特征是提高刺激时机与目标神经生理状态的

匹配程度, 但其实际表现仍受到波形检测误差、刺激链路延迟以及个体慢波形态差异等因素限制^[7,15]。

早期慢波听觉刺激范式常在慢振荡上升相附近递送成对短音, 旨在利用第二声进一步增强随后出现的慢波响应。此后, 刺激策略扩展为事件响应式控制。Ngo 等提出的 Driving 协议并非按照固定间隔连续递送后续声音, 而是在再次检测到目标负半波时才发出下一次刺激。实验结果显示, 增加刺激次数并未产生超过 2-Click 条件的效应, 纺锤波响应还随重复刺激逐渐减弱。该结果提示, 闭环刺激的价值不只在增加刺激数量, 还在于根据即时脑电状态确定后续刺激是否继续, 并在系统设计中考考虑响应衰减、不应期和停止条件; 若后续刺激仅按预设序列递送, 则可能在生理响应已经减弱时继续累积刺激剂量^[67]。

相位调控策略由固定延迟方案逐步扩展至在线相位估计与预测。Santostasi 等采用锁相环算法开展实时慢波锁相刺激, 在预设目标相位为 240° 时, 研究报告的平均刺激相位为 $243.15 \pm 3.06^\circ$; 但生理验证样本仅 5 人, 且未报告从信号采集到刺激物理到达的完整系统总时延, 因此结果仍需在更大样本和完整时延链路下验证^[48]。Ferster 等比较幅度阈值、锁相环和相位声码器三类算法, 结果显示慢波振幅条件会改变不同算法的相位估计表现, 低振幅慢波尤其会影响算法间的相对比较^[15]。这些结果提示, 固定算法参数难以直接跨设备和人群复用, 相位控制需结合电极导联、慢波振幅分布、个体振荡频率及刺激链路的生理潜伏期进行校准^[7,17]。

刺激范式的设计还涉及声音频谱、声压、包络形态、脉冲数量和刺激间隔等参数。Debellemanniere 等在比较声音优化方案时采用十声刺激协议, 其中仅第一声由闭环系统触发, 后续声音按照预设时序播放。这种“闭环启动—开放序列”的混合范式, 需要与每次刺激均由实时脑电响应决定的逐声响应式闭环加以区分^[68]。跨年龄分析进一步显示, 较强响应通常出现在慢振荡峰值附近, 中老年人的有效刺激相位窗口相对更窄, 提示

其可能需要更严格的刺激时机控制^[69]。总体而言,现有刺激范式可理解为睡眠状态门控、单次相位锁定、序列刺激和响应依赖控制的不同组合。当前直接证据主要支持状态或事件检测后的预设触发;能够结合即时生理响应和跨夜历史数据,自主调整刺激相位与剂量的自适应方案仍需进一步验证^[68-69]。

3.2 慢波与纺锤活动调制及其耦合的生理证据

慢波效应首先要区分刺激锁定的秒级或刺激期响应与整段睡眠改变。Besedovsky 等在 14 名健康男性的交叉研究中发现,120 min 刺激期内 0.8–1.1 Hz 功率相对 sham 增加 ($p=0.006$, Cohen's $d=0.71$), SO 振幅亦增加 ($p=0.047$, $d=0.42$), 但变化未延续到刺激后时段,整夜睡眠结构也未改变。Henin 等同样观察到刺激锁定的慢波响应,而午睡整段及整夜 SO 数量、振幅或斜率未显示一致差异。因此,“能够诱发慢波”与“提高整夜慢波负荷”是不同结论,短窗功率不能直接替代整夜 SWA、事件数量或睡眠结构。^[70-71]

纺锤效应也必须按事件和功率指标拆分。Papalambros 等在健康老年人的刺激夜中报告纺锤密度由 5.5 增至 5.8 次/min ($p=0.001$), 振幅由 12.9 增至 14.1 μV ($p<0.001$); 同一研究的整段 NREM SWA 却无差异 ($p=0.80$), 整段 fast-spindle 功率增加 2.2% 亦未达显著 ($p=0.14$)。Henin、Henao 和 Jourde 的研究还在刺激后约 1 s 观察到快/慢纺锤或 sigma 短窗响应。但 Jourde 居家研究的整夜纺锤检测数为 1050.8 ± 677.1 与 939.0 ± 492.5 , 差异不显著 ($p=0.557$, $r=0.236$)。这些结果不能合并成单一“纺锤增强率”: 密度、振幅、发生概率和 sigma 功率描述的是不同终点。^[71-74]

SO—纺锤关系呈明显的相位与状态依赖。Navarrete 等报告,青年在 -54° 至 133.2° 相位窗内刺激后的纺锤概率为 20.8% (95% CI 15.9%–25.6%), sham 时间点为 8.2% (6.7%–9.8%); 青年主要受点击相位解释,中老年人的响应则更受距上一纺锤时间影响。对同一青年数据的正式版再分析进一步显示,刺激前慢振荡

和纺锤状态能够预测刺激后短窗响应,但这属于响应预测,而不是独立的干预效应。因此,现有证据支持“刺激效应依赖 SO 相位、既有纺锤状态和事件间隔”,但相位—概率、SO 锁定纺锤功率和峰周 sigma 幅度不能统一称为跨研究可比的耦合强度。^[69,75]

对照设计进一步限定了“调制”的含义。Ngo 等比较个体快纺锤频率的七声节律刺激、非节律七声和 sham: 节律与非节律声音均在结束后 0.5–1.5 s 诱发 SO 及相位锁定纺锤响应,却未实现选择性即时夹带; 180 min 纺锤数的研究内比较 $p=0.170$ 和 $p=0.900$, 整夜比较 $p=0.821$ 和 $p=0.107$, SO—纺锤事件数相对 sham 亦无差异 ($p=0.335$)。Jourde 等对 SO、即时纺锤和检测后 450 ms 的延迟纺锤刺激进行比较,显示不同靶向时机可产生不同短窗响应,即时刺激还可能截断正在发生的纺锤。综合来看,人体证据支持条件依赖的慢波、纺锤与宽义耦合调制,而不是跨方案普遍、持续的增强; sham、非节律对照、不同靶向时机及阴性整夜结果必须与短窗阳性并列报告。^[76-77]

3.3 记忆巩固与认知收益的疗效证据及争议

闭环刺激研究常以记忆保持、词汇学习或发现学习检验慢波和纺锤变化能否转化为行为收益,现有结果呈现任务、方案和样本依赖性。Henin 等观察到慢振荡和纺锤增强,同时记忆表现未随之改善,展示了生理响应与行为收益之间可分层评估的关系。这类结果能够支持把刺激命中、功率变化与任务表现拆解为连续证据链上的不同环节,并逐层说明各环节的贡献。^[71]

Harlow 等汇总 12 项研究、14 个效应量和 206 名受试者,发现记忆效应随发表年份下降,模型预测由 2013 年的 $d\delta=0.99$ 转为 2021 年的 $d\delta=-0.39$; 约 34% 的受试者可能因听见声音而未保持盲法,记忆保持分数的重测可靠性接近零。这些结果能够把效应衰减、盲法维持和结局测量噪声纳入同一解释框架,也提示小样本阳性发现适合结合任务选择、分析弹性和重复测量可靠性共同解读。^[78]

正向证据仍能提供重要边界。Clark 等的多夜随机双盲交叉研究在最终 20 人中报告词汇回忆提高 35%、发现学习提高 26%，并观察到慢振荡—纺锤耦合变化。该结果说明复杂学习任务可能对多夜干预敏感，也为后续研究选择任务类型、干预夜数和机制指标提供了依据；样本量、设备关联和特定任务则适合作为外推范围的限定条件。Jourde 等在 102 人五组实验中分别靶向慢振荡、即时纺锤及延迟 450 ms 的纺锤，生理指标得到调节，行为结果呈现方向差异。^[77,79]

争议的核心集中在因果链和试验设计。未来研究需预注册主要认知终点，采用可维持盲法的 sham，报告任务可靠性，并将刺激相位、剂量、生理响应和行为变化进行中介分析。多任务、多时间点结果还需控制多重比较。现有证据能够支持“部分方案和任务中可见行为获益信号”这一较稳妥结论；更强的普遍认知增强或长期临床价值判断，需要由更大样本、多夜随机对照、稳定任务测量和生理—行为中介证据共同支撑。

3.4 慢性失眠、阿尔茨海默病等临床队列研究进展

临床队列将研究目标由健康人的短期振荡增强推进到症状、功能和疾病相关指标，但当前证据仍以小样本可行性为主。慢性失眠试点共纳入 27 人，初步分析 17 人，其中足量刺激仅 7 人；研究观察到即时慢振荡增强，却未发现记忆、宏观睡眠结构、觉醒或主观睡眠质量改善。有效刺激人数的进一步减少说明，患者佩戴、信号质量和算法门控本身会塑造最终可分析样本。^[12]

在轻度认知损害人群中，Papalambros 等的随机交叉研究仅 9 人，组水平记忆差异不显著，但慢波变化与记忆变化相关。这一关联可支持机制假设，却不能替代组间疗效。阿尔茨海默病一期居家研究中仅 7 人进入主要分析，并出现疼痛、激越、头带松动以及算法与共识评分差异。这些问题显示疾病人群中的耐受性、照护协作和自动评分偏差需要与刺激效果同时记录。^[80-81]

多夜方案提供了进一步线索。Zeller 等在 18 名健康老年人与 16 名认知受损老年人中设置一夜 sham 基线和三夜相位锁定刺激，观察到电生理响应及其与记忆、A β 42/A β 40 变化的关联。由于缺少平行随机的多夜 sham，其生物标志物与行为关联适合作为后续试验假设。临床转化下一步需扩大样本，预注册患者相关结局，采用多夜随机对照与足够随访，并如实纳入失败夜和不耐受病例。现阶段可确认的是居家实施及人群反应差异；延缓认知衰退、改善慢性失眠和长期疾病获益尚未得到充分证明。^[82]

4 全睡眠周期闭环干预

4.1 入睡期干预与入睡潜伏期缩短

入睡期闭环的控制目标是识别清醒向 N1、N2 过渡时的可干预状态，并在维持低警觉水平的条件下缩短入睡潜伏期。与慢波刺激相比，入睡阶段的 EEG 更易受动作、睁闭眼和节律波动影响，刺激相位和声音时机也会改变睡眠变浅或加深的方向。Hebron 等的 alpha-CLAS 研究显示干预具有相位依赖性，在部分相位下施加刺激会延长 N2+ 潜伏期，提示入睡期干预需要把 α 节律检测、相位方向和后续睡眠深度变化放在同一控制框架内解释。^[83]

Bressler 等在 21 名成人的居家随机交叉试验中，于夜初 30 分钟递送反相 α 声音，客观入睡潜伏期平均减少 10.5 ± 15.9 分钟 ($p=0.0019$)。这一结果为短期居家相位控制提供证据，同时也显示个体差异较大。后续研究可围绕入睡定义、算法置信度、刺激引起的短暂觉醒、主观感受和慢性失眠患者多夜重复性补齐证据。^[84]

4.2 纺锤波闭环调控与运动记忆巩固

纺锤波闭环调控以短时事件为靶点，通常需在 NREM 期预先完成纺锤波检测，以指导刺激定位，即选择刺激作用于纺锤波的发生期、上升段或特定相位。Lustenberger 等使用 12 Hz、1 mA、持续 1.5 秒的反馈

tACS 靶向 NREM 纺锤, 结果显示运动速度改善, 运动准确率和词对记忆未改善。该研究提示, 纺锤靶向的行为收益具有任务维度差异, 运动速度、准确率和词对记忆应作为不同终点分别呈现。^[85]

电刺激闭环系统中的反馈测量主要受限于刺激伪影和控制盲区。伪影影响下, 脑电信号的实时解释面临两难抉择: 系统需决定是在检测到纺锤波后即刻启动刺激, 还是在刺激发放期间仍持续追踪纺锤波。对于存在盲区的情形, 后续的刺激停止或剂量调整往往需要借助刺激前基线或刺激后恢复指标作为判断依据。值得关注的是, 持续学习框架下的纺锤检测模型已显示出跨夜数据驱动的认识性能提升, 为事件检测模型的长期自适应更新提供了可行路径。^[86]

纺锤闭环的评价链可按事件检测性能、刺激命中、生理变化和结局逐层组织, 并同步报告个体峰频、刺激波形、伪影处理和 sham 设计。现有证据主要支持工程检测、刺激触发和部分运动速度信号。后续关键字段包括最优刺激相位、跨任务记忆终点、患者人群和刺激期间可解释信号。

4.3 REM 实时检测与相位刺激的探索性研究

REM 闭环首先需要可靠判断当前是否处于 REM, 再决定是否开放阶段内刺激。REM 的低幅混合频率 EEG、快速眼动与低肌张力共同构成判定依据; 单额极或可穿戴系统减少 EOG、EMG 等辅助信息后, 清醒、N1 与 REM 之间的混淆风险更突出, 在 REM 睡眠行为障碍等疾病人群中还可能受到异常运动和病理波形影响。Jung 等在 310 份五中心 PSG 上进行回顾性自动 REM 检测, 总体 AUC 为 0.90 ± 0.14 , RBD 组表现低于非 RBD 组, Wijesinghe 等的轻量单额极模型最高 accuracy 为 85.4%、 $\kappa=0.79$ 。两项研究共同说明, REM 识别可作为阶段门控模块发展, 但在线触发、错误阶段刺激和采集至输出时延仍需在闭环系统中单独登记。^[87-88]

阶段门控之后, 相位刺激进一步要求在线估计

REM 期 α/θ 节律、预测目标相位, 并把刺激物理到达时间纳入命中判定。Jaramillo 等在 18 名健康青年预印本中探索 REM α/θ 相位声音刺激, 提供了阶段内相位干预和生理响应的初步证据。后续研究可同时报告 REM 判定置信度、目标相位与圆周误差、刺激剂量、错误阶段触发、微觉醒或完全觉醒以及停止规则, 并明确系统运行层级是实际在线、实时回放还是离线分析。^[89]

REM 靶向记忆再激活 (TMR) 是一条比 REM 检测或 REM 相位刺激更长的证据链, 至少包括睡前学习材料与线索配对、在线 REM 识别、睡眠中重新递送对应线索、觉醒保护, 以及醒后提示与未提示材料的记忆终点。因此, 现阶段 REM 检测和 REM 相位刺激更适合作为阶段门控与相位定时的探索性技术基础。在缺少学习线索、REM 判定、提示递送与醒后记忆终点之间同一实验链路的情况下, 相关研究尚不能直接支持 REM-TMR 的行为效应结论。

4.4 梦境调控

梦境相关闭环可分为睡眠起始期内容引导、REM 梦境调控与噩梦治疗等不同方向。Dormio 以外周信号估计入睡并通过醒后报告形成反馈, 为睡眠起始内容引导和人机交互提供邻近技术参照; 持续追踪 EEG 的睡眠内闭环则更强调客观状态识别、刺激时机和刺激后睡眠结构。^[90]

后续研究将 N1 靶向梦境孵化与主题相关报告及创造性表现联系起来。这些结果支持睡眠起始内容引导的可行性, 同时受到主观报告、需求特征和状态判定误差影响。该方向的关键报告字段包括客观状态、提示命中、梦境编码盲法、报告一致性、次日功能和频繁唤醒对睡眠结构的代价。^[91]

4.5 觉醒保护与干预时机自适应策略

闭环安全决策需要在“存在目标波形”之外判断当前刺激收益和觉醒风险。Ngo 等发现重复声音引起的慢波和纺锤反应具有自限性, 继续增加刺激次数未超过较短序列。Navarrete 等显示, 刺激前慢振荡形态可

预测后续慢波约 70%、纺锤响应约 60%。二者共同支持把即时波形、上一刺激后的反应和事件间隔纳入门控。[67,92]

觉醒保护可形成多层规则：先以阶段和信号质量排除清醒或低可信片段，再判断事件与相位；刺激后监测微觉醒、振幅衰减或节律改变，必要时延长间隔、降低剂量或停止。噪声保护研究还表明闭环声音可能改变睡眠者对环境噪声的敏感性，其目标与慢波增强不同。因此，觉醒保护可概括为“检测—刺激—响应评估—暂停/调整”的闭环安全框架；拒绝触发、连续觉醒停止、累计剂量上限和恢复条件应作为多夜系统中的预设报告字段，使安全逻辑成为可核验的系统组成。[93]

5 干预手段与系统形态

5.1 听觉刺激

相较于第 3 章对听觉 CLAS 生理与行为结果的讨论，本节将声音视为闭环系统的执行器，重点比较其传导路径、物理标定、剂量控制、共置伪影、佩戴舒适性与觉醒保护。气传导耳机或扬声器在实验室中便于快速更换，并支持声压级标定，其使用同时涉及线缆连接、耳部佩戴方式以及空气传播路径等影响因素。骨传导可与头带集成，物理输出则需要结合接触压力、头型和听阈进行校准。WDD、ENMod 和 Earable 说明骨传导适合一体化居家系统，但声音从命令形成到实际到耳的时延仍需要通过人工耳或麦克风回环实测。[14,17,94] 在此基础上，表 5-1 比较不同听觉执行路径在标定、剂量、伪影和觉醒保护上的差异。

表 2 听觉刺激执行路径与闭环适配要素

Table 2 Auditory Stimulation Paths and Closed-Loop Adaptation Factors

执行路径	物理标定	剂量与包络	共置伪影	舒适与个体化	觉醒保护
气传导耳机/扬声器	命令、声卡、换能器与声音到耳均可标定	SPL、频谱、起落沿、脉冲宽度、次数、间隔与累计剂量	与 EEG 通常分离；声学诱发响应进入信号	耳部压力、线缆、听阈与年龄校准	阶段、觉醒、运动、剂量和间隔门控
骨传导头带	个体物理输出、ERP 潜伏期和系统链路需分别测量	等效 SPL、接触压力和包络需设备级标定	振子与干 EEG 共置，机械耦合需定量	集成度高；头型、压力和听力差异需校准	依设备报告阶段、觉醒和剂量停止
耳内 EEG 检测 + 外部声音	Henao 记录命令时间戳，耳旁物理到达仍需进一步实测	双声参数可复现，声压仍需进一步测量	耳内发声器—耳内电极共置伪影需单独实验	实验室午睡提供初步佩戴场景	两声后暂停；觉醒停止规则可扩展

听觉刺激适合毫秒至秒级控制，可复现性取决于物理输出和软件触发的共同标定。Papalambros 的数据包和声卡补偿、CLAS-hdEEG 的检测至 DIN 标记均展示了局部链路标定方式。声音到耳可通过麦克风或人工耳回环进一步连接到完整时间链。[61,72] 在跨系统比较中，听觉执行器的可比性不只取决于声音类型，还取决于听阈、年龄、佩戴压力、侧睡姿势、机械/电学共置伪影和觉醒风险是否与 SPL、包络及累计剂量共同校准。

5.2 电刺激与磁刺激

Lustenberger 的反馈 tACS 显示，刺激期间伪影会造成 EEG 盲区，刺激后指标应归入刺激后响应而非刺

“闭环电/磁刺激”包含多种反馈关系：EEG 脑状态或事件触发刺激、持续依据内源 EEG 更新的反馈控制 tACS、锁定外加电刺激波形的相位同步，以及预设波形或时程的开放环刺激。四者的反馈变量、相位基准和重新触发时点不同，适合按控制关系而非刺激模态统一归类。因此，电/磁刺激不宜仅按刺激模态合并比较，而应首先区分实时 EEG 是否参与决策、相位基准来自内源脑活动还是外加波形，以及刺激期间是否存在反馈盲区。表 5-2 据此从实时 EEG 进入决策、相位基准、伪影盲区和重新触发条件等方面比较不同控制关系。

激期间持续追踪。[85] 因此，电/磁刺激研究需要明确盲区起止、信号质量恢复判据、timeout、重新触发所需

表 3 电/磁刺激的闭环控制关系比较

Table 3 Closed-Loop Control Relationships for Electrical and Magnetic Stimulation

控制类型	实时 EEG 进入决策	基准	伪影/盲区	重新触发	证据定位
EEG 状态/事件触发	是	NREM、纺锤或慢波事件	刺激期间 EEG 可出现解释盲区	timeout 后重新检测；规则依研究报告	Lustenberger 等：直接闭环
反馈控制 tACS	是	内源慢波相位/频率	在线伪影抑制和盲区需逐篇核验	刺激后重判条件依研究报告	Ketz/Jones；控制关系直接
外加波形相位同步	否	外加 tACS 相位	组合刺激伪影	依预设波形推进	Takahashi；邻近技术证据
开放环刺激	否	预设波形/时程	同步记录可能受刺激伪影影响	依方案预设	机制或对照证据

的阶段/事件条件、连续刺激上限，以及 sham 如何控制感觉和声音。Takahashi 的 rTMS 锁定外加 tACS 负峰，提供睡眠期外加波形相位同步的邻近证据，但其反馈变量和相位基准不同于依据内源 EEG 即时更新的闭环刺激。^[95]

5.3 光、振动、温度等多模态刺激

非听觉模态可按“实时反馈变量”和“实时睡眠

状态触发”两条轴线组织。Kwon 的智能床垫用 PVDF/BCG 检测心率，并以前一时间段的平均心率更新随后振动频率，因此其实时闭环变量是自主神经信号，而非睡眠阶段。研究中的 PSG 主要用于事后判定睡眠结构和评估干预结果。^[96] Danilenko 的红光/声音实验在 NREM 内依据 EEG 幅度阈值触发，属于实时睡眠波形触发。^[97] 据此，表 5-3 按这两条轴线概括光、振动和温度控制在闭环属性及集成风险上的差别。

表 4 非听觉刺激模态的反馈方式与集成风险

Table 4 Feedback Modes and Integration Risks of Non-Auditory Stimulation

模态	实时反馈	实时睡眠状态触发	控制分类	主要集成风险	证据角色
振动	BCG 心率	PSG 阶段用于事后分析	生理反馈闭环	机械伪影、体位与觉醒	直接反馈控制证据
红光	EEG 阈值	是	EEG 波形触发闭环	眼罩、光漏与觉醒	直接状态触发证据
温控床罩	预设/人工调温；Fitbit 事后评价	尚未形成睡眠内状态触发证据	开放环境控制	热惯性、舒适与停止规则	邻近对照

温控床罩研究提供了环境温度控制的协议和舒适性参照，其控制方式以预设和人工调温为主。^[98] 这一类研究提示，非听觉模态的比较重点不应放在生理效果大小的简单排序上，而应回到反馈变量、状态触发、执行惯性、伪影和觉醒保护这些决定闭环属性的系统条件。

5.4 典型闭环系统对比与居家化、产品化现状

WDD、ENMod 和 Earable 把可穿戴感知与声音输出集成到居家设备，体现了头戴式系统从监测到干预的一体化方向。未来比较应重点考察时钟同步、声音物理到达、失败夜和协议分母。Portiloop、MHSL-SB 及 TSB Axo 则展示了从端侧事件检测、工程链路拆分到多夜居家干预的不同推进路径。由于相关研究可能

系统级比较回答各平台把“感知—识别—决策—刺激—验证”推进到了哪一步。判断成熟度时，需要同时考察系统分期、居家分母、失败数据、时延边界和安全停止；第 2 章已经讨论的算法性能以及第 3/4 章已经讨论的生理、行为结果，在本节主要用于说明系统验证推进到哪个层级，而不再作为跨系统排行依据。表 5-4 据此把典型系统放在同一验证链上比较，强调系统链路是否闭合，而非单项指标高低。

对应不同硬件版本、实验场景和验证终点，其工程时延、居家夜数和生理结果不宜直接合并为单一系统性能。^[14,63,74,99]

耳内 EEG 可分为实验室闭环和居家监测候选两个层级。Henao 建立了“耳内检测—实际声音刺激”的实验室人体链路，Mikkelsen 和 Naos 则支持居家采集、

表 5 典型闭环睡眠干预系统的验证链比较

Table 5 Validation-Chain Comparison of Representative Closed-Loop Sleep Intervention Systems

典型系统	识别/门控	刺激或相位控制	时间链	生理/行为证据	居家与失败数据	安全停止
WDD	N3 门控和慢波检测	慢波相位骨传导声音	独立时钟事后重同步；声音到耳仍未实测	有短窗响应	青年配对及中年居家试点；失败夜分母仍未充分报告	阶段、运动、觉醒、时间和间隔门控
Portiloop 系统族	纺锤事件闭环	声音触发	工程链路已拆分；人体声音到耳仍未实测	有短窗响应	多夜居家人体研究：约 20% 数据损失	停止规则仍需充分报告
ENMod/Bressler	因果 alpha 相位估计	骨传导相位控制	总时延仍未充分报告；ERP 潜伏期单独测量	有相位/ERP 验证	多实验夜；可用 EEG 失败比例已报告	质量通道与限时刺激
Eearable	独立分期测试与入睡概率/阶段门控	声音控制	时延仍未充分报告	有系统验证	有居家多夜干预协议；通道失败有报告	检测入睡后停声；其他规则仍需充分报告
MHSL-SB 系统族	NREM 触发、状态/慢波门控	声音控制	时延仍未充分报告	有多夜响应	工程与多夜人体配对；纳入夜与完成者分母部分报告	NREM、beta/觉醒门控
TSB Axo	实时 NREM 门控与慢波检测	目标相位与个体音量	时延仍未充分报告	有事件响应和功能终点	居家干预夜；失败夜仍需充分报告	稳定 NREM、觉醒、ON/OFF 和个体音量
CLAS-hdEEG	N3 实验条件和慢波检测	90° 目标窗命中	检测至 DIN；声音到耳仍未实测	有短窗响应	实验室系统	阈值/波形门控；觉醒停止仍需充分报告
Henao 耳内 EEG 闭环	耳内慢振荡检测	两声目标窗命中	局部滤波延迟；声音到耳仍未实测	有短窗响应	实验室午睡	双声后暂停；觉醒停止仍需充分报告
耳内 EEG 监测候选	PSG/信号质量验证	监测候选	采集同步	监测证据	有居家采集和电极可用性	刺激控制待接入

PSG 同步与信号质量候选价值。^[22-23,73] 居家多夜、失败夜、临床终点和声音到耳物理时延，是耳内闭环向产品化推进时仍需解决的关键问题。

系统成熟度由验证链闭合程度决定，可沿实验室原型、工程回放、多夜居家、失败夜分母、物理时延和临床终点逐层判断。居家多夜耳内 EEG 闭环、Portiloop 同一版本工程—人体配对、声音真正到耳及尾部时延，以及统一的计划夜—有效夜—失败夜—退出分母，仍需要进一步验证。

此外，无 EEG 双向 Mamba、非睡眠 Thalamus、开放环温控床罩、外加 tACS 锁相 rTMS 和以醒后报告反馈的 Dormio 可作为局部技术参照，分别服务多模态可穿戴分期、统一时钟与失效保护、环境控制、组合刺激同步和梦境交互等问题。将这些研究用于解释闭环睡眠干预系统时，应区分其能够支撑的环节、适用条件和尚未覆盖的睡眠内反馈链路。

6 关键挑战与展望

6.1 生理增强与行为学获益之间的因果链未夯实

闭环干预证据可拆分为信号质量、在线识别、刺激命中、神经生理响应、行为或临床终点以及长期安全六层。目前，诸多研究仅局限于观察刺激后慢波功率及耦合的瞬态改变，而未对这些生理效应的临床或行为学意义进行深入验证。这类瞬态变化仅表征了短

期的神经响应，但并不足以证明受试者睡眠质量的改善、记忆的稳定性提升或患者症状的减轻。

综合多项研究，慢振荡或纺锤波相关生理指标的调控并不总是与行为任务表现的改善相一致；居家研究也常观察到生理响应未能同步转化为记忆或警觉性水平的提升。这些差异可能来自任务、人群、剂量、盲法、设备和测量可靠性。^[77,79,100]

研究提示，发表年代、盲法严格性及结局测量可靠性等因素均可能调节记忆效应的解释效力；作为邻近技术例证，外加 tACS 锁相 rTMS 也呈现生理变化与行为阴性分离，但不与 EEG 反馈闭环研究合并效应量。基于此，未来研究应预先注册主要终点指标，设置有效的假刺激对照及相位/剂量对照组，并预先将慢波活动、纺锤波耦合、记忆表现与主观睡眠质量等变量纳入分层分析。同时，建议采用中介分析检验刺激靶点、生理响应与行为变化之间的因果路径；个体内多夜动态模型则可进一步考察生理响应者与行为响应者的一致性。只有整条因果链能够在独立样本或跨研究中重复验证，才可将神经生理调节确立为临床获益的可靠证据。^[78,95]

6.2 疗效个体差异大，参数缺乏个体化适配

闭环睡眠干预中的个体差异源于多重因素的协同作用，具体涉及信号采集质量、受试者即时生理状态、既定临床背景特征以及跨夜间的动态波动变化，单一

参数无法充分解释该差异。头型、电极接触、设备噪声会改变在线识别质量；年龄、慢波幅度、纺锤峰频和听阈会影响可刺激窗口与神经响应；疾病、药物、共病和同一人不同夜的睡眠压力又会改变刺激可达性。因此，“平均有效”不能直接推导为“个体稳定有效”，年龄相关易感性和反应者异质性应作为个体化设计的前提，而不是事后解释。^[101]

个体化适配也应区分模型适配与刺激适配。前者包括分期模型、慢波或纺锤事件模型的设备域、个人域和跨夜更新；后者包括触发阈值、目标相位、声音或电刺激强度、刺激间隔和累计剂量的再校准。持续学习和跨设备微调支持识别模型更新的可行性，但现有证据更多停留在离线模型或设备域迁移层面，尚未证明识别模型和刺激控制器可以在睡眠中同步、稳定、可解释地在线更新。^[86,102]

邻近证据可用于提示域偏移和多模态可穿戴分期的发展方向，但不应上调为 EEG 闭环刺激适配的直接证据。纯加速度分期缺少 EEG 靶信号和刺激链路，无 EEG 多模态模型也不能替代 EEG 在线相位或事件控制。未来研究应把一次性校准、少样本微调、域适应和持续学习放在同一验证框架内比较，并采用个体内 crossover、多夜基线、置信度校准和失败夜分析。双自适应系统还需预设拒绝触发规则、剂量上限和漂移监测，防止模型探索与刺激控制共同放大风险。^[43,46,103]

6.3 实时相位估计的精度与延迟瓶颈

实时相位估计的瓶颈可归因于慢波生理特性、因果计算约束与硬件链路延迟在闭环时序误差中的协同作用，单一算法指标无法充分涵盖该问题的决定性因素。低振幅、非平稳频率和波形不对称使瞬时相位本身难以稳定定义；因果滤波只能利用历史数据，难以保留离线双向算法的相位特性；采集缓冲、无线传输、操作系统调度、音频驱动与换能器又会把算法输出推迟到不同生理时点。若只报告模型计算时间或事后重建相位，就无法判断刺激真正抵达受试者时是否仍处

于目标相位。

现有相位算法研究共同提示，目标相位、慢波振幅、圆周误差、补偿间隔和端到端时延必须联合解释；低幅慢波表现、误触发、漏触发和相位命中也应与刺激后 EEG 响应及觉醒风险关联。^[15,48-49]

鉴于上述多因素协同作用，目标相位、振幅、滤波延迟与刺激落点的时间错配必须在同一框架下联合解析，因此任何单一算法指标或孤立的事后分析都不足以指导闭环系统的优化。为此，开放 benchmark 应从硬件—算法协同出发，提供原始 EEG、统一刺激时间戳、模块级延迟、端到端刺激抵达时间和失败触发日志，并在相同因果约束下比较算法。指标至少包括圆周误差、目标窗命中、低幅慢波表现、误触发和漏触发、端到端时延、时延抖动、功耗和热管理，并按人群、导联、设备、振幅与频率分层。非睡眠 Thalamus 仅作为统一时钟、负载测试和失效保护的邻近工程参照，不能替代完整睡眠采集—计算—刺激链路的人体基准。未来系统可结合本地推理、逐模块标定、预测性补偿、低功耗流式模型和刺激器实测回读；而当前的主要缺口仍在于缺乏一个包含完整人体睡眠刺激链路时间戳的开放基准。^[66]

6.4 长期干预的安全性与睡眠结构扰动风险

现有关于闭环慢波增强干预的安全性数据主要来自单夜实验室研究或短期居家试点，这些研究通常以未发生严重不良事件作为耐受性结论的依据。但单夜未发生严重不良事件只能支持短期耐受，无法代表长期家庭安全。即时风险包括微觉醒、完全觉醒、自主神经变化、皮肤感觉、疼痛或听觉不适。累积风险包括睡眠结构重分配、习惯化、反应衰减、长期刺激副作用与依赖性使用。增强目标慢波的同时也可能改变纺锤、涟漪或其他阶段，因此安全评价需覆盖整夜结构和次日功能。

现有长期安全证据总体仍偏短时、偏健康样本或偏机制提示。多夜居家研究可提供初步耐受性线索，但

不足以外推至数月使用、疾病人群、共病用药或高频依从使用。重复刺激的人体和动物研究提示，慢波增强之外的纺锤、涟漪、阶段转换和次日功能都应纳入风险窗口；外加 tACS 锁相 rTMS 只作为短期暴露不足以回答长期安全的邻近例证，不用于补齐 EEG 反馈闭环安全证据。鉴于上述证据在人群覆盖和暴露时长上的双重局限，未来的长期干预不仅需要在方案设计中预设安全边界，还应在数据报告中建立统一的风险量化标准。具体而言，协议应预设每夜剂量上限、连续觉醒停止、设备故障保护、次日嗜睡和认知监测，并在停用后随访。安全报告不应只记录“是否出现不良事件”，还应报告暴露分母和剂量分布，例如每 1000 次刺激的微觉醒或觉醒次数、每人夜不良事件、每人夜设备相关不适、累计刺激次数、累计声压或电荷剂量、达到停止规则的夜数，以及按刺激模态和人群分层的事件率。声音、电、磁及振动应分别登记听觉、皮肤、肌肉或机械不适，不能以“非侵入”概括安全。这些报告指标和协议约束的落实，将使安全性评价从被动的事后记录转变为主动的风险管理框架。^[95,99,104]

6.5 居家真实世界证据与标准化评测缺失

真实世界评价需要区分效能、效果和实施：实验室效能回答受控条件下能否产生目标反应；居家效果回答患者多夜是否持续获益；实施则考察佩戴、依从性、故障、数据完整性和临床工作流。现有设备研究在 PSG 配置、人群来源、阶段定义、评分流程、有效夜筛选和失败夜处理上差异较大，使汇总准确率难以直接比较，也容易把设备可用性、算法偏差和临床效果混在同一个数字中。

可穿戴 EEG 与 PSG 的居家验证总体提示，单一总体准确率不足以代表真实世界表现。逐期偏差、评分者差异、电极配置、夜间重复测量、低质量信号和剔除失败夜的规则都会改变结论；N1、REM 和阶段转换附近的误差尤其可能被整夜平均指标掩盖。因此，居家证据不应只报告“有效夜后的平均性能”，还应说明

未成功采集、无法评分、无法触发刺激和用户中途退出的比例。^[105–106]

最小报告集应包括设备、电极、固件、代码仓库、模型版本和运行环境，同步 PSG 与时钟方案，因果性和分项时延，训练/验证/测试或外部验证的数据划分，有效数据比例、缺失夜定义、失败夜处理和敏感性分析，逐期指标、置信区间、效应量、评分者一致性、概率校准度、最差亚组性能、刺激命中、觉醒、剂量、患者报告结局、不良事件及隐私措施。外部验证应跨中心、疾病、年龄和设备，并报告总体表现之外的亚组漂移、校准漂移和低质量夜表现。临床试验宜采用多夜随机设计、有效盲法、预注册主要终点和充分随访。未来标准化工作应着眼于建立可共享的时间戳数据资源、实时算法基准测试体系及分层监管评价框架，从而将设备层面的性能验证真正转化为临床适用性证据。

参考文献

- [1] BASSETTI C L A, WELTER L S, MONTES-MARTINEZ M, 等. Epidemiology and Economic Burden of Sleep Disorders in Europe[J/OL]. *European Journal of Neurology*, 2026, 33(2): e70463. DOI:10.1111/ene.70463.
- [2] VAN STRATEN A, WEINREICH K J, FÁBIÁN B, 等. The Prevalence of Insomnia Disorder in the General Population: A Meta-Analysis[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2025, 34(5): e70089. DOI:10.1111/jsr.70089.
- [3] BENJAFIELD A V, SERT KUNIYOSHI F H, MALHOTRA A, 等. Estimation of the global prevalence and burden of insomnia: a systematic literature review-based analysis[J/OL]. *Sleep Medicine Reviews*, 2025, 82: 102121. DOI:10.1016/j.smr.2025.102121.
- [4] NIU Y, SUN S, WANG Y, 等. Spatiotemporal Trends in the Prevalence of Obstructive Sleep Apnoea Across China: A Multilevel Meta-Analysis Incorporating Geographic and Demographic Stratification (2000-2024)[J/OL]. *Nature and Science of Sleep*, 2025, 17: 879–903. DOI:10.2147/nss.s525547.
- [5] SONG P, WU J, CAO J, 等. The global and regional preva-

- lence of restless legs syndrome among adults: A systematic review and modelling analysis[J/OL]. *Journal of Global Health*, 2024, 14: 04113. DOI:10.7189/jogh.14.04113.
- [6] DE GANS C, BURGER P, VAN DEN ENDE E, 等. Sleep assessment using EEG-based wearables – A systematic review[J/OL]. *Sleep Medicine Reviews*, 2024, 76: 101951. DOI:10.1016/j.smrv.2024.101951.
- [7] ESFAHANI M J, FARBOUD S, NGO H V, 等. Closed-loop auditory stimulation of sleep slow oscillations: Basic principles and best practices[J/OL]. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 2023, 153: 105379. DOI:10.1016/j.neubiorev.2023.105379.
- [8] RIEMANN D, BAGLIONI C, BASSETTI C, 等. European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2017, 26(6): 675–700. DOI:10.1111/jsr.12594.
- [9] EDINGER J D, ARNETT J T, BERTISCH S M, 等. Behavioral and psychological treatments for chronic insomnia disorder in adults: an American Academy of Sleep Medicine clinical practice guideline[J/OL]. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2021, 17(2): 255–262. DOI:10.5664/jcsm.8986.
- [10] KOFFEL E, BRAMOWETH A D, ULMER C S. Increasing access to and utilization of cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-I): a narrative review[J/OL]. *Journal of General Internal Medicine*, 2018, 33(6): 955–962. DOI:10.1007/s11606-018-4390-1.
- [11] MATTHEWS E E, ARNETT J T, MCCARTHY M S, 等. Adherence to cognitive behavioral therapy for insomnia: A systematic review[J/OL]. *Sleep Medicine Reviews*, 2013, 17(6): 453–464. DOI:10.1016/j.smrv.2013.01.001.
- [12] DUDYSOVÁ D, JANKŮ K, PIORECKÝ M, 等. Closed-loop auditory stimulation of slow-wave sleep in chronic insomnia: a pilot study[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2024, 33(6): e14179. DOI:10.1111/jsr.14179.
- [13] WEIGENAND A, MÖLLE M, WERNER F, 等. Timing matters: open-loop stimulation does not improve overnight consolidation of word pairs in humans[J/OL]. *European Journal of Neuroscience*, 2016, 44(6): 2357–2368. DOI:10.1111/ejn.13334.
- [14] DEBELLEMANIERE E, CHAMBON S, PINAUD C, 等. Performance of an Ambulatory Dry-EEG Device for Auditory Closed-Loop Stimulation of Sleep Slow Oscillations in the Home Environment[J/OL]. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2018, 12: 88. DOI:10.3389/fnhum.2018.00088.
- [15] FERSTER M L, DA POIAN G, MENACHERY K, 等. Benchmarking Real-Time Algorithms for In-Phase Auditory Stimulation of Low Amplitude Slow Waves With Wearable EEG Devices During Sleep[J/OL]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2022, 69(9): 2916–2925. DOI:10.1109/tbme.2022.3157468.
- [16] VALENCHON N, BOUTELLER Y, JOURDE H R, 等. The Portiloop: A deep learning-based open science tool for closed-loop brain stimulation[J/OL]. *PLOS ONE*, 2022, 17(8): e0270696. DOI:10.1371/journal.pone.0270696.
- [17] BRESSLER S, NEELY R, YOST R M, 等. A wearable EEG system for closed-loop neuromodulation of sleep-related oscillations[J/OL]. *Journal of Neural Engineering*, 2023, 20(5): 056030. DOI:10.1088/1741-2552/acfb3b.
- [18] BERGMANN T O. Brain State-Dependent Brain Stimulation[J/OL]. *Frontiers in Psychology*, 2018, 9: 2108. DOI:10.3389/fpsyg.2018.02108.
- [19] ZRENNER C, ZIEMANN U. Closed-Loop Brain Stimulation[J/OL]. *Biological Psychiatry*, 2024, 95(6): 545–552. DOI:10.1016/j.biopsych.2023.09.014.
- [20] MOHAMED M, MOHAMED N, KIM J G. Advancements in Wearable EEG Technology for Improved Home-Based Sleep Monitoring and Assessment: A Review[J/OL]. *Biosensors*, 2023, 13(12): 1019. DOI:10.3390/bios13121019.
- [21] TABAR Y R, MIKKELSEN K B, RANK M L, 等. Ear-EEG for sleep assessment: a comparison with actigraphy and PSG[J/OL]. *Sleep and Breathing*, 2021, 25(3): 1693–1705. DOI:10.1007/s11325-020-02248-1.

- [22] MIKKELSEN K B, TABAR Y R, KAPPEL S L, 等. Accurate whole-night sleep monitoring with dry-contact ear-EEG[J/OL]. *Scientific Reports*, 2019, 9(1): 16824. DOI:10.1038/s41598-019-53115-3.
- [23] PAZUELO J, JUEZ J Y, MOUMANE H, 等. Evaluating the Electroencephalographic Signal Quality of an In-Ear Wearable Device[J/OL]. *Sensors*, 2024, 24(12): 3973. DOI:10.3390/s24123973.
- [24] SHUSTAK S, INZELBERG L, STEINBERG S, 等. Home monitoring of sleep with a temporary-tattoo EEG, EOG and EMG electrode array: a feasibility study[J/OL]. *Journal of Neural Engineering*, 2019, 16(2): 026024. DOI:10.1088/1741-2552/aafa05.
- [25] MELO M C, DA SILVA VALLIM J R, GARBUIO S, 等. Validation of a sleep staging classification model for healthy adults based on two combinations of a single-channel EEG headband and wrist actigraphy[J/OL]. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2024, 20(6): 983–990. DOI:10.5664/jcsm.11082.
- [26] WARBY S C, WENDT S L, WELINDER P, 等. Sleep-spindle detection: crowdsourcing and evaluating performance of experts, non-experts and automated methods[J/OL]. *Nature Methods*, 2014, 11(4): 385–392. DOI:10.1038/nmeth.2855.
- [27] DANKER-HOPFE H, ANDERER P, ZEITLHOFER J, 等. Interrater reliability for sleep scoring according to the Rechtschaffen & Kales and the new AASM standard[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2009, 18(1): 74–84. DOI:10.1111/j.1365-2869.2008.00700.x.
- [28] DANKER-HOPFE H, KUNZ D, GRUBER G, 等. Interrater reliability between scorers from eight European sleep laboratories in subjects with different sleep disorders[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2004, 13(1): 63–69. DOI:10.1046/j.1365-2869.2003.00375.x.
- [29] BERRY R B, GAMALDO C E, HARDING S M, 等. AASM Scoring Manual Version 2.2 Updates: New Chapters for Scoring Infant Sleep Staging and Home Sleep Apnea Testing[J/OL]. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2015, 11(11): 1253–1254. DOI:10.5664/jcsm.5176.
- [30] PHAN H, MIKKELSEN K, CHEN O Y, 等. Sleep-Transformer: Automatic Sleep Staging With Interpretability and Uncertainty Quantification[J/OL]. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 2022, 69(8): 2456–2467. DOI:10.1109/tbme.2022.3147187.
- [31] LIU G, WEI G, SUN S, 等. Micro SleepNet: efficient deep learning model for mobile terminal real-time sleep staging[J/OL]. *Frontiers in Neuroscience*, 2023, 17: 1218072. DOI:10.3389/fnins.2023.1218072.
- [32] BRESCH E, GROSSEKATHÖFER U, GARCIA-MOLINA G. Recurrent Deep Neural Networks for Real-Time Sleep Stage Classification From Single Channel EEG[J/OL]. *Frontiers in Computational Neuroscience*, 2018, 12: 85. DOI:10.3389/fncom.2018.00085.
- [33] MIKKELSEN K B, EBAJEMITO J K, BONMATI-CARRION M A, 等. Machine-learning-derived sleep – wake staging from around-the-ear electroencephalogram outperforms manual scoring and actigraphy[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2019, 28: e12786. DOI:10.1111/jsr.12786.
- [34] GAO D, LI J, WANG M, 等. Automatic sleep staging of single-channel EEG based on domain adversarial neural networks and domain self-attention[J/OL]. *Frontiers in Neuroscience*, 2023, 17: 1143495. DOI:10.3389/fnins.2023.1143495.
- [35] VAN DER DONCKT J, VAN DER DONCKT J, DE-PROST E, 等. Do not sleep on traditional machine learning: Simple and interpretable techniques are competitive to deep learning for sleep scoring[J/OL]. *Biomedical Signal Processing and Control*, 2023, 81: 104429. DOI:10.1016/j.bspc.2022.104429.
- [36] 高群霞, 吴凯. 基于脑电功率谱密度和随机森林的自动睡眠分期方法 [J/OL]. *生物医学工程学杂志*, 2023, 40(2): 280–285. DOI:10.7507/1001-5515.202207047.
- [37] MOUSAVI S, AFGHAH F, ACHARYA U R. SleepEEG-Net: Automated sleep stage scoring with sequence to sequence deep learning approach[J/OL]. *PLOS ONE*, 2019, 14(5): e0216456. DOI:10.1371/journal.pone.0216456.
- [38] SUPRATAK A, GUO Y. TinySleepNet: An Ef-

- ficient Deep Learning Model for Sleep Stage Scoring based on Raw Single-Channel EEG[C/OL][//2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC). Montreal, QC, Canada: IEEE, 2020: 641–644[2026-08-22]. <https://doi.org/10.1109/EMBC44109.2020.9176741>. DOI:10.1109/EMBC44109.2020.9176741.
- [39] 田蕴邳, 周强, 李婉. 基于迁移学习的随机深度残差网络自动睡眠分期算法 [J/OL]. 生物医学工程学杂志, 2023, 40(2): 286–294. DOI:10.7507/1001-5515.202211021.
- [40] 章浩伟, 许哲, 苑成梅, 等. 基于单通道脑电信号的自动睡眠分期模型研究 [J/OL]. 生物医学工程学杂志, 2023, 40(3): 458–464. DOI:10.7507/1001-5515.202210072.
- [41] PHAN H, ANDREOTTI F, COORAY N, 等. SeqSleep-Net: End-to-End Hierarchical Recurrent Neural Network for Sequence-to-Sequence Automatic Sleep Staging[J/OL]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2019, 27(3): 400–410. DOI:10.1109/tnsre.2019.2896659.
- [42] 刘颖, 何长乐, 苑成梅, 等. 基于注意力机制与双向门控循环单元的多导睡眠图睡眠阶段分期方法研究 [J/OL]. 生物医学工程学杂志, 2023, 40(1): 35–43. DOI:10.7507/1001-5515.202208017.
- [43] GUO Y, NOWAKOWSKI M, DAI W. FlexSleepTransformer: a transformer-based sleep staging model with flexible input channel configurations[J/OL]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 26312. DOI:10.1038/s41598-024-76197-0.
- [44] 金峥, 贾克斌, 袁野. 基于混合注意力时序网络的睡眠分期算法研究 [J/OL]. 生物医学工程学杂志, 2021, 38(2): 241–248. DOI:10.7507/1001-5515.202008006.
- [45] HUANG Z, YANG Y, WANG Z, 等. MultiSEss: Automatic Sleep Staging Model Based on SE Attention Mechanism and State Space Model[J/OL]. Biomimetics, 2025, 10(5): 288. DOI:10.3390/biomimetics10050288.
- [46] ZHANG A H, HE-MO A, YIN R F, 等. Mamba-based deep learning approach for sleep staging on a wireless multi-modal wearable system without electroencephalography[J/OL]. SLEEP, 2026, 49(4): zsag022. DOI:10.1093/sleep/zsag022.
- [47] KULKARNI P M, XIAO Z, ROBINSON E J, 等. A deep learning approach for real-time detection of sleep spindles[J/OL]. Journal of Neural Engineering, 2019, 16(3): 036004. DOI:10.1088/1741-2552/ab0933.
- [48] SANTOSTASI G, MALKANIR, RIEDNER B, 等. Phase-locked loop for precisely timed acoustic stimulation during sleep[J/OL]. Journal of Neuroscience Methods, 2016, 259: 101–114. DOI:10.1016/j.jneumeth.2015.11.007.
- [49] PIORECKY M, KOUDELKA V, PIORECKA V, 等. Real-Time Excitation of Slow Oscillations during Deep Sleep Using Acoustic Stimulation[J/OL]. Sensors, 2021, 21(15): 5169. DOI:10.3390/s21155169.
- [50] ZRENNER B, ZRENNER C, GORDON P C, 等. Brain oscillation-synchronized stimulation of the left dorso-lateral prefrontal cortex in depression using real-time EEG-triggered TMS[J/OL]. Brain Stimulation, 2020, 13(1): 197–205. DOI:10.1016/j.brs.2019.10.007.
- [51] PATANAIAK A, ONG J L, GOOLEY J J, 等. An end-to-end framework for real-time automatic sleep stage classification[J/OL]. Sleep, 2018, 41(5): zsy041. DOI:10.1093/sleep/zsy041.
- [52] PARK K, HONG J, LEE W, 等. DistillSleep: real-time, on-device, interpretable sleep staging from single-channel electroencephalogram[J/OL]. SLEEP, 2025, 48(12): zsaf240. DOI:10.1093/sleep/zsaf240.
- [53] HSIEH T, LIU M, KUO C, 等. Home-Use and Real-Time Sleep-Staging System Based on Eye Masks and Mobile Devices with a Deep Learning Model[J/OL]. Journal of Medical and Biological Engineering, 2021, 41(5): 659–668. DOI:10.1007/s40846-021-00649-5.
- [54] ESPARZA-IAIZO M, SIERRA-TORRALBA M, KLINZING J G, 等. Automatic sleep scoring for real-time monitoring and stimulation in individuals with and without sleep apnea[J/OL]. Computers in Biology and Medicine, 2026, 205: 111560. DOI:10.1016/j.combiomed.2026.111560.

- [55] 吴礼祝, 卢伊虹, 郑梓烨, 等. 基于双通道脑电信号的在线实时睡眠分期系统[J/OL]. 计算机系统应用, 2023, 32(1): 87–98. DOI:10.15888/j.cnki.csa.008905.
- [56] 康富豪, 单洁滢, 李泽熙, 等. 基于脑电信号的无线可穿戴睡眠监测系统的研制[J]. 中国医疗器械杂志, 2024, 48(2): 173–178.
- [57] HONG J K, LEE T, DELOS REYES R D, 等. Confidence-Based Framework Using Deep Learning for Automated Sleep Stage Scoring[J/OL]. *Nature and Science of Sleep*, 2021, 13: 2239–2250. DOI:10.2147/nss.s333566.
- [58] HEREMANS E R, SEEDAT N, BUYSE B, 等. U-PASS: An uncertainty-guided deep learning pipeline for automated sleep staging[J/OL]. *Computers in Biology and Medicine*, 2024, 171: 108205. DOI:10.1016/j.combiomed.2024.108205.
- [59] VAN GORP H, HUIJBEN I A M, FONSECA P, 等. Certainty about uncertainty in sleep staging: a theoretical framework[J/OL]. *Sleep*, 2022, 45(8): zsa134. DOI:10.1093/sleep/zsa134.
- [60] ZHU H, WU Y, GUO Y, 等. Towards Real-Time Sleep Stage Prediction and Online Calibration Based on Architecturally Switchable Deep Learning Models[J/OL]. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2024, 28(1): 470–481. DOI:10.1109/jbhi.2023.3327470.
- [61] BAZREGARZADEH H, PIC ROCA C, MARTIN A, 等. CLAS-hdEEG: high-density EEG software platform for real-time delta wave detection and closed-loop auditory stimulation[J/OL]. *Journal of Neural Engineering*, 2026, 23(2): 026010. DOI:10.1088/1741-2552/ae4e5b.
- [62] WONG S M, LI V, MITHANI K, 等. Closed-loop modulation of sleep in children undergoing intracranial recordings[J/OL]. *Cell Reports Medicine*, 2026, 7(1): 102538. DOI:10.1016/j.xcrm.2025.102538.
- [63] KASTIES V, MEIER N, MOSER N, 等. Optimizing automated phase-targeted auditory stimulation protocols for procedural memory consolidation during sleep in a home setting[J/OL]. *SLEEP Advances*, 2025, 6(4): zpaf073. DOI:10.1093/sleepadvances/zpaf073.
- [64] LEACH S, FATTINGER S, KRUGLIAKOVA E, 等. Local modulation of sleep slow waves depends on timing between auditory stimuli[J/OL]. *NeuroImage*, 2025, 322: 121561. DOI:10.1016/j.neuroimage.2025.121561.
- [65] KOTHE C, SHIRAZI S Y, STENNER T, 等. The lab streaming layer for synchronized multimodal recording[J/OL]. *Imaging Neuroscience*, 2025, 3: IMAG.a.136. DOI:10.1162/imag.a.136.
- [66] HAGGERTY J, QURESHI Q, GABRIEL E D, 等. Thalamus: a real-time system for synchronized, closed-loop multimodal behavioral and electrophysiological data capture[J/OL]. *Communications Engineering*, 2026, 5(1): 93. DOI:10.1038/s44172-026-00646-z.
- [67] NGO H V, MIEDEMA A, FAUDE I, 等. Driving Sleep Slow Oscillations by Auditory Closed-Loop Stimulation—A Self-Limiting Process[J/OL]. *The Journal of Neuroscience*, 2015, 35(17): 6630–6638. DOI:10.1523/jneurosci.3133-14.2015.
- [68] DEBELLEMANIÈRE E, PINAUD C, SCHNEIDER J, 等. Optimising sounds for the driving of sleep oscillations by closed-loop auditory stimulation[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2022, 31(6): e13676. DOI:10.1111/jsr.13676.
- [69] NAVARRETE M, SCHNEIDER J, NGO H V, 等. Examining the optimal timing for closed-loop auditory stimulation of slow-wave sleep in young and older adults[J/OL]. *Sleep*, 2019, 43(6): zsz315. DOI:10.1093/sleep/zsz315.
- [70] BESEDOVSKY L, NGO H V, DIMITROV S, 等. Auditory closed-loop stimulation of EEG slow oscillations strengthens sleep and signs of its immune-supportive function[J/OL]. *Nature Communications*, 2017, 8(1): 1984. DOI:10.1038/s41467-017-02170-3.
- [71] HENIN S, BORGES H, SHANKAR A, 等. Closed-Loop Acoustic Stimulation Enhances Sleep Oscillations But Not Memory Performance[J/OL]. *eneuro*, 2019, 6(6): ENEURO.0306-19.2019. DOI:10.1523/eneuro.0306-19.2019.
- [72] PAPALAMBROS N A, SANTOSTASI G, MALKANI

- R G, 等. Acoustic Enhancement of Sleep Slow Oscillations and Concomitant Memory Improvement in Older Adults[J/OL]. *Frontiers in Human Neuroscience*, 2017, 11: 109. DOI:10.3389/fnhum.2017.00109.
- [73] HENAO D, NAVARRETE M, JUEZ J Y, 等. Auditory closed-loop stimulation on sleep slow oscillations using in-ear EEG sensors[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2022, 31(6): e13555. DOI:10.1111/jsr.13555.
- [74] JOURDE H R, SOBRAL M, BELTRAME G, 等. Neurophysiological effects of targeting sleep spindles with closed-loop auditory stimulation[J/OL]. *Sleep Advances*, 2025, 6(2): zpaf007. DOI:10.1093/sleepadvances/zpaf007.
- [75] NAVARRETE M, ARTHUR S, TREDER M S, 等. Ongoing neural oscillations predict the post-stimulus outcome of closed loop auditory stimulation during slow-wave sleep[J/OL]. *NeuroImage*, 2022, 253: 119055. DOI:10.1016/j.neuroimage.2022.119055.
- [76] NGO H V, SEIBOLD M, BOCHE D C, 等. Insights on auditory closed-loop stimulation targeting sleep spindles in slow oscillation up-states[J/OL]. *Journal of Neuroscience Methods*, 2019, 316: 117–124. DOI:10.1016/j.jneumeth.2018.09.006.
- [77] JOURDE H R, SITA K Z, EYQVELLE Z, 等. Modulating sleep: slow oscillation and spindle stimulation effects on physiology and memory[J/OL]. *npj Science of Learning*, 2026, 11(1): 14. DOI:10.1038/s41539-025-00383-6.
- [78] HARLOW T J, JANÉ M B, READ H L, 等. Memory retention following acoustic stimulation in slow-wave sleep: a meta-analytic review of replicability and measurement quality[J/OL]. *Frontiers in Sleep*, 2023, 2: 1082253. DOI:10.3389/frsle.2023.1082253.
- [79] CLARK V P, VALVERDE H P, BRIGGS M S, 等. Closed-Loop Auditory Stimulation (CLAS) During Sleep Augments Language and Discovery Learning[J/OL]. *Brain Sciences*, 2024, 14(11): 1138. DOI:10.3390/brainsci14111138.
- [80] PAPALAMBROS N A, WEINTRAUB S, CHEN T, 等. Acoustic enhancement of sleep slow oscillations in mild cognitive impairment[J/OL]. *Annals of Clinical and Translational Neurology*, 2019, 6(7): 1191–1201. DOI:10.1002/acn3.796.
- [81] VAN DEN BULCKE L, PEETERS A, HEREMANS E, 等. Acoustic stimulation as a promising technique to enhance slow-wave sleep in Alzheimer’s disease: results of a pilot study[J/OL]. *Journal of Clinical Sleep Medicine*, 2023, 19(12): 2107–2112. DOI:10.5664/jcsm.10778.
- [82] ZELLER C J, WUNDERLIN M, WICKI K, 等. Multi-night acoustic stimulation is associated with better sleep, amyloid dynamics, and memory in older adults with cognitive impairment[J/OL]. *GeroScience*, 2024, 46(6): 6157–6172. DOI:10.1007/s11357-024-01195-z.
- [83] HEBRON H, LUGLI B, DIMITROVA R, 等. A closed-loop auditory stimulation approach selectively modulates alpha oscillations and sleep onset dynamics in humans[J/OL]. *PLOS Biology*, 2024, 22(6): e3002651. DOI:10.1371/journal.pbio.3002651.
- [84] BRESSLER S, NEELY R, YOST R M, 等. A randomized controlled trial of alpha phase-locked auditory stimulation to treat symptoms of sleep onset insomnia[J/OL]. *Scientific Reports*, 2024, 14(1): 13039. DOI:10.1038/s41598-024-63385-1.
- [85] LUSTENBERGER C, BOYLE M R, ALAGAPAN S, 等. Feedback-Controlled Transcranial Alternating Current Stimulation Reveals a Functional Role of Sleep Spindles in Motor Memory Consolidation[J/OL]. *Current Biology*, 2016, 26(16): 2127–2136. DOI:10.1016/j.cub.2016.06.044.
- [86] SOBRAL M, JOURDE H R, BAJESTANI S E M, 等. Personalizing brain stimulation: continual learning for sleep spindle detection[J/OL]. *Journal of Neural Engineering*, 2025, 22(4): 046016. DOI:10.1088/1741-2552/adebb1.
- [87] JUNG Y J, KIM S, CHOI Y H, 等. Deep-Learning-Based Automated REM Sleep Detection in Patients With REM Sleep Behavior Disorder: Is It Reliable?[J/OL]. *Journal of Clinical Neurology*, 2025, 21(5): 415–423. DOI:10.3988/jcn.2025.0053.
- [88] WIJESINGHE D, LIMA I. A Lightweight Neural Network Based on Memory and Transition Probability for Accurate Real-

- Time Sleep Stage Classification[J/OL]. *Brain Sciences*, 2025, 15(8): 789. DOI:10.3390/brainsci15080789.
- [89] JARAMILLO V, HEBRON H, WONG S, 等. Closed-loop auditory stimulation targeting alpha and theta oscillations during REM sleep induces phase-dependent power and frequency changes[A/OL]. *bioRxiv*, 2024[2026-08-22]. <https://doi.org/10.1101/2024.03.03.582907>. DOI:10.1101/2024.03.03.582907.
- [90] HAAR HOROWITZ A, CUNNINGHAM T J, MAES P, 等. Dormio: A targeted dream incubation device[J/OL]. *Consciousness and Cognition*, 2020, 83: 102938. DOI:10.1016/j.concog.2020.102938.
- [91] HOROWITZ A H, ESFAHANY K, GÁLVEZ T V, 等. Targeted dream incubation at sleep onset increases post-sleep creative performance[J/OL]. *Scientific Reports*, 2023, 13(1): 7319. DOI:10.1038/s41598-023-31361-w.
- [92] NAVARRETE M, ARTHUR S, TREDER M S, 等. Ongoing neural oscillations predict the post-stimulus outcome of closed loop auditory stimulation during slow-wave sleep[A/OL]. *bioRxiv*, 2021[2026-08-22]. <https://doi.org/10.1101/2021.05.06.443016>. DOI:10.1101/2021.05.06.443016.
- [93] PATHAK V, JUAN E, VAN DER GOOT R, 等. The looping lullaby: closed-loop neurostimulation decreases sleepers' sensitivity to environmental noise[A/OL]. *bioRxiv*, 2021[2026-08-22]. <https://doi.org/10.1101/2021.08.07.455505>. DOI:10.1101/2021.08.07.455505.
- [94] NGUYEN A, POGONCHEFF G, DONG B X, 等. A comprehensive study on the efficacy of a wearable sleep aid device featuring closed-loop real-time acoustic stimulation[J/OL]. *Scientific Reports*, 2023, 13(1): 17515. DOI:10.1038/s41598-023-43975-1.
- [95] TAKAHASHI K, KUO M, NITSCHKE M A. Sleep stage-specific effects of 0.75 Hz phase-synchronized rTMS and tACS on delta frequency activity during sleep[A/OL]. *bioRxiv*, 2025[2026-08-22]. <https://doi.org/10.1101/2025.05.09.653171>. DOI:10.1101/2025.05.09.653171.
- [96] KWON H B, JEONG J, CHOI B, 等. Effect of closed-loop vibration stimulation on sleep quality for poor sleepers[J/OL]. *Frontiers in Neuroscience*, 2024, 18: 1456237. DOI:10.3389/fnins.2024.1456237.
- [97] DANILENKO K V, KOBELEV E, YAROSH S V, 等. Effectiveness of Visual vs. Acoustic Closed-Loop Stimulation on EEG Power Density during NREM Sleep in Humans[J/OL]. *Clocks & Sleep*, 2020, 2(2): 172–181. DOI:10.3390/clockssleep2020014.
- [98] STEVENSON S, SUPPIAH H, MÜNDEL T, 等. Under the Covers: The Effect of a Temperature-Controlled Mattress Cover on Sleep and Perceptual Measures in Healthy Adults[J/OL]. *Clocks & Sleep*, 2025, 7(4): 55. DOI:10.3390/clockssleep7040055.
- [99] LUSTENBERGER C, FERSTER M L, HUWILER S, 等. Auditory deep sleep stimulation in older adults at home: a randomized crossover trial[J/OL]. *Communications Medicine*, 2022, 2(1): 30. DOI:10.1038/s43856-022-00096-6.
- [100] BALDASSARRI A, BERGAMO D, SALFI F, 等. The Effect of Closed-Loop Auditory Stimulation on Memory Consolidation and Sleep Physiology in an Ecological Setting[J/OL]. *Journal of Sleep Research*, 2026, 35(3): e70247. DOI:10.1111/jsr.70247.
- [101] SCHNEIDER J, LEWIS P A, KOESTER D, 等. Susceptibility to auditory closed-loop stimulation of sleep slow oscillations changes with age[J/OL]. *Sleep*, 2020, 43(12): zsa111. DOI:10.1093/sleep/zsa111.
- [102] RADKE F A, DA SILVA SOUTO C F, PÄTZOLD W, 等. Transfer Learning for Automatic Sleep Staging Using a Pre-Gelled Electrode Grid[J/OL]. *Diagnostics*, 2024, 14(9): 909. DOI:10.3390/diagnostics14090909.
- [103] CANTON E, TAVELLA F, DRAKE C, 等. What matters beyond model choice for wearable sleep staging? How personalization, evaluation choices, and easy-to-classify wake impact performance[J/OL]. *SLEEP Advances*, 2026, 7(2): zpag051. DOI:10.1093/sleepadvances/zpag051.

- [104] AKSAMAZ S, MÖLLE M, AKINOLA E O, 等. Single closed-loop acoustic stimulation targeting memory consolidation suppressed hippocampal ripple and thalamo-cortical spindle activity in mice[J/OL]. *European Journal of Neuroscience*, 2023, 59(4): 595–612. DOI:10.1111/ejn.16116.
- [105] KJAER T W, RANK M L, HEMMSEN M C, 等. Repeated automatic sleep scoring based on ear-EEG is a valuable alternative to manually scored polysomnography[J/OL]. *PLOS Digital Health*, 2022, 1(10): e0000134. DOI:10.1371/journal.pdig.0000134.
- [106] MARKOV K, ELGENDI M, MENON C. Evaluating the performance of wearable EEG sleep monitoring devices: a meta-analysis approach[J/OL]. *npj Biomedical Innovations*, 2025, 2(1): 33. DOI:10.1038/s44385-025-00034-w.