



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
LABORATORIUM KALIBRASI BMKG

SERTIFIKAT KALIBRASI
CALIBRATION CERTIFICATE

XX

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat

Instrument Name

Merek Pabrik

Manufacturer

Tipe / Nomor Seri

Type / Serial Number

Lain-lain

Others

: Iklim Mikro Digital

: SPL-Xsys 2

: - / -

: terdiri dari beberapa sensor yaitu:

1. Barometer : All Weather Inc. / 7150-A / 214

IDENTITAS PEMILIK

Owner Identification

Nama

Designation

Alamat

Address

: Stasiun Klimatologi DI Yogyakarta

: Jl. Kabupaten Km 5,5 Duwet, Sendangadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55285

Sertifikat ini terdiri atas 2 halaman

This certificate comprises of 2 pages

Diterbitkan tanggal 2025-11-22

Date of issue

Direktorat

Instrumentasi dan Kalibrasi

BMKG



Fitya Azizi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



No. Sertifikat : xx
Certificate Number : xx

No. Order : xx
Order Number : xx

Halaman : 2 dari 2
Page : 2 dari 2

Nama Sensor / Sensor Name	:	Barometer
Merek Sensor / Manufacturer	:	All Weather Inc.
Tipe & No. Seri / Type & Serial Number	:	7150-A / 214
Tanggal Masuk / Date of Entry	:	2025-11-21
Tanggal Kalibrasi / Calibration Date	:	2025-11-24
Tempat Kalibrasi / Calibration Place	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - Barometer

HASIL KALIBRASI / CALIBRATION RESULT

Tabel 1

Alat Standar derajat (°)	Alat yang di kalibrasi derajat (°)	Koreksi derajat (°)	U95 ±derajat (°)
0,00	0,00	0,00	1,2
90,00	90,00	0,00	1,3
180,00	180,00	0,00	1,4
270,00	270,00	0,00	1,5

--- Akhir dari Sertifikat / End of Certificate ---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jl. Angkasa I No. 02 Kemayoran Jakarta Pusat



F/IKK 7.8.1 Tlp. 021-4246321 Ext. 5125; Fax: 021-6545626; P.O. Box 3540 Jkt; Website: <http://www.bmkg.go.id> Edisi/Revisi: 11/0