SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Sert.LC-AWOS NEW / 500 / DIK / III / 2026

IDENTITAS ALAT

Instrument Details

Nama Alat *Instrument Name*	:	**AWS Digi Maritim**
Merek Pabrik *Manufacturer*	:	**Vaisala**
Tipe / Nomor Seri *Type / Serial Number*	:	**PQL123 / 1234**
Lain-lain *Others*	:	**terdiri dari beberapa sensor yaitu:** **1. 123 : Vaisala / 123 / 1234** **2. 456 : Vaisala / 456 / 4567**

IDENTITAS PEMILIK

Owner's Identification

Nama *Designation*	:	**Stasiun Meteorologi Maritim Belawan**
Alamat *Address*	:	**Jl. Raya Pelabuhan II Gabion Ringkai Belawan - Medan, Bagan Deli, Medan Kota Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara 20411, Indonesia. BMKG | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika**

PENGESAHAN

Authorization

Pejabat Pengesahan *Authorizing officer*	:	**Direktur Instrumentasi dan Kalibrasi BMKG**
Nama *Name*	:	**Fitya Azizi**
Tanggal Pengesahan *Date of issue*	:	**13 Februari 2026**
Jumlah halaman *Total number of pages*	:	**3**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan tidak memerlukan tanda tangan atau cap. Dokumen asli dapat diperoleh dengan memindai kode QR di samping ini.

This document is digitally signed. No signature or seal is required. The original document can be obtained by scanning the QR on the left.

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**123**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**Vaisala**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**123 / 1234**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	2026-04-06
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	2026-04-13
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - 123

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	-
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	-

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
29.739	0.0035	0.0117

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	-
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 02 - Tekanan Udara
Dokumen Acuan *Reference Document*	:	ISO/IEC 17025:2017

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.
This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01
Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :
1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Nama Sensor / *Sensor Name*	:	**456**
Merek Sensor / *Manufacturer*	:	**Vaisala**
Tipe & No. Seri / *Type & Serial Number*	:	**456 / 4567**
Tanggal Masuk / *Date of Entry*	:	2026-04-06
Tanggal Kalibrasi / *Calibration Date*	:	2026-04-13
Tempat Kalibrasi / *Calibration Place*	:	Laboratorium Kalibrasi BMKG - 456

Kondisi Lingkungan / *Environment condition*

Suhu / *Temperature*	:	-
Kelembaban / *Relative Humidity*	:	-

Hasil Kalibrasi / *Calibration Result*

Penunjukan Alat / Instrument Reading	Koreksi / Correction	Ketidakpastian / Uncertainty
28.0832	0.014	0.1266

Standar Kalibrasi *Calibration Standard*	:	-
Tertelusur ke SI melalui *Traceable to SI through*	:	SNSU-BSN
Metode Kalibrasi *Calibration Methode*	:	MK 01 - Suhu
Dokumen Acuan *Reference Document*	:	JCGM 100:2008

Penunjukan nilai sebenarnya didapat dari penunjukan alat ditambah koreksi.

The true value is determined from the instrument reading added by its correction.

Sertifikat ini hanya berlaku untuk peralatan dengan identitas yang dinyatakan di atas.

This certificate only applies to equipment with the identity stated above.

Ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan tidak kurang dari 95 % dengan faktor cakupan k = 2,01

Uncertainty of measurement is expressed at a confidence level of no less than 95 % with coverage factor k = 2.01

Diverifikasi Oleh */ Verified by* :

1. Esty Purnamasari
2. fadhila Azzahra
3. Nino

--- Akhir dari Sertifikat / *End of Certificate* ---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara